

Słupsk, dnia 12.01.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatu RTG jezdnego oraz aparatów USG” - nr sprawy 127/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Część nr 2 poz. 1 – O/Hematologiczny Transplantacji Szpiku

Czy Zamawiający będzie wymagał głowicy Convex o zakresie częstotliwości 1,0 – 5,0 MHz, liczbie elementów 960 oraz kącie skanu 70 stopni ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dostawę aparatu z dodatkową głowicą Convex poza wymaganymi głowicami wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Aparat USG – typ I

Pytanie nr 2:

„dot. pkt.9

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium z płynną regulacją dynamiki systemu wynoszącą od 50 do 255 dB który to zakres wyświetlany jest na ekranie ultrasonografu ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3:

„dot. pkt. 13

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z zakresem częstotliwości pracy aparatu od 1 do 18 MHz ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 4:

„dot. pkt. 18

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z regulacją głębokości penetracji w zakresie od 2 do 30 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„dot. pkt. 44

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z możliwością zmiany min. 13 map koloru w Color Dopplerze ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6:

„dot. pkt. 59

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z podświetlanym pulpitem sterowniczym w jednym kolorze lecz z regulacją intensywności podświetlania ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Regionalny program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Pytanie nr 7:

„dot. pkt. 65,66,67

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z głowicą liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy od 4 do 18 MHz, liczbie elementów 288 oraz szerokością czoła głowicy 37,3 mm ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8:

„dot. pkt. 71,72

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z głowicą kardiologiczną Phased Array, szerokopasmową z zakresem częstotliwości pracy od 3 do 8 MHz, liczbie elementów 96 oraz kącie skanowania wynoszącym 90 stopni ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Aparat USG – typ II

Pytanie nr 9:

„dot. pkt.83

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium z płynną regulacją dynamiki systemu wynoszącą od 50 do 255 dB który to zakres wyświetlany jest na ekranie ultrasonografu ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10:

„dot. pkt. 88

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z pojemnością pamięci CINE dla obrazów pamięci dynamicznej minimum 12 700 obrazów ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11:

„dot. pkt. 92

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z regulacją głębokości penetracji w zakresie od 2 do 30 cm?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12:

„dot. pkt. 113

Czy zamawiający dopuści do postępowania, nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwięków w trakcie nadawania i odbioru z 7 wiązkami ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13:

„dot. pkt. 120

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z możliwością zmiany min. 13 map koloru w Color Dopplerze ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 14:

„dot. pkt. 136

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z podświetlanym pulpitem sterowniczym w jednym kolorze lecz z regulacją intensywności podświetlania ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„dot. pkt. 142,143

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z głowicą kardiologiczną Phased Array, szerokopasmową z zakresem częstotliwości pracy od 3 do 8 MHz, liczbie elementów 96 oraz kącie skanowania wynoszącym 90 stopni ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16:

„dot. pkt. 147,148,149

Czy zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny, wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny klasy premium w wielu punktach znacznie przewyższający wymagania Zamawiającego z głowicą liniową szerokopasmową o zakresie częstotliwości pracy od 4 do 18 MHz, liczbie elementów 288 oraz szerokością czoła głowicy 37,3 mm ?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Powyzsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 12.01.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zapytań i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak