

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 21.01.2021

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa aparatów do hemodializy - nr sprawy 128/PN/2020

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„OPZ poz. 6 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia bez funkcji automatycznego doboru płynu dializacyjnego do przepływu krwi pacjenta?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2:

„OPZ poz. 7 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością ustawienia przepływu dializatu w zakresie 100-800ml/min?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z modyfikacją z dnia 21.01.2021 Części nr III Opis przedmiotu zamówienia lp. 7

Pytanie nr 3:

„OPZ poz. 10 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia bez możliwości (ale też i bez konieczności) wprowadzania typu dializatora do pamięci systemu urządzenia?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z modyfikacją z dnia 21.01.2021 Części nr III Opis przedmiotu zamówienia lp. 10

Pytanie nr 4:

„OPZ poz. 17 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z możliwością podłączenia do sieci LAN za pośrednictwem standardowego złącza?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 5:

„OPZ Poz. 26 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia z indywidualnym systemem blokady kół zamiast wymaganego centralnego systemu blokowania kół aparatu?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z modyfikacją z dnia 21.01.2021 Części nr III Opis przedmiotu zamówienia lp. 26.

Pytanie nr 6:

„OPZ Poz. 27 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia nieumożliwiającego współpracy z monitorem masy ciała, komunikacja za pomocą karty mikrochipowej?”

Odp. Zamawiającego: Zgodnie z modyfikacją z dnia 21.01.2021 Części nr III Opis przedmiotu zamówienia lp. 27.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.01.2021 r.