

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 28.01.2021 r.

## **Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, materiałów szewnych i opatrunków” – sprawa nr 03/TP/2021**

Na podstawie **art. 284 ust. 6 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści Sterylne waciki neurochirurgiczne są wykonane z najlepszej jakości stuprocentowej sprasowanej bawełny. Zapewniają doskonałą chłonność, a dzięki wytrzymałości i miękkości materiału łatwo poddają się modelowaniu, jednocześnie nie rozwarstwiają się i nie przylegają do tkanek. Dzięki znacznikom RTG waciki są widoczne podczas obrazowania.

#### ***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza

### **Pytanie nr 2:**

Pakiet 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary

Poz.1- 1,2 cm x 1,2 cm

Poz.2 - 1,2 cm x 1,2 cm

Poz.3. -2,0 cm x 2,0 cm

Poz.4 - 2,5 cm x 2,5 cm

Poz.5 - 7,0 cm x 7,0 cm

#### ***Odp. Zamawiającego:***

Poz.1- 1,2 cm x 1,2 cm – Zamawiający dopuszcza.

Poz.2 - 1,2 cm x 1,2 cm - Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Poz.3. -2,0 cm x 2,0 cm – Zamawiający dopuszcza.

Poz.4 - 2,5 cm x 2,5 cm – Zamawiający dopuszcza.

Poz.5 - 7,0 cm x 7,0 cm - Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

### **Pytanie nr 3:**

Część 1

Poz.1

Czy Zamawiający dopuści watki w rozmiarze 1,2x1,2cm, reszta parametrów bez zmian?

#### ***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 4:**

Część 1

Poz.2

Czy Zamawiający dopuści watki w rozmiarze 1,2x15cm, reszta parametrów bez zmian?

#### ***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5:**

Część nr 2, poz. 5, 7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą, pozostałe parametry bez zmian?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6:**

Część nr 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną), pozostałe parametry bez zmian?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7:**

Część nr 2, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point), pozostałe parametry bez zmian?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8:**

Czy w części 4 – Jednorazowy ssak neurochirurgiczny, metalowy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia wg następującego opisu:

Jednorazowy samoczyszczący ssak neurochirurgiczny, końcówka robocza ze stali nierdzewnej z rękojeścią z nylonu ABS. Rozmiary - do wyboru zamawiającego:

- śr. zewn. 3,0mm; śr. wewn. 2,39mm, długość całkowita po krzywiźnie 285 mm.

- śr. zewn. 4,0mm, śr. wewn. 3,50mm, długość całkowita po krzywiźnie 285 mm.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Części 4 jednorazowych metalowych końcówek neurochirurgicznych z kontrolą siły ssania w ergonomicznym uchwycie typu Frazier o długości 120 mm.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 10:**

Część nr 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zaoferowania opatrunku hydrożelowy w postaci żelu składającego się z 77,7% z wody, 20% glikolu propylenowego, 2,3% usieciowanej karboksymetylocelulozy, silnie nawadniający, utrzymujący wilgoć i wchłaniający płyny, sprzyja autolitycznemu rozpadowi tkanki. 160 aplikatorów a'25 g.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że opatrunek można utrzymać na ranie 7 dni, w ranach zakażonych do 3 dni.

**Ponadto:**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający wykreśla omyłkowo dodany w pkt 5.4 zapis „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.”. Zgodnie z art. 286 ust. 7 Ustawy Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.**

**Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.**

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy w zw. z art. 284 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **04.02.2021 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **04.02.2021 roku** o godz. **11:00**. Zmianie ulega **pkt 17 i 18 Instrukcji dla Wykonawców**.

Zmianie ulega **pkt 13.1 Instrukcji dla Wykonawców**, tj. termin związania ofertą. **Było** 02.03.2021 r., **jest** 05.03.2021 r.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 28.01.2021 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Pieszak