



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 10.02.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa soczewek i akcesoriów jednorazowego użytku” – sprawa nr 05/TP/2021.

Na podstawie **art. 284 ust. 6 ustawy** z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błon epiretinalnych oraz błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) o składzie 0,18% trypan blue + 0,03% blue life (C₄₈H₅₀N₃NaO₇S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 14 barwnik tkankowy przeznaczony do wybarwiania błony granicznej wewnętrznej (ILM+ERM) 0,03% blue life (C₄₈H₅₀N₃NaO₇S) rozpuszczony w soli fizjologicznej buforowany fosforanami, w ampułkostrzykawce o pojemności 0.7 ml?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 15 Hydroksypropylometylocelulozę o następujących parametrach:

- 2.4 % roztwór hydroksypropylometyloceluloz, lepkość (5s1): 7000 mPas, masa czasteczkowa 500 000 DA, Osmolarność 255-305 mOsmol/l, pH 6,8-7,6, opakowanie: ampułkostrzykawka 2,3 ml z kaniulą

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 4:

Dotyczy Pakietu 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie strzykawki 3- częściowej luer lock o pojemności 3 ml?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pakietu nr 2 pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści również zestaw preparatów wiskoelastycznych pakowanych osobno 1% hialuronian sodu o objętości 1ml i preparat 3% hialuronian sodu + 4% chondroitynosiarczan sodu 1ml?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 6:

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści również hydroksypropylometylocelulozę o poniższych parametrach:

Sterylny, niepirogenny roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy 2% (HPMC) do stosowania wewnątrzgałkowego objętość 2 ml x 1 szklana amp/strz. o niskiej masie cząsteczkowej i małym napięciu powierzchniowym, preparat wysoce dyspersyjny, pH 6.8–7.6, lepkość 4 500–9 500mPas, kaniula 23G, temperatura przechowywania 2-25° C?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści również zestaw materiałów wiskoelastycznych pakowanych osobno o poniższych parametrach:

1,8% kwas hialuronowy otrzymany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa 1,2 – 2,2 mln Da, lepkość 100 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność ampułkostrzykawki 1 ml?

1,4% kwas hialuronowy otrzymany w procesie biofermentacji, masa cząsteczkowa 2,8 – 3,2 mln Da, lepkość 400 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność ampułkostrzykawki 1 ml?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 8:

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 3

Czy zamawiający dopuści również materiał wiskoelastyczny 1,4% o masie cząsteczkowej 2,8 – 3,2 mln Da, lepkość 400 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność ampułkostrzykawki 1 ml?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 9:

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 4

Czy zamawiający dopuści również materiał wiskoelastyczny 1,0% o masie cząsteczkowej 2,8 – 3,2 mln Da, lepkość 300 000 mPas, osmolarność 270-400 mOsm/kg, pojemność ampułkostrzykawki 1 ml?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 10:

Dotyczy pakietu nr 3 pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuści również wiskoelastyk o poniższych parametrach:

Materiał wiskoelastyczny zawierający 2,0% kwasu hialuronowego oraz 2,0% siarczanu chondroityny, masa cząsteczkowa kwasu hialuronowego 3 mln Da, masa cząsteczkowa siarczanu chondroityny 21 000 Da, lepkość 40 000 +/-15 000 mPas, osmolarność 340-400 mOsm/kg, pH 6.8-7.6, pojemność ampułkostrzykawkki 1ml?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 11:

Dotyczy pakietu nr 5 pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Soczewka wewnątrzgałkowa, akrylowa, sferyczna, jednoczęściowa hydrofilna o ostrych krawędziach na pełnym obwodzie 360 stopni, dwie części haptyczne. Injector i kartridż dołączone do soczewki. Średnica części optycznej 6mm, średnica całkowita soczewki 12,5 mm, angulacja 5 stopni, uwodnienie 26%, indeks refrakcji 1,46. Stała A 118,0, zakres mocy od -10,00D do +30,00D co 0,5D w zakresie od +1,00 do 30,00D pozostałe co 1,00D?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 12:

Dotyczy pakietu nr 5 pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści również soczewkę o poniższych parametrach:

Jednoczęściowa soczewka zwijalna, akrylowa o właściwościach hydrofobowych i stopniu uwodnienia 1-4% oraz filtr UV i światła niebieskiego z jednorazowym kartridżem oraz iniektorem do implantacji. Średnica części optycznej 6mm, średnica całkowita soczewki 13,0 mm, angulacja 0 stopni, indeks refrakcji 1,48. Zakres mocy od 5,00D do 30,00D co 0,5D, stała A: 118,5?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 13:

Dotyczy pakietu nr 14

Czy zamawiający dopuści również barwnik o poniższych parametrach:

Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% oraz brilliant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikol o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawkki o pojemności 0,5ml, sterylne. Opakowanie 1 sztuka?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 14:

Dotyczy pakietu nr 17

Czy zamawiający dopuści również retraktory tęczówkowe pakowane po 5 sztuk. Jaka ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 15:

(część 5, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści soczewkę asferyczną o współczynniku refrakcji 1,46, pozostałe parametry bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 16:

(część 5, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewkę akrylowa hydrofobowa, jednoczęściowa sferyczna, dwa hapteny w kształcie litery C, posiadająca filtr blokujący promieniowanie ultrafioletowe (UV), końcówki haptenów z PMMA - oba materiały chemicznie zintegrowane w jedną całość

- średnica części optycznej 6,00 mm,
- średnica całkowita 12,50 mm,
- angulacja 5°
- poziom uwodnienia soczewki <0,3%,
- stała A 118,4
- index refrakcji 1,522
- soczewka dwuwypukła z ostrą krawędzią na części optycznej.
- dioptraż +6,0D do +30,0D z krokiem co 0,5D
- soczewka załadowana w jednorazowy system implantacyjny (preloaded) wszczepiana przez cięcie mniejsze niż 2,4 mm,

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 17:

(część 6, poz. 1) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- Soczewka bezaberracyjna, akrylowa, hydrofilna, posiadająca filtr blokujący promieniowanie ultrafioletowe (UV).
- optyka asferyczna, równomiernie wypukła z prostokątną krawędzią na całym obwodzie 360 stopni
- optyka soczewki 6,00 mm,
- konstrukcja- jednoczęściowa, 2 haptyki -posiadającą po 1 otworze w haptenie
- wymiar całkowity soczewki 12,50 mm,
- angulacja 0°
- poziom uwodnienia soczewki 26%,
- index refrakcji 1,46
- rekomendowana stała A 118,0
- zakres mocy soczewki od -10.D do+ 40D co 0,5D
- soczewka jałowa zapakowana w jednym opakowaniu wraz z jałowym kartridgem i injectorem
- implantacja przez cięcie 2,2mm -2,4mm

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 18:

(część 6, poz. 2) Czy Zamawiający dopuści soczewkę wewnątrzgałkową zwijalną jednoczęściowa, asferyczna optyka, posiada filtr UV

- 4 haptyki narożne w kształcie owalnych zamkniętych pętli z otworem w środku
- materiał – akryl hydrofilny uwodnienie 26%
- kompatybilne z laserem Nd:YAG
- część haptyczna = 11 mm

- część optyczna = 6,0 mm
- zakres mocy optycznej -10.D do+ 40D co 0,5D)
- aplikowanie soczewki injectorem
- stała A jednakowa dla wszystkich soczewek - stała A 118,0
- prostokątna krawędź na całym obwodzie (ochrona przed PCO)
- soczewka jałowa zapakowana w jednym opakowaniu wraz z jałowym kartridgem i injectorem
- implantacja przez cięcie nie większe 2,2mm – 2,4 mm

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 19:

(część 6, poz. 3) Czy Zamawiający dopuści soczewkę o następujących parametrach:

- Soczewka bezaberracyjna, akrylowa, hydrofilna, posiadająca filtr blokujący promieniowanie ultrafioletowe (UV).
- optyka asferyczna, równomiernie wypukła z prostokątną krawędzią na całym obwodzie 360 stopni
- optyka soczewki 6,00 mm,
- konstrukcja- jednoczęściowa, 2 pełne haptyki
- wymiar całkowity soczewki 12,50 mm,
- angulacja 0°
- poziom uwodnienia soczewki 26%,
- index refrakcji 1,46
- stała A 118,0
- zakres mocy soczewki od -10.D do+ 40D co 0,5D
- soczewka jałowa zapakowana w jednym opakowaniu wraz z jałowym kartridgem i injectorem
- implantacja przez cięcie 2,2 -2,4 mm

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 20:

(część 13) Czy Zamawiający dopuści pierścień wykonany z materiału poliuretanu o średnicy 6,3mm w kształcie koła wpisanego w kwadrat, posiada otwory do pozycjonowania, elastyczne, zawiasy do usuwania, kanały do zahaczania, wyposażony w intuicyjny iniektor. Pakowany po 1 szt.?

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 21:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w **Części nr 8 – Zestaw do iniekcji doszklistkowych**, Serweta okulistyczna SMS / SMMS 50x60 cm, otwór 10 x 10 cm, folia z nacięciem 8 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

dotyczy zapisów pkt. 2c formularza oferty oraz zapisów § 4 ust. 8 wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości złożenia oferty oraz dostawy zestawów operacyjnych opisanych w części 4 poz. 1= z terminem ważności **nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności (tj. z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy)**.

Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy w przypadku zestawów, dla których nominalny termin ważności (od momentu zakończenia sterylizacji

do końca okresu ważności zestawu) wynosi 12 miesięcy nie jest możliwe do realizacji. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne spełnienie powyższego wymogu nie możliwe. Dlatego bardzo proszę jak we wstępie.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23:

dot. części nr 1 pkt. 3:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tej części soczewek **tylnokomorowych** do fiksacji transklearalnej o zakresie mocy od +10,0 do +30,0D, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 24:

dot. części 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o **wykreślenie** zapisu o konieczności dostarczenia w ramach części 1 narzędzi to markowania oka, które są wymagane tylko i wyłącznie przy soczewkach torycznych, które nie są opisane w tej części.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu dostarczenia w ramach części 1 narzędzi to markowania oka.

Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 1 po zmianach stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 25:

dot. części 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie jaką ilość wielorazowych zestawów do implantacji soczewki należy zaoferować?

Odp. Zamawiającego:

3 iniektory wkręcane.

Pytanie nr 26:

dot. części 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odstąpienie od depozytu soczewek PMMA oferowanych w części 1 pozycja 3.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający odstępuje od wymogu depozytu dla części nr 1 poz. 3 soczewki PMMA.

Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 1 po zmianach stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 27:

dot. części 4, poz. 2:

Zwracamy się z prośbą o dostosowanie ilości do opakowań oferowanych przez Producenta, oferowane witrektomy przednie pakowane po 6 sztuk.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje korekty ilości witrektomów, wymagana ilość to 18 sztuk. Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 4 po zmianach stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania

Istotne postanowienia umowy depozytu

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność z tytułu zawinionej i udowodnionej szkody powstałej w czasie trwania niniejszej umowy w przedmiotach oddanych mu na przechowanie, **a także w przypadku nienależytego zabezpieczenia przedmiotów oddanych na przechowanie przed kradzieżą lub uszkodzeniem.**”?

Uzasadnienie:

Wyroby powierzone w depozyt pozostają pod bieżącą pieczęcią Zamawiającego, który powinien ponosić odpowiedzialność również w sytuacji ich przypadkowego uszkodzenia lub zagubienia.

Odp. Zamawiającego:

Tak.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §7 ust. 3 projektu umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „**Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę za wyroby, których termin przydatności w momencie rozliczenia depozytu będzie krótszy niż 9 miesięcy.**”?

Uzasadnienie:

Wyroby o terminie przydatności krótszym niż 9 miesięcy są dla Wykonawcy w zasadzie bezwartościowe, gdyż nie będzie mógł ich już sprzedać. Jeśli jednak Zamawiający będzie stosował się do zasad gospodarki materiałowej, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji zostanie znacząco zminimalizowane.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu: „**Wykonawca po otrzymaniu protokołu zużycia wystawia fakturę VAT na pobrane przedmioty z terminem zapłaty 30 dni od daty wystawienia faktury i dostarcza wystawioną fakturę wraz z uzupełnianym towarem lub przesyła wystawioną fakturę na adres e-mail: apteka@szpital.slupsk.pl w terminie do 2 (dwóch) dni od daty otrzymania protokołu zużycia.**”?

Uzasadnienie:

Strony mają bardzo ograniczoną możliwość kształtowania terminu wystawiania faktury, gdyż jest on regulowany przepisami powszechnie obowiązującymi (ustawa o podatku od towarów i usług).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §11 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „**Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń**

i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.”?

Uzasadnienie:

Dostawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Dostawcy lub ograniczenia w funkcjonowaniu rynku, na które Dostawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej nie są w stanie przewidzieć. Co prawda umowa wskazuje na możliwość zmiany zasad jej wykonywania w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym epidemii, jednakże w chwili składania oferty epidemia SARS-CoV-2 jest już zjawiskiem powszechnie znanym, w związku z czym jej uznanie za działanie niemożliwej do przewidzenia siły wyższej może być dyskusyjne – konieczny jest więc jednoznaczny zapis w umowie.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Istotne postanowienia umowy dostawy

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §2 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Okres realizacji umowy: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia*”

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 436 pkt 1) ustawy PZP, umowa powinna określać planowany termin zakończenia dostaw. Wykonawca prosi, aby w momencie podpisywania umowy określono, do którego dokładnie dnia będzie ona obowiązywała.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„Zamawiający zastrzega, że minimalny poziom zamówienia wyniesie 80% wartości netto zamówienia.”?*

Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi o podniesienie gwarantowanego poziomu zamówień do 80%. Niższa wielkość stawia pod znakiem zapytania opłacalność przedsięwzięcia i uniemożliwia Wykonawcy rzetelną ocenę ryzyka oraz skalkulowanie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron;

- Zgodnie z art. 28 ustawy PZP to wartość netto określa wartość zamówienia, Wykonawca prosi więc, aby minimalny poziom zamówień odnosił się do tej wartości;

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 ust. 5-6 projektu umowy w następującym brzmieniu: *„5. Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały dostarczony przedmiot zamówienia, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych licząc od:*

a) zgłoszenia reklamacji – w przypadku wad ilościowych,

b) Dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej.

6. Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia:

a) otrzymania zawiadomienia o wadach ilościowych lub

b) Dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej
- nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”?

Uzasadnienie:

- Prosimy o doprecyzowanie, że termin na rozpatrzenie reklamacji będzie liczony w dniach roboczych, tak jak termin dostarczenia wyrobów wolnych od wad;

- Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanych towarów. Ponadto Wykonawca uważa, że dostarczenie reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego;

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 2, 5, 6 i 7 projektu umowy w następującym brzmieniu: „2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (~~§ 3 ust 1 pkt 1)~~ lub godzinę (~~§ 3 ust 1 pkt 2)~~ zwłoki w dostawie.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu lub uzupełnienia banku, **jednakże nie więcej niż 1.000 zł.**

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy, a za daną zwłokę 10% wartości netto towarów, których dotyczy zwłoka.

7. Wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-4 powyżej oblicza się od wartości netto.”?

Uzasadnienie:

- W ocenie Wykonawca kara umowna powinna być naliczana za każdy dzień zwłoki w utworzeniu depozytu, a nie każdą godzinę zwłoki (§3 ust. 1 pkt 2);

- W ocenie Wykonawcy górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony dodatkowo osobno dla każdego uchybienia, tj. każdej zwłoki w dostawie, realizacji zobowiązań gwarancyjnych oraz uzupełnieniu depozytu. W przeciwnym wypadku jedno dłuższe uchybienie po stronie Wykonawcy mogłoby skutkować naliczeniem kary umownej przekraczającej wartość danego pojedynczego świadczenia;

- Jak już wskazano, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, dlatego Wykonawca prosi, aby kary umowne naliczać w oparciu o wartość netto zamówienia;

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 10 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Za niewykonanie umowy strony uważają **trzykrotne, powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy, niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, trzykrotne dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi prawidłowe użytkowanie lub w niekompletnym stanie.**”?

Uzasadnienie:

Za niewykonanie umowy nie powinno być uważane już pierwsze uchybienie polegające na zwłoce w dostawie lub dostarczeniu wyrobów wadliwych. Wykonawca uważa, że należy dopuścić po dwa uchybienia każdego rodzaju, a dopiero trzecie może być uważane za niewykonanie umowy wraz z wszelkimi tego konsekwencjami.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 projektu umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „*Dopuszcza się zmianę postanowień umowy, gdy wystąpi istotne ograniczenie możliwości wykonania przedmiotu umowy lub niemożliwość wykonania przedmiotu umowy z przyczyn powstałych w czasie stanu epidemii w rozumieniu art. Art. 2 pkt 22 Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. ogłoszonego z powodu COVID-19, związanych z wprowadzeniem nowych, bardziej restrykcyjnych zakazów, nakazów, ograniczeń w aktach normatywnych w stosunku do stanu istniejącego na dzień składania ofert dotyczących epidemii COVID-19 lub wydania po terminie składania ofert decyzji administracyjnych lub poleceń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w rozumieniu Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.*”?

Uzasadnienie:

Dostawca prosi o dodanie kolejnego postanowienia z uwagi na obecną sytuację wywołaną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związane z nią możliwe zmiany na rynku, mogące spowodować dodatkowe koszty po stronie Dostawcy lub ograniczenia w funkcjonowaniu rynku, na które Dostawca nie ma wpływu i których Strony – nawet w chwili obecnej nie są w stanie przewidzieć. Co prawda umowa wskazuje na możliwość zmiany zasad jej wykonywania w przypadku wystąpienia siły wyższej, w tym epidemii, jednakże w chwili składania oferty epidemia SARS-CoV-2 jest już zjawiskiem powszechnie znanym, w związku z czym jej uznanie za działanie niemożliwej do przewidzenia siły wyższej może być dyskusyjne – konieczny jest więc jednoznaczny zapis w umowie.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 38:

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy Część II następujących zapisów:

„*Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie*”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7 pkt.1 Wzoru Umowy Część II do 1% wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 42:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7 pkt.2 Wzoru Umowy Część II do 0,1% wartości zamówionej partii towaru zakażdy rozpoczęty dzień lub godzinę zwłoki w dostawie?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7 pkt.3 Wzoru Umowy Część II do 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 44:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7 pkt.4 Wzoru Umowy Część II do 0,1% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 45:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zawartych w § 7 pkt.6 Wzoru Umowy Część II do 5% wartości umowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46:

Czy Zamawiający w Części nr 12 dopuści dotorebkowy pierścień napinający fabrycznie załadowany do jednorazowego iniektora, występujący w jednym rozmiarze wynoszącym w stanie sprężonym 11 mm i w stanie rozprężonym 12,45 mm?

Odp. Zamawiającego:

Nie.

Pytanie nr 47:

Czy Zamawiający w Części nr 3 w pozycji nr 3 ma na myśli hialuronian sodu o masie cząsteczkowej wynoszącej 3,2-3,5 miliona Daltonów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

Czy Zamawiający w Części nr 3w pozycji nr 4ma na myśli hialuronian sodu o masie cząsteczkowej wynoszącej 3,2-3,5 miliona Daltonów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający w Części nr 3w pozycji nr 5ma na myśli hialuronian sodu o masie cząsteczkowej wynoszącej 3,2-3,5 miliona Daltonów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

Czy Zamawiający w Części 10, pozycja 2 ma na myśli nóż Crescent w rozmiarze 2,0 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający w części 12 dopuści pierścień dotorebkowy w rozmiarze 12 mm do torby o średnicy 10-12mm dzięki dopasowaniu się do średnicy torby?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający w części 12 dopuści pierścień dotorebkowy w rozmiarze 13 mm do torby o średnicy 11-13mm, dzięki dopasowaniu się do średnicy torby?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający dopuści w części 17 retraktory w komplecie po 5 haczyków?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy w zw. z art. 284 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **16.02.2021 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **16.02.2021 roku** o godz. **11:00**.

Zmianie ulega **pkt 17 i 18** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega również **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą.

Jest: 13.03.2021 r., powinno być: **do dnia 17.03.2021 r.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 10.02.2021 r.

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4 po zmianach z dnia 10.02.2021

Lp.	Przedmiot zamówienia	Ilość sztuk	Wartość netto za sztukę	Wartość razem	Vat w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy	
1	<p>Jalowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Skład zestawu:</p> <p>Tip zaigłety typu Keimann o średnicy poniżej 0,9 mm ze ścięciem otworu pod kątem 30° i osłonka na tip 0,9mm wraz z kasetą z drenami - 1 szt.</p> <p>kaniula płaska do hydrodyssekcji - 2 szt.</p> <p>kaniula 27 G - 3 szt.</p> <p>obłożenie na stolik 140x140 cm - 1 szt.</p> <p>kaniula 23 G - 1 szt.</p> <p>obłożenie pacjenta 100x120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym - 1 szt.</p> <p>folia na panel przedni 45x55cm - 1 szt.</p> <p>nóż side port zaigłety 1,2 mm - 1 szt.</p> <p>nóż slit . Nóż bezosłonkowy . Dual Bevel - 1 szt.</p> <p>plastikowa osłonka na oko - 1 szt.</p> <p>podłokietniki 71x80cm - 2 szt.</p> <p>ścianki - 2 szt.</p> <p>kubek plastikowy 60ml -3 szt.</p> <p>kubek plastikowy 120ml -1szt.</p> <p>mikroślubki - 1 kpl. (6 szt)</p> <p>fartuch L - 1 szt.,</p> <p>fartuch S - 1 szt.</p> <p>opatrunek na oko - 1 szt.</p> <p>gaziki 5x5 - 5 szt.</p> <p>gaziki okrągłe małe - 4 szt.</p> <p>strzykawka 10 ml - 1 szt.</p> <p>strzykawka tuberkulinowa 1 ml - 1 szt.</p> <p>strzykawka 3 ml z gwintem - 2 szt.</p> <p>strzykawka 5 ml z gwintem- 1 szt.</p> <p>reżeniki papierowe - 3 szt.</p> <p>reżawiczki 6,5</p> <p>reżawiczki bezpudrowe 7,0</p> <p>reżawiczki bezpudrowe 7,5</p> <p>Witrektomy przednie do fakoemulsyfikatora Infinity Vision System:</p> <p>23 G 2500 cięć / min</p>	1800							
2	<p>Witrektomy przednie do fakoemulsyfikatora Infinity Vision System:</p> <p>23 G 2500 cięć / min</p> <p>Ogółem</p>	18			X		X	X	

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1 po zmianach z dnia 10.02.2021

Lp.	Przedmiot zamówienia	Liczba sztuk	Wartość netto za sztukę	Wartość netto razem	Vat w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
1	Soczewki zwijalne jednoczęściowe wraz z kardridżem do implantacji	225						
	materiał-akrylowe, hydrofobowe z filtrem promieniowania UV							
	stopień uwodnienia poniżej 0,5 %							
	ukątowanie części haptycznej 0 st.							
	średnica części optycznej: 6mm							
	długość całkowita: 13 mm							
	współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej							
zakres mocy +6,0 D do +40,0 D								
2	Soczewki zwijalne trzyczęściowe wraz z kardridżem do implantacji	20						
	materiał części optycznej - akrylowe, hydrofobowe z filtrem UV							
	materiał części haptycznej – PMMA							
	stopień uwodnienia poniżej 0,5 %							
	ukątowanie części haptycznej – 5-10 st.							
	średnica części optycznej 6,0 i/lub 6,5 mm							
	długość całkowita 13,0 mm							
współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej								
zakres mocy -5,0 D do + 30,0 D								
3	Soczewki wewnątrzgałkowe przednio i tylnio komorowe	15						
	materiał – PMMA							
	wielkość części optycznej od 5,5 mm do 7,0 mm							
	długość całkowita 12,5-13 mm							
zakres mocy od +5,0D do +30,0D								
	Soczewki zwijalne jednoczęściowe wraz z kardridżem do implantacji							
	materiał-akrylowe, hydrofobowe z filtrem promieniowania UV							

4	asferyczna część optyczna	10							
	stopień uwodnienia poniżej 0,5 %								
	ukągowienie części haptycznej 0 st.								
	średnica części optycznej: 6mm								
	długość całkowita: 13 mm								
	współczynnik refrakcji 1,55 lub więcej								
	zakres mocy +6,0 D do +30,0 D								
Ogółem									
							X		X
									X

*W ramach pakietu udostępnienie wielorazowych zestawów do implantacji (injector i penseta)

Wykonawca zobowiązuje się stworzyć bank (depozyt) dla poszczególnych pozycji w ilościach:

Dla pozycji nr 1	
Dioptraż od 10 Dpt do 15 Dpt - co 1 Dpt po 1 szt.	
Dioptraż od 15,5 Dpt do 20 Dpt - co 0,5 Dpt po 1 szt.	
Dioptraż od 20,5 Dpt do 24 Dpt - co 0,5 Dpt po 3 szt.	
Dioptraż od 24,5 Dpt do 30 Dpt - co 0,5 Dpt po 1 szt.	

Dla pozycji nr 2	
Dioptraż od 0 Dpt do 20 Dpt - co 1 Dpt po 1 szt.	
Dioptraż od 20 Dpt do 25 Dpt - co 0,5 Dpt po 1 szt.	
Dioptraż od 25 Dpt do 30 Dpt - co 1 Dpt po 1 szt.	

Dla pozycji nr 4	
Dioptraż od 15 Dpt do 20 Dpt - co 1 Dpt po 1 szt.	
Dioptraż od 20 Dpt do 30 Dpt - co 0,5 Dpt po 1 szt.	