

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 23.02.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: „Dostawa testów, wymazówki, odczynników i akcesoriów laboratoryjnych” – sprawa nr 11/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Pytania do umowy:

1. Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

1. Czy zamawiający w części 3 dopuści testy liofilizowane, w których mix reakcyjny przygotowywany jest w probówkach w stripach (8 probówek 0,1 mL na pasku)?

Uzasadnienie: Wykorzystanie probówek w stripach daje Zamawiającemu możliwość regulowania ilości jednorazowo przeprowadzanych reakcji bez potrzeby wykorzystywania jednorazowo całej płytki.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

2. Czy zamawiający w części 3 dopuści objętość reakcji 25ul?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

3. Czy zamawiający w części 3 dopuści zestawy na 48 reakcji?

Uzasadnienie: Z punktu widzenia Zamawiającego istotna jest całkowita ilość możliwych do przeprowadzenia reakcji, nie wielkość pojedynczego zestawu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

1) „Czy zamawiający dopuści system transportu posiadający walidację tylko do próbek klinicznych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 6:

2) „Czy zamawiający wymaga aby skład podłoża transportowego zapewniał inaktywację wirusów a co za tym idzie zwiększał bezpieczeństwo personelu podczas transportu i obchodzenia się z materiałem biologicznym?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7:

3) „Czy zamawiający wymaga aby dostarczana w zestawie wymazówka miała końcówkę typu flokowanego zapewniającą najbardziej optymalny odzysk pobranego materiału biologicznego?”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 8:

4) Czy zamawiający wymaga aby wraz z zestawami do pobierania wymazów dostarczane zostały, w takiej samej ilości, woreczki strunowe z oznaczeniem piktogramem „BIOHAZARD/ Zagrożenie biologiczne”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

1. Czy zamawiający dopuści odczynniki w formie gotowych roztworów, przechowywanych w zamrażarce w temperaturze między -15 do -31 stopni Celsjusza – zakładając że wykonawca doposaży pracownię na czas trwania umowy w 1 takie urządzenie aby nie zabrakło miejsca przechowywania odczynnika?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

2. Czy zamawiający dopuści test o objętości reakcyjnej 25 uL ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

3. Czy zamawiający dopuści test oznaczający gen N oraz gen RdRp znajdujący się regionie ORF1ab?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

4. Czy zamawiający dopuści test konfekcjonowany po 120 oznaczeń w 1 opakowaniu? Pozwoli to zredukować liczbę opakowań z 70 do 56 przy zachowaniu tej samej liczby oznaczeń?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13:

5. §3 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

6. §5 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Części nr 3:

Czy Zamawiający dopuści zestawy liofilizowane w probówkach o niskim profilu w formie stripów, a nie płytki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16:

SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Projekt umowy:

Dotyczy paragrafu 3 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 200 zł koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

Projekt umowy:

Dotyczy paragrafu 7

Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

- o Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
- o Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
- o Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

Dotyczy Części nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

1.Czy zamawiający dopuszcza zestaw w formie płynnym przetrzymywany w -20°C?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy Części nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

2. Czy zamawiający dopuszcza zestaw wykrywający geny ORG1ab i N w jednym wspólnym kanale?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Dotyczy Części nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

3. Czy zamawiający dopuszcza zestaw składający się z: Buforu, starterów/sond i enzymu który należy zmieszać w tworząc MIX reakcyjny?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22:

Dotyczy Części nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

4. Czy zamawiający dopuści zestaw nie zawierający w swoim składzie w odpowiednich probówek PCR o niskim profilu w formie płytki 8x12. Jeśli tak, czy zamawiający wymaga dostarczenia dodatkowo w odpowiednich probówek PCR o niskim profilu w formie płytki 8x12 i ujęcia ich w formularzu cenowym jako osobnej pozycji?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Części nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

5. Czy zamawiający dopuszcza zestaw którego reakcja przebiega w 25 µl?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24:

Dotyczy Części nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

6. Czy zamawiający dopuszcza zestaw o czułości 11.5 kopii/reakcję (0.0023 TCID₅₀/mL) którego czułość wyznaczona została na podstawie oznaczenia Real-Time PCR próbek bez izolacji

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 23.02.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i zamówień Publicznych


Piotr Feszak