

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 10.03.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów” – sprawa nr 14/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Zał. nr 2 „Formularza cenowego” dla części nr 1

Wnosimy o informację, jakich parametrów i ile testów (poszczególnych parametrów) Zamawiający zamierza wykonywać w ciągu 12 miesięcy?

Odp. Zamawiającego: *W ciągu 12 miesięcy Zamawiający przewiduje wykonanie następujących parametrów:*

- Troponin T Test Kit- 940 testów na 12 m-cy;
- CRP- 620 testów na 12 m-cy;
- D-dimer- 220 testów na 12 m-cy;
- NtproBNP- 300 testów na 12 m-cy;
- PCT- 380 testów na 12 m-cy.

Zamawiający informuje, że w dniu 10.03.2021r. dokonał modyfikacji załącznika nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy dla Części nr 1.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY §5 pkt. 1

Czy Zamawiający dopuści, aby dostarczony towar posiada okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego dostawy?

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że dopuszcza.*

Pytanie nr 3:

Pytania do SIWZ dot. Pakiet 2:

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z etykietą na opakowaniu w języku angielskim, zawierającą zharmonizowane symbole i rozpoznawalne kody? Uzasadnienie: Ustawodawca zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) dopuszcza, aby wyroby przeznaczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane świadczeniodawcom, za ich pisemną zgodą, miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów.

Odp. Zamawiającego: *Zamawiający informuje, że dopuszcza.*

Pytanie nr 4:

Pytania do SIWZ dot. Pakiet 2:

2. Formularz ofertowy pkt. 2c – Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin ważności odczynników wynosił min. 7 miesięcy od daty dostawy? Podany termin ważności jest zgodny z zaleceniami producenta i mając na uwadze jego specyfikę oraz komponenty nie możemy zagwarantować dłuższego terminu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Pytania do SIWZ dot. Pakiet 2:

3. Formularz ofertowy pkt. 2d – Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia powiadomień? Uzasadnienie: Dokonanie powiadomienia / przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno - techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce. Dokumentem dopuszczającym produkt do obrotu jest deklaracja zgodności i certyfikat zgodności – jeśli dotyczą danego wyrobu, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, bowiem to te dokumenty potwierdzają zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza odstąpienie od powiadomień.

Pytanie nr 6:

Pytania do SIWZ dot. Pakiet 2:

4. Pytanie do umowy: §5 ust. 1 Czy zamawiający dopuści odczynniki posiadające termin ważności 8 miesięcy? Ze względu na specyficzne komponenty odczynników do multiplex PCR na ten moment nie ma możliwości zapewnienia odczynników o 12 miesięcznym terminie ważności

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Pytania do SIWZ dot. Pakiet 2:

5. Pytanie do Część III – Opis przedmiotu zamówienia, część nr 2 punkt 27: Zgodnie z wytycznymi producenta aparat nie wymaga rocznych przeglądów technicznych, czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania rocznych przeglądów?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza odstąpienie od wymogu wykonywania rocznych przeglądów. Dotyczy Części nr 2.

Pytanie nr 8:

Pytania do Umowy dzierżawy:

6. §3 ust. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wydzierżawiający wraz z przedmiotem dzierżawy dostarczy instrukcję obsługi w języku polskim oraz w terminie do 3 dni od momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przeprowadzi w siedzibie Dzierżawcy szkolenia personelu w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi, konserwacji zapobiegawczej i rozwiązywania drobnych problemów technicznych. Jeżeli z uwagi na panujący stan epidemii niemożliwym okaże się przeprowadzenie szkolenia w siedzibie Dzierżawcy, Strony ustalą inny termin szkolenia lub dopuszczą możliwość przeprowadzenia szkolenia za pomocą środków porozumiewania się na odległość”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość przeprowadzenia szkolenia za pomocą środków porozumiewania na odległość.

Pytanie nr 9:

Pytania do Umowy dzierżawy:

7. §3 ust. 11 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wydzierżawiający zobowiązuje się przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii .”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza przystąpienie do naprawy nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii.

Pytanie nr 10:

Pytania do Umowy dostawy:

8. §3 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych.

Pytanie nr 11:

Pytania do Umowy dostawy:

9. §7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wadliwego asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości.”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

Pytania do Umowy dostawy:

10. §7 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości reklamowanego asortymentu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy.”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13:

Pytania do Umowy dostawy:

11. §7 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000,00 zł netto za każde stwierdzone powierzenie danych osobowych podwykonawcy bez zgodny Zamawiającego a także karę umową w wysokości 3 000,00 zł netto za każde stwierdzenie powierzenia podwykonawcy wykonania części umowy bez zgody Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

Pytania do Umowy dostawy:

12. §7 ust. 6 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 000,00 zł netto za każde stwierdzone niepoinformowanie Zamawiającego o wystąpieniu zagrożeniu bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego.”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmiany w treści SWZ – Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy Część 1. Zgodnie z **art. 286 ust. 7 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **16.03.2021 roku do godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **16.03.2021 roku o godz. 11:00**. Zmianie ulega **pkt 17 i 18 Instrukcji dla Wykonawców**.

Zmianie ulega **pkt 13.1 Instrukcji dla Wykonawców**, tj. termin związania ofertą. **Było 10.04.2021 r., jest 14.04.2021 r.**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 10.03.2021 r.