

Słupsk, dnia 18.03.2021r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatu RTG jezdnego- 1 szt. oraz Aparatu USG- 1 szt.” – sprawa nr 19/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy zadania nr 2 punkt 7 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o ilości kanałów przetwarzania 1 032 197.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

2. Dotyczy zadania nr 2 punktu 18 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z regulacją głębokości skanowania 1 – 35 cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

3. Dotyczy zadania nr 2 punktu 54 parametry techniczne. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta z zewnętrznym systemem bateryjnym typu UPS, zespolonym z urządzeniem niepowodującym ograniczenia funkcjonalności i zwiększenia gabarytów aparatu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 18.03.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak