



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 18.03.2021 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych” – sprawa nr 13/PN/2021**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Pytanie – Część 6

Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 6 w pozycji 1 równoważnej elektrody EKG do Holtera i badań wysyłkowych o rozmiarze 55mm x 41 mm. Elektroda jest prostokątna z zaokrąglonymi rogami, posiada nacięcie i otworek do zamocowania kabla pacjenta, podłoże piankowe.

Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 2:**

Pytanie – Część 6

Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 6 w pozycji 2 równoważnej elektrody EKG dla noworodków, okrągłej o średnicy 25 mm lub okrągłej o średnicy 30 mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 3:**

Pytanie – Część 6

Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 6 w pozycji 3 równoważnej elektrody EKG dla dzieci o średnicy 37 mm z wypustką ułatwiającą naklejanie. W miejscu wypustki średnica wynosi 41 mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 4:**

Pytanie – Część 6

Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 6 w pozycji 4 równoważnej elektrody EKG owalnej o rozmiarze 36mm x 50 mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 5:**

Pytanie – Część 6

Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 6 w pozycji 4 równoważnej elektrody EKG okrągłej o średnicy 43 mm z wypustką ułatwiająca naklekanie. W miejscu wypustki średnica wynosi 45 mm.

Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 6:**

Pytanie – Część 6

Producent elektrod EKG zwraca się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 6 w pozycji 4 równoważnej elektrody EKG prostokątnej z zaokrąglonymi rogami o rozmiarze 36mm x 51 mm. Pozostałe parametry zgodne z opisem Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 7:**

część nr 17.

Do jakiego typu aparatu elektrochirurgicznego będą przeznaczone akcesoria z pozycji 1-8 zamówienia w części nr 17?

***Odp. Zamawiającego:***

Ww. akcesoria będą przeznaczone do aparatu Diatermia Erbe VIO 300D.

**Pytanie nr 8:**

część nr 17, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pensetę bipolarną o dł. 195 mm, 1 mm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9:**

część nr 17, pozycja nr 2

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pensetę bipolarną o dł. 220 mm, 1 mm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10:**

część nr 17, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pensetę bipolarną, zagiętą, o dł. 110 mm, 0,5 mm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11:**

część nr 17, pozycja nr 4

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pensetę bipolarną, zagiętą, o dł. 110 mm, 0,5 mm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12:**

część nr 17, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania kabel pensety bipolarnej o dł. 3 m lub 5 m?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza kabel pensety bipolarnej o dł. 5m. Zamawiający nie dopuszcza kabla o dł. 3m.

**Pytanie nr 13:**

część nr 17, pozycja nr 7

Czy Zamawiający ma na myśli wkład bipolarnego narzędzia laparoskopowego czy całe narzędzie z uchwytem, płaszczem zewnętrznym i wkładem typu Maryland?

Prosimy o wykreślenie nazwy „BiClamp”, która jest nazwą własną.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający ma na myśli wkład do bipolarnego narzędzia laparoskopowego typu Maryland kompatybilny z oprzyrządowaniem do diatermii Erbe VIO 300D.

**Pytanie nr 14:**

Część nr 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 55 x 40 mm, z podłużnym otworem służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15:**

Część nr 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 55 x 40 mm, z nacięciem służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16:**

Część nr 6 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych, z nacięciem służącym do przełożenia kabla, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 17:**

Część nr 6 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze ok. 25,7 mm w kształcie 10-płatkowego kwiatka, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 18:**

Część nr 6 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o rozmiarze 30 mm okrągłych, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 19:**

Część nr 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod o średnicy 30 mm, z hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 20:**

Część nr 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycjach elektrod kwadratowych o zaokrąglonych rogach o rozmiarze 36 mm x 40 mm z języczkiem ułatwiającym odklejenie, hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 21:**

Część nr 6 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod owalnych o rozmiarze 36 mm x 42 mm z języczkiem ułatwiającym odklejenie, hydrożelem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 22:**

Część nr 6 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o zaokrąglonych rogach z języczkiem ułatwiającym aplikację o rozmiarze 35 x 50 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 23:**

Część nr 6 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 42 x 45 mm, z żelazem stałym, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 24:**

Część nr 6 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod o rozmiarze 36 mm x 42 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 25:**

Część nr 6 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod kwadratowych o zaokrąglonych brzegach o rozmiarze 36 mm x 40 mm z języczkiem ułatwiającym odklejenie, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 26:**

Część nr 6 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji elektrod prostokątnych o rozmiarze 30 mm x 44 mm, pozostałe parametry oferowanych elektrod pozostaną bez zmian.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie nr 27:**

Pytanie do umowy depozytu, dotyczy dodania poniższego zapisu – W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawy, prosimy o dodanie do treści umowy depozytu poniższego zapisu korzystnego dla Zamawiającego tj.: „Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 8 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby”

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 28:**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisów w umowie §3 pkt.7, 8?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 29:**

Dot. część 17 pkt.1

Czy opisana przez Zamawiającego penseta bipolarna dotyczy wersji bagnetowej?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 17 pkt 1 pensety bipolarnej w wersji bagnetowej.

**Pytanie nr 30:**

Dot. część 17 pkt.2

Czy opisana przez Zamawiającego penseta bipolarna dotyczy wersji bagnetowej?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w części 17 pkt 2 pensety bipolarnej w wersji bagnetowej.

**Pytanie nr 31:**

Dot. część 17 pkt.3

Czy Zamawiający dopuści opisaną długość pensety z kocówką 0,5mm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 32:**

Dot. część 17 pkt.4

Czy Zamawiający dopuści opisaną długość pensety z kocówką 0,5mm?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 33:**

Część 8 pozycja V pkt.1 – W związku z tym, że Zamawiający w OPZ nie określił wielkości opakowania jednostkowego – Prosimy o dopuszczenie do oceny nici pakowanych w opakowania a 12 szt. W przypadku zgody – prosimy o podanie wymaganej ilości opakowań zawierających a 12 szt. nici.

***Odp. Zamawiającego:***

Jednostką miary w części 8 pozycja V pkt 1 jest sztuka.

**Pytanie nr 34:**

Część 8 pozycja V pkt. 2 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli opakowania a 1 szt. nici.

***Odp. Zamawiającego:***

Jednostką miary w części 8 pozycja V pkt 2 jest sztuka.

**Pytanie nr 35:**

Pytanie do Części 7:

Czy w Części nr 7 Zamawiający dopuszcza do wymaganego produktu możliwość zaoferowania specjalnej końcówki montowanej na śrubokręt, która umożliwi bezpieczne wprowadzanie śrub blokowanych w klatce oraz zmniejsza znacznie ryzyko uszkodzenia struktur krwionośnych?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 36:**

Dot. Projekt Umowy - §3 ust. 1 1)

Czy Zamawiający wrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia?

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 37:**

Dot. Projekt Umowy - §3 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, dostarczając za zgodą Zamawiającego ich pełny odpowiednik.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 38:**

Dot. Projekt Umowy - §3 ust. 6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, dostarczając za zgodą Zamawiającego ich pełny odpowiednik lub umożliwi zakup niezrealizowanej dostawy u innego wskazanego przez Wykonawcę podmiotu zobowiązując się do pokrycia ewentualnej różnicy ceny wynikającej z takiego zakupu, z zastrzeżeniem, że różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.”

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 39:**

Dot. Projekt Umowy - §3 ust. 17

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

„W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.”

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Pytanie nr 40:**

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający w części nr 2 dopuści:

Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop.

Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm.

Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm oraz prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

**Ponadto:**

Zamawiający działając na podstawie **art. 137 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający zmienia jednostkę miary w części nr 8 pozycja V pkt 1 i 2 z opakowania na sztukę. Zamawiający zmienia opis w części nr 17 pozycja 7: było – „Wkład Biclamp Maryland sr. 5 mm, dł. 340 mm”, jest – „wkład Biclamp do bipolarnego narzędzia laparoskopowego typu Maryland sr. 5 mm, dł. 340 mm kompatybilny z oprzyrządowaniem do diatermii Erbe VIO 300D”.

Zgodnie z **art. 137 ust. 2 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.**

**Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **31.03.2021 roku do godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **31.03.2021 roku o godz. 11:00**.

Zmianie ulega pkt 16 i 17 Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega pkt 12.1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą. Było 27.06.2021r., jest **28.06.2021r.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 18.03.2021 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Foszak

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY - CZĘŚĆ NR 8

Lp.	Przedmiot zamówienia	J.m	Ilość j.m	Wartość netto za j.m	Wartość netto razem	Vat w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent, nazwa handlowa	Nr katalogowy
I	Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Płytką z 2 otworami wykonaną ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dt. 12mm stale połączona z pętlą z nici niewchłanialnej dl. min. 50mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przecignięcia implantu na zewnętrzzną korówkę. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców-fiksacja przeszczepu w kanale. Możliwość podciągnięcia przeszczepu w lini ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do ciągniętego przeszczepu. Pakowane sterylne.	kpl.	20						
2	Mocowanie piszczelowe-implant biowchłanialny typu śruba.Zbudowany w 30% z dwufosforanu wapnia i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. Implanty w rozmiarach od 6-10mm.dł 23mm, 8-12mm.dł.28mm oraz 9-12mm.dł.35mm.W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego prowadzenia gniazdo śruby stożkowe, sześcioramiennie.								
II	<b>Wiertło do rekonstrukcji ACL.</b>								
1	Drut wierzący o średnicy 2.4mm z okiem i miarką co 5mm, zakończony ostrym grotem. Sterylny.	szt.	2						
III	<b>Drut celowniczy</b>								
1	Drut celowniczy o średnicy do śrub interferencyjnych biowchłanialnych. Dostępne o średnicach 1,1mm i 2,0mm. Sterylny. Wielkość do wyboru zamawiającego.	szt.	2						
IV	<b>Implanty do rekonstrukcji obrąbka barkowego i stożka rotatorów.</b>								
1	Implant Blok kompozytowy lub PEEK do stabilizacji niestabilności stawu barkowego, implant wbijany o średnicy 2,9 lub 3,5mm oraz 4,5mm. Założony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Wielkość do wyboru zamawiającego.	kpl.	2						



2	Implant Biokompozytowy lub PEEK do stabilizacji stożka rotatorów, implant wkręcany o średnicy 4,75 lub 5,5mm z tytanowym lub PEEKowym tyłem do mocowania przeszczepu. Złożony na jednorazowy wkretek ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Wielkość do wyboru zamawiającego	kpl.	5								
3	Implant Biokompozytowy do matych stawów, implant wbijany o średnicy 2,5mm dł 8mm. Złożony na jednorazowy podajnik ze znacznikiem pozwalającym na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu.	kpl.	5								
4	Silikonowe kaniule do barku o średnicy 6mm, 8mm, 10mm i dł. 20mm-50mm Wielkość do wyboru zamawiającego	szt.	10								
<b>V Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych</b>											
1	Nici wzmocnione o dwurodzajowej strukturze, biało/niebieska .W rozmiarach 2 i 5. Politynelowe włókna wewnętrzne i plecione poliestrowe włókna zewnętrzne.	op. szt.	10								
2	Nici wzmocnione o dwurodzajowej strukturze, biało/czarna,niebieska dedykowana do rekonstrukcji stożka rotatorów	op. szt.	2								
<b>VI Narzędzie do Artroskopii barku.</b>											
1	Igły do narzędzia do przesywania odrabka barkowego lub stożka rotatorów. Igły jednorazowe.	szt.	5								
<b>VII System do rekonstrukcji AC JOINT</b>											
1	System do rekonstrukcji stawu obojczykowego barkowego za pomocą 2 podłużnych płytek połączonych nićmi. Płytkę z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi końcami stale połączona z pętlą z nici niewchłaniałnej pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kości. Pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszenia długości pętli za pomocą lejców - fiksacja przeszczepu w kanale. Implant w wersji sterylnej, pakowany pojedynczo.	kpl.	2								
Ogółem											
									X	X	X

\* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 17

Lp.	Przedmiot Zamówienia	Jednostka miary	Liczba j.m	Wartość netto za j.m	Wartość netto razem	VAT w %	Cena (wartość brutto) razem	Producent Nazwa handlowa	Nr katalogowy
1.	Penseta bipolarna dł.190 mm, 1mm	szt.	3						
2.	Penseta bipolarna dł.250 mm, 1,2mm	szt.	1						
3.	Penseta bipolarna krótko zagięta zaostzona dł.105 mm, 1,2mm	szt.	1						
4.	Penseta bipolarna , zagięta zaostzona dł.105 mm, 1,2mm	szt.	1						
5.	Kabel pensety bipolarnej 4 m	szt.	5						
6.	Aplikator argonowy śr.5 mm, dł.320 mm	szt.	1						
7.	<b>Wkład Bielamp do bipolarnego narzędzia laparoskopowego typu Maryland śr.5 mm, dł.340 mm kompatybilny z oprzyrządowaniem do diatermii Erbe VIO 300D</b>	szt.	1						
8.	Aplikator argonowy śr.5 mm, dł.320 mm, z wysuwanyim nożykiem	szt.	1						
<b>Ogółem</b>									<b>X</b>