

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605  
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 12.04.2021 r.

**Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: Dostawa wraz z montażem detektora do aparatu RTG AXIOM Luminos dRF oraz lampy do tomografu komputerowego SOMATOM Definition AS – sprawa nr 30/TP/2021**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy Części II SWZ – wzór umowy, par. 1 ust. 10

Prosimy o korektę oczywistej omyłki pisarskiej. Wydaje się, że odniesienie powinno wskazywać ust. 9, a nie jak podano ust. 8.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dokona korekty omyłki we wzorze umowy.***

### **Pytanie nr 2:**

Dotyczy Część III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia część 1 – tabela pkt 5

Prosimy o podanie parametru: Głębokość akwizycji.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje parametr dotyczący głębokości akwizycji, wartość parametru wynosi  $\geq 14$  bit. W załączeniu poprawiony Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1 - Część III SWZ.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 12.04.2021 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak