



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk 13.04.2021 r.

**dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, wariant 1 pn.: Dostawa koszulek i zamykaczy naczyniowych oraz cewników diagnostycznych 34/TP/2021**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część nr 1

Czy Zamawiający w części nr 1 poz. 1 dopuści koszulkę o długości 11cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

***Odp. Zamawiającego:***

***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część nr 1

Czy Zamawiający w części nr 1 poz. 2 i 3 dopuści koszulki długie o następujących parametrach:

- długość 45, 90cm
- średnice 4-8F
- koszulki zbrojone opłotem stalowym
- marker na końcu koszulki
- dystalne pokrycie hydrofobowe- ułatwiające wprowadzanie koszulki bez konieczności użycia przez operatora cieczy
- krzywizny: prosta, prosta z wyjątkowo atraumatyczną końcówką, MP, LIMA, RDC, HS
- cienka ścianka zmniejsza średnicę zewnętrzną i rozmiar french
- duża średnica wewnętrzna: 4F- 0,063”, 5F- 0,075”, 6F- 0,088”, 7F- 0,100”, 8F- 0,113”

***Odp. Zamawiającego:***

***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część nr 1

Czy Zamawiający w części nr 1 poz. 5 dopuści cewniki diagnostyczne do angiografii naczyń obwodowych i mózgowych o następujących parametrach:

- cewniki o średnicy 4/5F i świetle 0,041"/0,047"
- cewnik zbrojony drutem stalowym
- długości cewników: 80, 100, 110, 130cm

- taperowana końcówka
- pokrycie hydrofilne odporne na ścieranie
- miękka atraumatyczna końcówka
- doskonale widoczne w skopii – posiadają końcówkę cieniującą
- dostępne cewniki z otworami bocznymi
- Szeroka gama krzywizn: JR3.5, JR4, JL3.5, JL4, JL4.5, JL5, TIG, PIG, PIG-145°, PIG-155°, MPA, MPA2, AR MOD, AR I MOD, AR II MOD, AL I, AL II, AL III, 3DRC, COBRA1, COBRA2, COBRA3, SIM1, SIM2, SIM3, HEADHUNTER1, HEADHUNTER2, HEADHUNTER3, HEADHUNTER5, HEADHUNTER6, RH, STRAIGHT

***Odp. Zamawiającego:***

***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 koszulek krótkich i stworzenie osobnego pakietu.

Posiadamy w ofercie produkt o następujących parametrach:

- średnice 4-11 F
- prowadnik 45 cm prosty
- średnice miniprowadnika 0,038'', dla 5 F dostępna również 0,035''
- koszulka wykonana z PTFE o długości 11 cm. Dla 4 F długość 9 cm.
- dostępny wariant do dostępu promieniowego o długości 7 i 11 cm 4-7 F, z miniprowadnikiem o długości 45 cm i średnicy z igłą 20\*3,8 Gauge oraz 21\*3,8 Gauge.

***Odp. Zamawiającego:***

***Zamawiający informuje iż nie wydzieli pozycji nr 1***

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści system zamykający 5 -7F ,polegającego na użyciu balonu wewnątrz naczynia oraz uszczelnacza zewnątrz naczyniowego całkowicie wchłanialnego w ciągu 30 dni, umożliwiającego zamknięcie bifurkacji oraz dostęp retro i antegrade?

***Odp. Zamawiającego:***

***Zamawiający nie dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 13.04.2021 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak