

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 19.04.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa fartuchów jednorazowego użytku – sprawa nr 31/PN/2021

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Poz. nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha endoskopowego (urologicznego) o parametrach : górna część (powyżej piersi) wykona na z włókniny paroprzepuszczalnej typu SMS o gramaturze 35g/m². Rękawy wykonane z nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o odporności na przenikanie cieczy znaczne powyżej parametrów wymagane w SIWZ (256 cm H₂O) . Pozostała część fartucha wykonana z nieprzepuszczalnej, wielowarstwowej folii PE o gramaturze 47 g/m². Konstrukcja fartucha i kontrafałdy zgodnie z opisem w SIWZ. Fartuch wiązany w górnej i środkowej części na troki zabezpieczające plecy operatora.

Fartuch dodatkowo zabezpieczony i owinięty w serwetę z włókniny SMS. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Poz. nr 2 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMS bez zawartości lateksu, celulozy oraz polietylenu. Rękawy o kroju prostym, poszerzonym w ramionach, zapewniające swobodę ruchów.

Wymiary ;

Nr 1 : długość 140 cm , szerokość 165 cm, rękaw 87 cm

Nr 2 ; długość 155 cm, szerokość 170 cm , rękaw 87 cm

Fartuch z 2 jałowymi ręcznikami w zestawie zapakowany podwójnie zgodnie z wymogami SIWZ w wewnętrzne opakowanie z włókniny SMS i zewnętrzne papier folia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Poz. nr 3 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha, wzmocnionego w części przedniej i na rękawach, wykonanego z włókniny SMS. Rękawy o kroju prostym, poszerzonym w ramionach , zapewniające swobodę ruchów. Części wzmocnione wykonane z nieprzemakalnego laminatu o składzie :polipropylen (włóknina) i PE (warstwa barierowa) .

Wymiary ;

Nr 1 : długość 140 cm , szerokość 165 cm, rękaw 87 cm

Nr 2 ; długość 155 cm, szerokość 170 cm , rękaw 87 cm

Fartuch z 2 jałowymi ręcznikami w zestawie zapakowany podwójnie zgodnie z wymogami SIWZ w wewnętrzne opakowanie z włókniny SMS i zewnętrzne papier folia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Poz. nr 4 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie fartucha wykonanego z włókniny SMS bez zawartości lateksu, celulozy oraz polietylenu. Rękawy o kroju prostym, poszerzonym w ramionach, zapewniające swobodę ruchów.

Wymiary ;

Nr 1 : długość 140 cm , szerokość 165 cm, rękaw 87 cm

Nr 2 ; długość 155 cm, szerokość 170 cm , rękaw 87 cm

Fartuch z 2 jałowymi ręcznikami w zestawie zapakowany podwójnie zgodnie z wymogami SIWZ w wewnętrzne opakowanie z włókniny SMS i zewnętrzne papier folia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Pytanie 1, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Pytanie 2, poz. 3

Fartuch chirurgiczny podfoliowany niesterylny. Włóknina SSMMS PP+PE , rękawy zakończone mankietem, wiązany przy szyi i w pasie na troki, odporny na rozbryzgi, przyjazny dla skóry, wchłania pot, niejałowy,

- zgodny z normą EN 13795

Zarejestrowany jako wyrób medyczny oraz ŚOI Kat III typ PB 6-B

Przebadany zgodnie EN 14126, SGS tested AAMI-PB70 (AATCC 42, AATCC 127)

Spełniający normy:

EN ISO 13688- odzież ochronna, ogólne wymagania

EN 14126 – odzież ochronna, wymagania dotyczące wydajności i metody badań odzieży chroniącej przed czynnikami zakaźnymi

EN 13034+ A1 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami (typ PB 6-B)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m² i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m². Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7,5cm, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szywy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa rękawiczki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z rękawiczkami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 43 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: XXL, długość 154cm, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm/ szerokości 148cm/ dł. Rękawa 62cm oraz w rozmiarze XXL o długości 157cm/ szerokości 152cm/ dł. Rękawa 61cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Pozycja 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany podwójnie owinięty w serwetę polipropylenową?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Pozycja 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany podwójnie owinięty w serwetę z włókniny SMS?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający dodatkowe wzmocnienia wykonane z dwuwarstwowego laminatu (polipropulen spunbond + folia PE)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm/ szerokości 148cm/ dł. Rękawa 62cm oraz w rozmiarze XXL o długości 157cm/ szerokości 152cm/ dł. Rękawa 61cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm/ szerokości 148cm/ dł. Rękawa 62cm oraz w rozmiarze XXL o długości 157cm/ szerokości 152cm/ dł. Rękawa 61cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 pełnobarierowego sterylne go fartucha chirurgicznego urologicznego o następujących parametrach: obszerny, szeroki na dole, chroniący tułów i nogi, gwarantujący zabezpieczenie operatora przed przenikaniem płynów w pozycji siedzącej, plecy fartucha w kształcie „V”. Plecy i rękawy fartucha wykonane z włókniny SMMMS, w przypadku rękawów dodatkowo wzmocnione bilaminatem (folia polietylenowa z polipropylenem Spunbond), o łącznej gramaturze min. 75 g/m². Przód fartucha wykonany z folii polietylenowej o gramaturze min. 50 g/m². Rękawy zakończone dzianinowymi mankietami. Odporność fartucha na przenikanie wody w częściach wzmocnionych min. 170 cmH₂O. Fartuch pakowany we włókninę SMS o wymiarach min. 60 x 60 cm wraz z dwoma ręcznikami do rąk o wymiarach min. 35 x 65 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 1 fartucha pełnobarierowego (min.200 mmH₂O) i oddychającego (min. 3800 g/m²/24h) na całej powierzchni wykonanego z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m². Przebadanego na przenikanie min. 14 cytostatyków (wyniki badań załączone do oferty). Oznakowanego jako wyrób medyczny klasy Is oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Zgodnego z EN 14605. Rękaw fartucha zakończony dzianinowym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Rękawy fartucha scalone podłużnym zgrzewem. Opakowanie zawierające min. 1 ręcznik chłonny min. 65x35 cm. Posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 dla nr 1 i 2 długości rękawów wraz z mankietem min 72,5 cm oraz szerokości min. 160 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 2 dla nr 2 długości 160 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 3 dla nr 1 i 2 długości rękawów wraz z mankietem min. 72,5 cm oraz szerokości min. 160 cm oraz długości dla nr. 1 140 cm i dla nr 2 160 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz.4 fartucha z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m², repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H₂O na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, min. 4 rozmiary, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Długość dla nr. 1 i 2 min 135 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

OPZ poz. 2: Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym tradycyjnie (nie typu reglan), 1. szerokość pod pachami 132 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankieta 79 cm (+/- 4 cm), 2. długość fartucha 150 cm, szerokość pod pachami 138 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankieta 85 cm (+/- 4 cm)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

OPZ poz. 3: Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym tradycyjnie (nie typu reglan), 1. długość fartucha 130 cm, szerokość pod pachami 132 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79 cm (+/- 4 cm), 2. długość fartucha 150 cm, szerokość pod pachami 138 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 85 cm (+/- 4 cm), fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

OPZ poz. 4: Czy zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym tradycyjnie (nie typu reglan), 1. długość fartucha 130 cm, szerokość pod pachami 132 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 79 cm (+/- 4 cm), 2. długość fartucha 150 cm, szerokość pod pachami 138 cm (+/- 2cm), długość rękawa od wycięcia pod szyją do mankietu 85 cm (+/- 4 cm), fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 19.04.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Faszak