

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 19.04.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa testów Sars-Cov-2” – sprawa nr 33/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści zestawy spełniające wszystkie wymagania SIWZ, w formie 12 pasków 8 – dołkowych, które w zależności od ilości zaplanowanych badań można wykorzystać jednorazowo w postaci płytki 96-dołkowej, lub bez konieczności łamania płytki w postaci pojedynczych pasków?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wymaga aby testy umożliwiały wykrywanie wariantów mutacji wirusa SARS-CoV-2, w tym wariantu brytyjskiego SARS-CoV-2 VUI 202012/01 (B.1.1.7), co zostanie udokumentowane odpowiednimi badaniami i oświadczeniem producenta testu ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający wymaga, aby testy były zwalidowane do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 w próbkach śliny, co zostanie udokumentowane odpowiednimi badaniami i oświadczeniem producenta testu ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiedniej ilości materiału do przeprowadzenia ponownego badania (np. w przypadku wyników nierozstrzygających); ilość wyizolowanego RNA z próbki potrzebna do przeprowadzenia reakcji, nie przekraczała 6 µl?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5:

Cz.3 Opis przedmiotu zamówienia, punkt nr 5. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów w formie 12 pasków 8 dołkowych tzw. „stripów”?

Uzasadnienie: Produkt w formie paskowym jest produktem równoważnym do zaoferowania perforowanej płytki.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający dopuści test przebiegający w objętości reakcyjnej 25 mikrolitrów? Jest to wciąż test przebiegający na takiej samej płytce niskoprofilowej jak oczekuje zamawiający.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści test spełniający oczekiwania zamawiającego w kwestii wymaganych materiałów do badania a ponadto posiadający walidację na wykonywanie badań ze śliny i wymazów z nosa, jednakże konfekcjonowany jest po 120 oznaczeń?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników bazujących na gotowych roztworach i przechowywanych w temperaturze -15 do -31 stopni Celsjusza – jeśli oferent zobowiąże się do zapewnienia urządzenia chłodniczego do ich przechowywania na czas obowiązywania umowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Pytania do projektu umowy:

§ 1 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie do 3 dni roboczych wymagane dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia – jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. Zamawiający uzna za spełnienie warunku udostępnienie ich do bezpłatnego i całodobowego pobrania z biblioteki technicznej Wykonawcy udostępnionej na jego stronie internetowej pod adresem:”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

§ 3 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania przedmiotu zamówienia pod wskazany adres Magazynu Zamawiającego, cyklicznie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

§ 3 ust. 1 – Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgodny na powyższe pytanie, to czy wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 12:

§ 3 ust. 7 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku braku z jakichkolwiek przyczyn produktów stanowiących przedmiot zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13:

§ 3 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W razie zwłoki w realizacji dostaw przekraczających co najmniej 3 dni roboczych termin o którym mowa w § 3 ust 1 umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów. Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

§ 3 ust. 8 – W przypadku braku zgody na powyższe pytanie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W razie zwłoki w realizacji dostaw przekraczających co najmniej 3 dni roboczych termin o którym mowa w § 3 ust 1 umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych. Dotyczy to również sytuacji, gdy z powodu braku kompatybilności dostępnych na rynku wyrobów zamiennych, zachodzi konieczność zakupu również tej części produktów, które zostały już dostarczone, a nie mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego z tego powodu. W przypadku braku kompatybilności Zamawiający w pierwszej kolejności skorzysta z możliwości przeprowadzenia badania/badań w zewnętrznym laboratorium wskazanym przez Wykonawcę. W przypadku zakupu Zamawiający zobowiązany będzie do udokumentowania poniesionych kosztów.”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15:

§ 4 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Odbiór, ilościowy i jakościowy dostarczonej partii przedmiotu zamówienia (zgodnej z zamówieniem Zamawiającego) będzie przeprowadzony przez Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną z udziałem Wykonawcy lub jego przedstawiciela w Magazynie Szpitala. Jako potwierdzenie realizacji dostawy Strona uznają również podpisanie przez Zamawiającego listu przewozowego.”?

Uzasadnienie: Wykonawca podobnie jak zdecydowana większość firm działających na rynku nie ma technicznej możliwości do spełnienia powyższego wymogu. Wykonawca w zakresie realizacji dostaw zamówionego asortymentu korzysta z usług zewnętrznej firmy przewozowej zapewniającej należyte warunki transportu. Wykonawca nie prowadzi działalności transportowej. W związku z korzystaniem z usług zewnętrznej firmy przewozowej w zakresie realizacji dostaw, obustronne podpisanie protokołu odbioru przez Wykonawcę lub jej przedstawiciela jest niemożliwe, gdyż Kurier/ firma transportowa nie jest stroną umowy i nie jest w żaden sposób umocowana do składania jakichkolwiek oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Standardowo potwierdzenie faktu realizacji zamówienia stanowi podpisany przez Odbiorcę list przewozowy przekazany przez kuriera. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z uprzejmą prośbą o przychylnie rozpatrzenie zadanego pytania.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16:

§ 5 ust. 6 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17:

§ 7 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 5 % wartości umowy.”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

§ 7 ust. 5 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:
„Wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-4 powyżej oblicza się od wartości netto.”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

§ 7 ust. 8 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na
„Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kar umownych, jeżeli okoliczności będące podstawą do ich nałożenia wynikają z siły wyższej lub z okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testów liofilizowanych, w których mix reakcyjny przygotowywany jest w probówkach w stripach.

Uzasadnienie: Wykorzystanie probówek w stripach daje Zamawiającemu możliwość regulowania ilości jednorazowo przeprowadzanych reakcji bez potrzeby wykorzystywanie jednorazowo całej płytki.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający dopuści zestawy liofilizowane w probówkach o niskim profilu w formie stripów, a nie płytki, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Dotyczy: Część III – opis przedmiotu zamówienia

Pkt. 5.: „Mix reakcyjny w odpowiednich probówkach PCR o niskim profilu w formie płytki 8 x 12.”

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie zestawu, w którym liofilizowany mix reakcyjny jest umieszczony w dołkach/probówkach PCR o niskim profilu w formie 12 indywidualnych stripów po 8 dołków każdy kompatybilnych z termocyklerem CFX 96?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Dotyczy: Część III – opis przedmiotu zamówienia

Pkt. 9.: „Termin ważności zestawu min 12 m-cy.”

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści zestawy posiadające 12 miesięczny termin ważności od produkcji natomiast dostarczone do zamawiającego z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Dotyczy: Część III – opis przedmiotu zamówienia

Pkt. 14.: „Czułość analityczna zestawu nie gorsza niż 10 kopii/reakcję.”

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o czułości 200 kopii/mL co w przeliczeniu na objętość mieszaniny reakcyjnej daje 4 kopie/reakcję? Przeliczenie potwierdzone oficjalnym dokumentem producenta.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Dotyczy: Część III – opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie liofilizowanego zestawu PCR do wykrywania SARS-CoV-2 w przypadku którego liofilizowany mix reakcyjny rozpuszczany jest bezpośrednio wyizolowaną próbką pacjenta? Takie rozwiązanie zmniejsza ilość operacji niezbędnych do przygotowania reakcji PCR dzięki czemu minimalizujemy ilość błędów, które mogą wystąpić podczas przygotowania badania oraz znacząco wpływa na poprawę czułości testu gdyż próbka pacjenta nie jest rozcieńczana buforem.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 19.04.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak