

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 21.04.2021 r.

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyrobów medycznych – sprawa nr 23/PN//2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie nr 1:

Pytanie do pakietu 27

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 i stworzenie osobnego zadania na stenty do tętnicy podudzia co spowoduje iż będziemy mogli zaproponować wysokiej jakości stent szwajcarskiego producenta w wyśmienitej cenie dla Szpitala.

Poniżej parametry proponowanego produktu:

- nitinolowe wycinane z jednego kawałka tuby
- kompatybilne z przewodnikiem 0,018”
- dostępne średnice 2-6 mm o długości 30-60 mm oraz 4-7 mm o długości 40-60 mm
- kompatybilne z koszulką 4 F i 5 F

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie nr 2:

Pakiet 20 poz. 2

Czy w związku z wycofaniem opisanego produktu z produkcji czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję do oddzielnego pakietu. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu przetargowym, co przedłoży się na większą konkurencyjność i wybór przez Zamawiającego oferty najkorzystniejszej.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W przypadku zaprzestania produkcji produktu należy podać cenę z ostatniej sprzedaży i zawrzeć informacje w formularzu asortymentowo- ilościowym o wycofaniu opisanego produktu z produkcji.**

### Pytanie nr 3:

pytanie do części 11 poz 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części 11 w pozycji nr 1 Wody do irygacji jam ciała w butelce o poj. 500 ml w opakowaniu typu Pour Bottle, czyli w kwadratowej odkręcanej butelce, której szyjka zabezpieczona jest specjalnym kołnierzem zapobiegającym potoczeniu się kropli po zewnętrznej powierzchni butelki? Produkt można bezpiecznie podgrzewać w łaźni wodnej do temperatury 65oC.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

### Pytanie nr 4:

Część nr 12, pozycja 12a

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr lub 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany

tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewód Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 5:**

Część nr 12, pozycja 12b

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długościach: 30cm, 35cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewód Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 6:**

Część nr 12, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężeniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewód Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczoną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12a oraz 12b z Części nr 12 i stworzy osobny pakiet?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 z Części nr 12 i stworzy osobny pakiet?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 9:**

Prosimy o dopuszczenie:

Część nr 7, poz. 2: Zestawu do szynowania moczowodów typu Mono J o śr. 7F, dł. 70 cm.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 10:**

prosimy o dopuszczenie:

Część nr 7, poz. 7: Zestaw do szynowania moczowodu do 12 miesięcy z cewnikiem typu pigtail obustronnie otwarty w zestawie z przewodnikiem, popychaczem. Śr. 4,7 Fr, długość 24 cm i 26 cm.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania i udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 1). (Dotyczy umowy depozytu)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 12:**

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 7 ust. 2) (Dotyczy umowy depozytu)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 13:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz dodanie do 5-cio dniowego terminu wymiany zapisu „...od dnia uznania reklamacji”.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 14:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4, 5:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) albo godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie partii towaru.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu lub uzupełnieniu banku jednak nie więcej niż 10% wartości netto opóźnionego w utworzeniu/ uzupełnieniu banku.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że uzupełni projekt umowy w kwestii przysyłania faktur w postaci elektronicznej na adres: faktury@szpital.slupsk.pl**

**Pytanie nr 16:**

Pakiet nr 19 opatrunki specjalistyczne:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 17:**

**CZEŚĆ NR 2**

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do znieczulenia podpajęczynówko-wego zgodnego z SIWZ, jednakże w którego składzie, w zamian za wymaganą igłę 21G x 1 ½ jest igła 22G x 1 ¼?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 18:**

**CZEŚĆ NR 9**

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pasków do zamykania ran zgodnych z SIWZ, jednakże niewzmocnionych.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 19:**

**CZEŚĆ NR 35**

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS? Pozostałe parametry ubrań bez zmian.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 20:**

**Pakiet 35**

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny z luźną bluzą z krótkim rękawem i dekoltem w kształcie litery „V” wykończony białą lamówką?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 21:**

**Część nr 8 poz. 3**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 3 z Części nr 8 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 22:**

Czy Zamawiający w zad. 13, poz.1, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Stapler do skóry wraz z zszywkami powlekanymi teflonem. Stapler zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Automatyczne podawanie zszywek. Zszywki powlekań teflonem. Zszywki o wysokim profilu i prostokątnym kształcie. Typ zszywki - szeroka, grzbiet 6,5 mm, nóżka - 4,7 mm. Jm - op. a 6 szt.?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 23:**

Czy Zamawiający w zad. 13, poz.2, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

Przyrząd do usuwania zszywek jednorazowego użytku. Jm - op. a 12 szt.?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 24:**

**Część 2:**

Czy zamawiający dopuści zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego o składzie : 1 x serweta podfoliowana 75cm x 45cm; 1 x serweta podfoliowana z otworem otoczonym warstwą lepną i

przyklepną krawędzią boczną; 1 x pęseta 13 cm; 1 x strzykawką 5ml typu Luer lock; 1x strzykawką 3 ml, 1x igła 1,2x40 mm; 1x igła 0,5x25 mm; 10x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm ; 1 x opatrunek typu Cosmopor E 7,2 x 5cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 25:**

Część 3 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie chłonności wody 5 s?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 26:**

Część 3 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie a2 sztuki?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 27:**

Część 3 poz. 1-2:

Czy Zamawiający oczekuje opaski nawiniętej na plastikowa rolkę z otworami? Takie rozwiązanie umożliwia pełne, przez wszystkie jej warstwy namakanie opaski. Przy namaczaniu woda przenika przez zewnętrzne warstwy a dzięki otworom w rolce również przez wewnętrzne warstwy opaski dzięki czemu są równomiernie namoczone i prawidłowo przygotowane do usztywniania.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 28:**

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści watę higieniczno-kosmetyczną?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 29:**

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą w opak. a 500 g, z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 30:**

Część 4 poz. 2

Opaski elastyczne w większości szpitali wykorzystywane są po sterylizacji do zabiegów m.in. artroskopii na bloku operacyjnym. Czy Zamawiający będzie przeznaczał opaski do sterylizacji? Czy Zamawiający oczekuje załączenia do oferty karty danych technicznych opasek potwierdzającej, że nie zmieniają po sterylizacji swoich właściwości tj. nie żółkną i nie tracą elastyczności?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający będzie przeznaczał opaski do sterylizacji. Zamawiający wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z SWZ.***

**Pytanie nr 31:**

Część 4 poz. 3,4

Zamawiający informuje o tym, że kompresy będą wprowadzane w części lub całości do organizmu ludzkiego przez otwory ciała lub jego powierzchnie. Prosimy o potwierdzenie, że oznacza to, że Zamawiający oczekuje kompresów zarejestrowanych w kl. II a Reg. 7, a więc do zastosowania inwazyjnego, tam gdzie jest przerwana ciągłość skóry?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie nr 32:**

Część 4 poz. 3-7

Czy zgodnie z ostatnią częścią Farmakopei, dotyczącą wyrobów medycznych nieaktywnych tj. cz. VI, Zamawiający oczekuje, aby masa powierzchniowa zamawianej gazy 13 nitkowej wynosiła 17g/m<sup>2</sup> a w przypadku zamawianej gazy 17 nitkowej wynosiła 23 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 33:**

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga, aby wata celulozowa posiadała wysoką chłonność wody min. 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty)?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 34:**

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga, aby wata celulozowa była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 35:**

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**

**Pytanie nr 36:**

Pakiet 6:

Na rynku pojawiły się opaski wiskozowe dziane z domieszką poliestru. Opaki z zawartością poliestru mogą powodować podrażnienia przy bezpośrednim kontakcie ze skórą oraz nie są opaskami, które można sterylizować. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek takich jakich szpital używał dotychczas tj. z wiskozy 100%? Czy na potwierdzenie tego wymogu Zamawiający oczekuje dołączenia kart danych technicznych?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z SWZ.**

**Pytanie nr 37:**

Pakiet 35:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluz z wycięciem przy szyi w szpic?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 38:**

Pakiet 35:

Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS, SMMS i SMMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 39:**

Pakiet 35:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ubrań z włókniny o paroprzepuszczalności min. 4547 g/m<sup>2</sup> x 24h? Na rynku pojawiły się ubrania z włókniny, która ze względu na brak przepuszczalności powietrza nie nadają się do używania jako ubrania chirurgiczne.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie nr 40:**

Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 do 3% wartości niezrealizowanej części umowy?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 41:**

Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w §7 ust. 2,3,4 do wysokości 0,1% wartości zamówionej partii?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 42:**

Dotyczy Część 30 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie trójpanelowej maski FFP2 bez filtra wydechowego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 43:**

Dotyczy Część 30 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje maski FFP2 z warstwą bakteriobójczej membrany grafenowej ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 44:**

Dotyczy Część 30 poz. 4 i 5.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonek polietylenowych w kolorze zielonym.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 45:**

Pakiet 2, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści serwetę z otworem i przyklepcem wokół otworu zamiast przylepną krawędzią?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 46:**

Pakiet 3, pozycja 1-2

Czy zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 47:**

Pakiet 3, pozycja 1-2

Czy zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie chłonności wody ok. 5 sekund?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 48:**

Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 6 o szerokości 4,0-6,5cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 49:**

Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8 o szerokości 5,0-9,5cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 50:**

Pakiet 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10 o szerokości 6,5-13,5cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 51:**

Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 14 o szerokości 8,0-14,0cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 52:**

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby zszywki były powlekane teflonem?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 53:**

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler zawierający 35 zszywek w rozmiarze szerokość 5,9mm, wysokość 3,9mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 54:**

Pakiet 13, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści stapler zawierający 35 zszywek w rozmiarze szerokość 7,2mm, wysokość 4,9mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 55:**

Pakiet 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię operacyjną rozmiar całkowity 45 x 55 cm, rozmiar przylepny 45 x 49-55 cm. Sterylna, bakteriobójcza folia operacyjna stosowana jako bariera mechaniczna przy nacięciach chirurgicznych. Antystyczna, matowa, z folii poliuretanowej o grubości 0,025 mm, z akrylowym klejem zawierającym 2% roztwór jodyny, co zapewnia szerokie spectrum działania antybakteryjnego podczas procedury operacyjnej. Folia wyposażona w przylepne niebieskie znaczniki z oznaczeniem końca folii stosowane podczas aplikacji - znaczniki wyposażone w osobny papier ochronny co pozwala na pozostawienie znaczników w formie nieprzylepnej po aplikacji folii. Niepalna, elastyczna folia, paroprzepuszczalność na poziomie 1800 g/m<sup>2</sup>/24h. Opakowanie indywidualne papier- folia oraz dodatkowe wewnętrzne zabezpieczenie folii w papier silikonowany. Wyrób medyczny klasy III, sterylizowany tlenkiem etylenu.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 56:**

Pakiet 30, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009. Penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,31 % ; penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 1,40 %; opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej 1,93 mbar (193 Pa), opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min poniżej 1,88 mbar (188 Pa), z zaworem, kopułowa konstrukcja, elastyczny zewnętrzny sztywniak na nos w kolorze białym, wyposażona w piankę w części nosowej oraz gumki mocowane z tyłu głowy zapewniające szczelne przyleganie. Półmaska w oraz gumki



mocujące w kolorze białymi. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'20 szt. z nadrukowaną graficzną instrukcją zakładania.



***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 57:**

Pakiet 30, pozycja 4-5

Czy Zamawiający dopuści osłony na opakowanie z preparatem cytostatycznym w kolorze zielonym?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 58:**

Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z wycięciem przy szyi w kształcie V, całość wykonana z włókniny SMS 35g/m<sup>2</sup>?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 59:**

Część 35, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kompletów z wycięciem w kształcie V pod szyją. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 60:**

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację § 1 projektu umowy poprzez wykreślenie z jego treści ust. 2 przewidującego konieczność przeszkolenia personelu w siedzibie Zamawiającego, w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 61:**

Pytania do wzoru umowy:

Wnosimy o modyfikację § 3 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 10 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania co najmniej raz w miesiącu nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiałym sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przewyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej

wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 62:**

Wnosimy o wykreślenie § 8 ust. 1 projektu umowy. UZASADNIENIE: Kwestia cesji wierzytelności względem samodzielnego powszechnego zakładu opieki zdrowotnej została już uregulowana treścią powszechnie obowiązującego prawa, tj. w treści art. 54 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, ze zm.), w brzmieniu: „Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący. Podmiot tworzący wydaje zgodę albo odmawia jej wydania, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w oparciu o analizę sytuacji finansowej i wynik finansowy samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok poprzedni. Zgodę wydaje się po zasięgnięciu opinii kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 63:**

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 64:**

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 3 pkt 2) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „zmiana taka następować będzie automatycznie z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejsze zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 65:**

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3a o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 66:**

Część nr 4, poz. 2

Czy zamawiający wydzielił poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli

Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 67:**

Część nr 5 , poz. 1-4

Czy zamawiający wymaga wycenę za 1 mb w stanie spoczynku?

**Odp. Zamawiającego: Tak w stanie spoczynku.**

**Pytanie nr 68:**

Część nr 5 , poz. 1-4 Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym? Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w. Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w. Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w. Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w. Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w. Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w. Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 69:**

Część 6, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 70:**

Część 23, poz. 1 Czy zamawiający dopuści worki z drenem o długości min. 90 cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 71:**

Część 35, poz.1

Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m<sup>2</sup> z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 72:**

Część nr 5, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania elastyczna siatka opatrunkowa do stosowania na rękę lub stopę, szerokość w stanie nierozciągniętym 2,4-2,9cm . Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 73:**

Część nr 5, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania elastyczna siatka opatrunkowa do stosowania na udo lub głowę, szerokość w stanie nierozciągniętym 3,8-4,6cm. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 74:**

Część nr 5, poz. 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania elastyczna siatka opatrunkowa do stosowania na biodro lub brzuch, szerokość w stanie nierozciągniętym 8,6-9,6cm. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 75:**

Część nr 5, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania elastyczna siatka opatrunkowa do stosowania na klatkę piersiową, szerokość w stanie nierozciągniętym 8,6-9,6cm. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 76:**

Część nr 18, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania opatrunku w rozmiarze 7,5 cm x 8,5 cm. Pozostałe wymagania zgodnie z OPZ.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 77:**

Część nr 35, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaferowania ubrania chirurgicznego z materiału typu SMS, masa powierzchniowa 35g/m<sup>2</sup>. Wokół szyi wycięcie w kształcie litery „V”. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 78:**

Część nr 22, Pozycja nr 1

Czy Zamawiający, w miejsce koszulki opisanej w formularzu asortymentowo - ilościowym, zgodzi się na zaferowanie koszulki dostępu moczowodowego o rozmiarach: 10,7/12,7 Fr; 12/14 Fr oraz 14/16 Fr o długościach; 28, 35 i 45 cm ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 79:**

Część nr 22, Pozycja nr 2

Czy Zamawiający, w miejsce szczypiec opisanych w formularzu asortymentowo – ilościowym, zgodzi się na zaferowanie koszyka nitinolowego do przechwytywania i wydobywania złogów w kształcie chwytaka, o rozmiarach 1,7 i 2,2 Fr i długości 115 cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 80:**

Dotyczy pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły tępej z filtrem do pobierania leków o z ostrzem ściętym pod kątem 45°. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 81:**

Dotyczy pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje zaferowania igieł tępych z filtrem w 2 długościach: 1,2 x 40 mm i 1,2 x 50 mm do wyboru zamawiającego do efektywnego pobierania leków z pojemników zbiorczych o różnej wielkości

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 21.04.2021 r.**

**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**