

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 05.05.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: „Dostawa soczewek i akcesoriów jednorazowego użytku” – postępowanie nr 38/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnił treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pakietu nr 4:

Czy zamawiający dopuści również retraktory tęczówkowe pakowane po 5 sztuk. Jaką ilość opakowań należy wówczas zaoferować?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza, jeżeli jedno opakowanie zawiera 5 kompletów (5 retraktorów w jednym opakowaniu). 10 op.

Pytanie nr 2:

Dot. Część 3 poz.1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga strzykawki 2 ml do pomiarów gazometrycznych ze stężeniem heparyny litowej balansowanej jonami wapnia co najmniej 50 lub więcej IU/ 1 ml krwi? Odpowiednie stężenie heparyny zapobiega wykrzepianiu w pobranej próbce oraz możliwym awariom analizatora.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Dot. zapisów umowy § 3 ust. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Dot. zapisów umowy § 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Pakiet 3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej 3-częściowa strzykawki , jałowej z końcówka luer-lock - 3 ml, tłok i cylinder z polipropylenu ,długość skali na cylindrze odpowiadająca pojemności nominalnej strzykawki, sterylizacja radiacyjna lub tlenkiem etylenu, opakowanie max 100 szt., jednorazowego użytku, sterylne.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Pakiet 3

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie czy strzykawki mają posiadać skalowanie co 0,1 ml, logo marki strzykawki/logo producenta na cylindrze?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że strzykawki mogą posiadać skalowanie co 0,1 ml. W odniesieniu do logo Zamawiający informuje, że dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 7:

Pytanie dot. Części 1 (Załącznik nr 2)

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 1 soczewkę wewnątrzgałkową, zwijalną, akrylową, jednoczęściową, hydrofilną, z dwoma haptenami z pojedynczym otworem w każdym haptenie o stopniu uwodnienia 26%, ukątowanie haptentów 0 stopni, indeks refrakcji 1,46. Zakres dioptrażu od -10 do +40 dioptrii (w zakresie +6 do +30 co 0,5D). Soczewka zapakowana razem z jednorazowym injektorem i kartridżem (końcówka kartridża ścięta pod kątem 37 stopni), dedykowanym do wszczepu przez cięcie 2,2mm, soczewka sterylizowana parowo, system implantacyjny wraz z kartridżem sterylizowany ETO, moduł Young'a soczewki 3,0MPa, kął zwilżania materiału z którego wykonana jest soczewka 52 stopnie?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Pakiet 3

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 1, jałową strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 3 ml , tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków - potwierdzone oświadczeniem producenta), czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 200 szt.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 05.05.2021 r.

Z-CIA KUPOWNIKA
Biuro Zakupów i Sprzedaży
Izabela Hierazyńska