

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 24.06.2021 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów – sprawa nr 53/PN/2021**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

Dotyczy § 3 ust. 4 wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstępnie od wymogu wniesienia towaru bezpośrednio do Magazynu Zamawiającego? Uzasadnienie: Wykonawcy korzystają przy dostawach z usług firm kurierskich, które nie mają prawa rozładowywać i przenosić dostaw do pomieszczeń magazynowych na wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsca.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### **Pytanie nr 2:**

Dotyczy § 8 wzoru umowy:

Czy w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
  - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
  - przedmiotowym/ produkt zamienny
  - sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
  - liczby opakowań
  - wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony
  - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadzi do umowy w § 8 następujące zapisy;**

### **5. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:**

- a) numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy),
- b) nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,
- c) przedmiotowym/ produkt zamienny o parametrach nie gorszych niż oferowanych w zawartej ofercie,
- d) sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
- e) wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony

*lub wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową,*

- f) cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową*

*- pod warunkiem, iż powyższe nie będzie skutkowało zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.*

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, iż zapis SWZ, iż ilości zamawianego towaru stanowią wielkości szacunkowe, które mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, nie będzie stanowiło podstawy, do żądania nieopłatnych świadczeń w postaci darowizny odczynników, ponad ilości, które były pierwotnie przewidziane w dokumentacji przetargowej i za które Zamawiający uiszczał wynagrodzenie opisane w ofercie. W sytuacji zatem gdy Zamawiający dokona zamówień ponad górny zakres ilości przewidzianych w SIWZ, każde zamówienie będzie zamówieniem odpłatnym, na które wykonawca wystawi fakturę po cenach identycznych jak ceny z oferty?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie będzie żądał w ramach przedmiotowej umowy realizowania nieodpłatnych świadczeń ze strony Wykonawcy.***

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin realizacji dostaw wynosił 5 dni roboczych a termin dostaw CITO 72h

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności oferowanych wyrobów z 12 m-cy na min. 4 m-ce.?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy pkt. 1 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie UPS, którego czas podtrzymywania pracy wynosi 15 min.?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy pkt. 3 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający ma na myśli maksymalną wydajność aparatu nie mniejszą niż 90 oznaczeń/godzinę?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy pkt. 12 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający przez „Możliwość dostawiania odczynników w każdym momencie pracy, ze swobodnym dostępem bez konieczności przerywania pracy analizatora.” rozumie możliwość dostawiania odczynników bez przerywania wykonywania oznaczeń?

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy pkt. 38 parametrów wymaganych:

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby dostępność serwisu- zgłoszenia awarii i wsparcie serwisanta było przez 7 dni w tygodniu 8.00-21.00 ( także w dni ustawowo wolne od pracy).. Wykonawca przekaze Zamawiającemu bezpośredni numer telefonu do serwisanta.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania kontroli wieloparametrowej niezależnego producenta z wartościami dedykowanymi dla oferowanego analizatora i odczynnika można zrezygnować z kontroli dedykowanej producenta odczynnika, która jest wymieniona i wymagana w ulotce odczynnikowej. Zastosowanie wieloparametrowego materiału kontrolnego jest rozwiązaniem wygodniejszym i korzystniejszym ze względów ekonomicznych. Rozwiązanie takie jest powszechnie stosowane w praktyce laboratoryjnej.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający wymaga aby oferent zaoferował dedykowane rozcieńczalniki służące do manualnego rozcieńczania próbek pacjentów w przypadku otrzymania wyników powyżej zakresu oznaczenia oznaczalności analizatora?

**Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga.**

**Pytanie nr 12:**

Bardzo proszę o doprecyzowanie czy podana ilość oznaczeń w formularzu asortymentowo-cenowym uwzględniają testy przeznaczone na kontrole i kalibracje? Jeżeli nie, bardzo proszę o podanie częstotliwości kontroli wewnętrznej dla podanych oznaczeń.

**Odp. Zamawiającego: Formularz asortymentowo-ilościowy uwzględnia testy przeznaczone na kontrolę i kalibrację.**

**Pytanie nr 13:**

W celu wyliczenia odpowiedniej ilości materiału kontrolnego do przepracowania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej bardzo proszę o podanie harmonogramu kontroli, jakie Zamawiający planuje wykonywać dla poszczególnych parametrów.

**Odp. Zamawiającego: Wirusy, hormony płciowe, markery 3 razy w tygodniu. Pozostałe codziennie.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 24.06.2021 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak