



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.06.2021 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa łóżek i materacy przeciwoleżynowych” – sprawa nr 48/PN/2021**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Pytania części nr 3 -materace przeciwoleżynowy

1.Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwoleżynowy o wymiarach 185x200cm, zbudowany z 19 komór? Większa ilość komór zapewnia wyższy komfort leżące-mu pacjentowi.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 2:**

Pytania części nr 3 -materace przeciwoleżynowy

2.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu określenia kształtu przekroju komór? Ta cecha nic nie wnosi do parametrów przeciwoleżynowych materaca.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

Pytania części nr 3 -materace przeciwoleżynowy

3.Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwoleżynowy z przewoda-mi bez pokrowca ochronnego?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 4:**

Pytania części nr 3 -materace przeciwoleżynowy

4.Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwoleżynowy z pokrowcem o następujących parametrach: odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących, paroprzepuszczalny, odpinany z za pomocą dwóch suwaków, z możliwością prania w temperaturze do 95°C? Wielokrotne pranie w wysokiej temperaturze doprowadzi do szybkiego zużycia pokrowca.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 5:**

Pytania części nr 3 -materace przeciwoleżynowy

5.Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwoleżynowy z pompą bez wyświetlacza informującego o aktualnym poziomie ciśnienia wewnątrz materaca? Użytkownik powinien dopilnować, aby pompa była ustawiona odpowiednio do wagi pacjenta, a za dobór ciśnienia odpowiada pompa. Informacja nt. poziomu ciśnienia wewnątrz komór jest użytkownikowi zbędna, a wręcz może doprowadzić do błędu w obsłudze, gdy omyłkowo po-traktuje się ją jako wagę pacjenta.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 6:**

Pytania części nr 3 -materace przeciwodleżynowy

6.Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą pracującą w zakresie ciśnienia 25-60mmHg przeznaczoną dla pacjentów o wadze do 200kg?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

Pytania części nr 3 -materace przeciwodleżynowy

7.Czy Zamawiający uzna za spełniający wymogi SWZ materac przeciwodleżynowy z pompą z regulacją ciśnienia płynną bezstopniową (bezskokową) umożliwiającą dokładniejszą regulację niż skokowa co kilka kg?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 8:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

1.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada sygnalizacji włączenia do sieci? Sygnalizowanie tego stanu nie jest konieczne, gdyż w trakcie użytkowania łóżka z napędami elektrycznymi są one zawsze podłączone do sieci zasilającej, a o konieczności ich odłączenia od sieci, np. przy przejeżdżaniu łóżka, informuje stosowny zapis z Instrukcji Obsługi.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 9:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

2.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada wbudowany akumulator bez sygnalizacji jego naładowania?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 10:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

3.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada długość zewnętrzną wynoszącą 2270 mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

4.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada możliwości skracania leża?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 12:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

5.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada leże 4 – sekcyjne, w tym 3 segmenty ruchome, segmenty leża wypełnione płytami HPL, przeziernymi dla promieniowania RTG, panele gładkie, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, lekkie, nadające się do dezynfekcji, leże łóżka przystosowane do montażu barierki bocznych zabezpieczających pacjenta na całej długości leża?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 13:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

6.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada wymiary podstawy: długość wynoszącą 161 cm; szerokość wynoszącą 77 cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 14:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada szczyty tworzywowe, wyjmowane od strony nóg i głowy, z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem tylko od strony nóg pacjenta?

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.*

**Pytanie nr 15:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada sterowanie za pomocą pilota przewodowego bez podświetlanych przycisków?

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.*

**Pytanie nr 16:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada pilot przewodowy bez wbudowanej latarki?

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.*

**Pytanie nr 17:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada elektryczną regulację wysokości leża w zakresie 390 – 800 mm?

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.*

**Pytanie nr 18:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada elektryczną regulację części nożnej w zakresie 0° – 40°?

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.*

**Pytanie nr 19:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada funkcję autoregresji w segmencie uda wynoszące 4,5 cm?

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.*

**Pytanie nr 20:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada elektryczną regulację pozycji Trendelenburga wynoszące 16°?

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.*

**Pytanie nr 21:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada elektryczną regulację pozycji anty – Trendelenburga wynoszącą 17°?

*Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.*

**Pytanie nr 22:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada wyłączniki/ blokady funkcji elektrycznych (uruchamiane na panelu sterowniczym dla personelu) dla regulacji: regulacja wysokości; regulacja części plecowej; regulacja części nożnej; przechyłu Trendelenburga i anty -

Trendelenburga, z diodowym wskaźnikiem o zablokowaniu wszystkich funkcji elektrycznych na panelu sterującym?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 23:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

16. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada alarmu dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 24:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

17. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, którego panel sterowniczy nie jest wyposażony w: diodową kontrolkę podłączenia do sieci; diodową kontrolkę ładowania akumulatora; wskaźnik diodowy informujący o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 25:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

18. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada zabezpieczenia przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 26:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

19. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada możliwości odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach nieużywania regulacji (panel oraz pilot cały czas aktywny)?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 27:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada przycisku bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie STOP lub też o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 28:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

21. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które nie posiada systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 29:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne, które posiada barierki boczne tworzywowe składane wzdłuż ramy leża, poręcze boczne od strony głowy pacjenta o wysokości 400 mm, poręcze boczne od strony nóg pacjenta o wysokości 384 mm, barierki boczne wyposażone w system blokady umożliwiający odblokowywanie, składanie za pomocą jednej ręki, przycisk

zwalniający barierkę umieszczony w dolnej części poręczy, barierki nie powodujące zwiększenia szerokości łóżka, barierki boczne opuszczane poniżej poziomu materaca?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 30:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

23. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dodatkowej barierki bocznej montowanej od strony nóg pacjenta, zaproponowane łóżko posiada barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 31:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

24. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne, które posiada cztery haczyki do zawieszania np. woreczków na płyny fizjologiczne – po dwa haczyki z dwóch stron leża?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 32:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

25. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne, które posiada wieszak kroplówki montowany w tulejach od strony szczytu głowy lub szczytu nóg w całości chromowany wyposażony w cztery haczyki do zawieszania płynów infuzyjnych?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 33:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

26. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, która posiada głębokość wynoszącą 390 mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 34:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

27. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, która posiada blaty wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę, blat górny oraz blat boczny nie posiadający galeryjki?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 35:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

28. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, która posiada blat górny nie wyposażony w uchwyty do przetaczania szafki?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 36:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

29. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową, która posiada możliwość przechyłu blatu w zakresie  $\pm 30^{\circ}$ , bez możliwości blokowania w pośrednich pozycjach, możliwość zablokowania blatu w poziomie oraz po osiągnięciu kąta przechyłu  $\pm 30^{\circ}$ ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 37:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która posiada jedną szufladę oraz półkę wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lakierowanej proszkowo, odpornej na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę, szuflada wysuwana obustronnie na prowadnicach suwnych?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 38:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która wyposażona jest w blokadę indywidualną?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 39:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie posiada możliwości blokowania kół w szafce za pomocą pokrętki wbudowanego w jej górny blat, koła w szafeczce przyłóżkowej blokowane są przy bezpośrednio przy kołach?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 40:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie posiada dodatkowej półki na obuwiu pacjenta?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 41:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która wyposażona jest w cztery koła o średnicy 50 mm na każdym z narożników?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 42:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie jest wyposażona w dodatkowy uchwyt na ręcznik?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 43:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie posiada możliwości rozbudowy na każdym etapie użytkowania o dodatkowe elementy takie jak uchwyt na tablet lub telefon komórkowy?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 44:**

Pytania do części nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 sztuk:

37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę przyłóżkową, która nie posiada możliwości rozbudowy na każdym etapie użytkowania o zamek z kluczykiem do zamykania górnej szuflady?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 45:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w akumulator, ale bez sygnalizacji jego naładowania?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 46:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne które nie jest przystosowane do montażu protektorów zabezpieczających na całej długości leża?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 47:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania poręczyc boczne zabezpieczające pacjenta na  $\frac{3}{4}$  długości leża, na wysokości 34,5 cm, bez możliwości dodania protektorów?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 48:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające szczyty szybko i łatwo wyjmowane w przypadku wykonywania reanimacji pacjenta, szczyty osadzone w tulejach pewnie posadowione w gniazdach w ramie bez potrzeby stosowania dodatkowych blokad przed wypadnięciem w trakcie transportu?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 49:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne wyposażone w pilot nie posiadający latarki?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 50:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające regulację wysokość w zakresie 350 mm – 810 mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 51:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka szpitalne posiadające regulację elektryczną oparcia uda w zakresie 0° - 44°?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 52:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

8. W punkcie 20. Zamawiający w opisie łóżka zawarł wymóg wyposażenia go w funkcję Ergoframe. Nazwa Ergoframe wskazuje na konkretnego wykonawcę, tj. firmę Konkret, który na swojej stronie internetowej w dniu 07.06.2021 r. opisuje ją następująco:

Ergoframe - zaawansowana autoregresja - system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz udanie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi zagrożeniem powstawania odleżyn.

Nazwa i parametr opisane przez Zamawiającego w SIWZ są zatem charakterystyczne dla jednego konkretnego (wyróbu) (producenta) i wskazuje na (tenże wyrób) (tegoż producenta), co jest sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy Zamawiającemu nie wolno opisywać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający musi określić przedmiot zamówienia w sposób obiektywny. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany unikać stosowania wszelkich parametrów lub nazw, które wskazywałyby na konkretny wyrób lub konkretnego wykonawcę.

Utrzymanie wymogu wyposażenia łóżka w opisany system autoregresji spowoduje brak możliwości złożenia ofert konkurencyjnych.

Zatem, Zamawiający wymagając funkcji tzw. zaawansowanej autoregresji, czyli odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, precyzyjnie opisał także system konstrukcji tego mechanizmu (teleskopowy), przy czym jest to system charakterystyczny dla konkretnego producenta. Dla zachowania konkurencyjności ofert prosimy o dopuszczenie innego rozwiązania konstrukcyjnego, prowadzącego mechanicznie dokładnie do tego samego efektu w postaci tzw. zaawansowanej autoregresji.

Czy zatem w związku z powyższymi argumentami Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko elektryczne o podwójnej autoregresji leża łącznie 160 mm, tj. w oparciu pleców 110 mm i w oparciu uda 50 mm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 53:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające regulacje elektryczną Trendelenburga i anty-Trendelenburga sterowane z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka jak również z pilota przewodowego?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 54:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające sygnału dźwiękowego informującego o próbie użycia zablokowanej funkcji?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 55:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające panel sterowania nie wyposażony w diody informujące o stanie akumulatora, podłączeniu do sieci, a także konieczności zaplanowania wymiany akumulatora?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 56:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w pilot przewodowy posiadający diodę wskazującą stan zasilania, jednak nie posiada kontrolki wskazującej stan naładowania akumulatora i kontrolki informującej o konieczności wymiany akumulatora?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 57:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

13. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne nie posiadające zabezpieczenia przed uruchomieniem nieświadomym funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 58:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

14. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez przekręcenie pokręteł blokady na pozycję zablokowania na panelu sterującym?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 59:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.



15. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne nie posiadające przycisku STOP zapewniającego odłączenie wszystkich funkcji?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 60:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

16. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne, którego maksymalne obciążenie wynosi 230 kg?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 61:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

17. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne nie posiadające systemu elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 62:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

18. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne nie posiadające listwy do zawieszania worków urologicznych, zawieszanie worków jest możliwe na ramie łóżka?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 63:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

19. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżka szpitalne wyposażone w haczyki urologiczne wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 64:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

20. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania łóżko szpitalne wyposażone w wysięgnik malowany proszkowo?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 65:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

21. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę o wymiarach:

- Szerokość 405 mm
- Długość 515 mm
- Wysokość 840 mm

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 66:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

22. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową posiadającą blaty wykonane z płyty HPL o grubości 6 mm odpornej na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 67:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

23. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę, której rant wykonany jest z pręta nierdzewnego służącego również jako uchwyty do przetaczania szafki?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 68:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę, której fronty szuflad wykonane są z płyty HPL o grubości 6mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 69:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą indywidualną blokadę kół?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 70:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę w której dźwignia blokady jest zlokalizowana nad kołami?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 71:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę nie posiadającą dodatkowej półki na rzecz pacjenta?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 72:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę posiadającą podwójne koła o średnicy 50 mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 73:**

Część nr 1 – Łóżko szpitalne – 47 szt.

29. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę nie posiadającą możliwości późniejszej rozbudowy o uchwyt na tablet, telefon, a także zamek z kluczykiem?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 74:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

1. Czy Zamawiający w pkt. 7 dopuści możliwość przedłużenia leża o 300 mm ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 75:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

2. Czy Zamawiający w pkt. 14 dopuści regulację wysokości 400 – 850 mm ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 76:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

3. Czy Zamawiający w pkt. 21 i 22 dopuści regulację do 16° co jest parametrem lepszym od oczekiwanego ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 77:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

4. Czy Zamawiający w pkt. 29 dopuści rozwiązanie, gdzie po aktywacji pilota pacjenta działa ten pilot a po aktywacji pilota centralnego działa ten pilot tylko ? Jest to logiczne z punktu widzenia konfliktu

próby użycia funkcji np. góra / dół na obu pilotach jednocześnie w różne strony, co może doprowadzić do uszkodzenia siłownika.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 78:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

5. Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści odłączenie regulacji po 30 sekundach nieużywania ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 79:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

6. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści barierki z system blokady znajdującym się pod leżem od strony nóg pacjenta, gdzie rozkładanie barierki z blokadą następuje automatycznie po osiągnięciu najwyższej pozycji a składanie barierki poprzez zwolnienie blokady i złożenie barierki ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 80:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

7. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści dodatkowe barierki 10 kpl. – które są głęboko osadzone w dedykowanych tulejach pewnie w nich się trzymające bez konieczności odejmowania za pomocą przycisku ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 81:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

8. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści chromowaną półkę na pościel ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 82:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

9. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści wieszak kroplówki z podstawą wykonaną z aluminium ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 83:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

10. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści wieszak na ręcznik malowany farbą proszkową ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 84:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

11. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści ramę ortopedyczną wykonaną ze stali nierdzewnej ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 85:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

12. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści szafkę przyłóżkową z białym boczny z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem zamiast galeryjki ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 86:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

13. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści szafkę przyłóżkową bez uchwytów do przetaczania ? Szafka ma możliwość jej przemieszczania z kontrolą jej przytrzymując np. konstrukcję.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 87:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

14. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści regulację wysokości blatu bocznej szafki 800 – 1100 mm ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 88:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

15. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści szufladę górną i drzwiczki wykonane z blachy metalowej ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 89:**

Część nr 1 – Łóżko Szpitalne – 47 sztuk

16. Czy Zamawiający w pkt. 37 dopuści koła 65 mm w szafce blokowane indywidualnie ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 90:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

1. Czy Zamawiający w pkt. 13 dopuści szczyt poruszający się wraz z leżem ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 91:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

2. Czy Zamawiający w pkt. 17 dopuści regulację 440 – 840 mm ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 92:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

3. Czy Zamawiający w pkt. 33 dopuści rozwiązanie, gdzie aktywacja danego panelu aktywuje tylko panel centralny lub panele do sterowania w barierkach dla pacjenta lub personelu, dzięki czemu nie można doprowadzić do konfliktu ustawień danej pozycji ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 93:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

4. Czy Zamawiający w pkt. 34 dopuści rozwiązanie równoważne w postaci wciśnięcia przycisku aktywującego panel nożny ? Podważenie osłony w praktyce jest niewygodne i w zależności od rodzaju obuwia może być wręcz niemożliwe do wykonania.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 94:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

5. Czy Zamawiający w pkt. 35 dopuści 30 sekund ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 95:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

6. Czy Zamawiający w pkt. 39 dopuści panel centralny z wyświetlaczem LCD, na którym możemy sterować wagą i wykorzystywać go do innych funkcji ? Oprócz samego pomiaru wagi możemy sprawdzać wykresy, ustawiać parametry i inne związane z obsługą wagi w łóżku.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 96:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

7. Czy Zamawiający w pkt. 41 dopuści panel bez regulacji głośności ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 97:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

8. Czy Zamawiający w pkt. 51 dopuści poręczę poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców oraz nieruchome w części nóg ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 98:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

9. Czy Zamawiający w pkt. 51 dopuści chromowaną półkę na pościel ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 99:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

10. Czy Zamawiający w pkt. 51 dopuści wieszak kroplówki z podstawą wykonaną z aluminium ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 100:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

11. Czy Zamawiający w pkt. 51 dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z zaokrąglonymi krawędziami zabezpieczającymi przedmioty przed upadkiem zamiast galeryjki ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 101:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

12. Czy Zamawiający w pkt. 51 dopuści szafkę przyłóżkową bez uchwytów do przetaczania ? Szafka ma możliwość jej przemieszczania z kontrolą jej przytrzymując np. konstrukcję.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 102:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

13. Czy Zamawiający w pkt. 51 dopuści regulację wysokości blatu bocznego szafki 800 – 1100 mm ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 103:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

14. Czy Zamawiający w pkt. 51 dopuści szufladę górną i drzwiczki wykonane z blachy metalowej ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 104:**

Część nr 2 – Łóżko OIOM – 2 sztuki

15. Czy Zamawiający w pkt. 51 dopuści koła 65 mm w szafce blokowane indywidualnie ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 105:**

Część nr 4 – Łóżko do opieki długoterminowej

1. Czy Zamawiający w pkt. 18 dopuści regulację 400 – 850 mm ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 106:**

Część nr 4 – Łóżko do opieki długoterminowej

2. Czy Zamawiający w pkt. 22 dopuści łóżko z regulacją Trendelenburga, którą można zablokować ? Funkcja ta jest bardzo potrzebna do uzyskania pozycji szokowej np. w momencie konieczności przywracania funkcji resuscytacyjno – krążeniowych w łóżku.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że Opis Przedmiotu Zamówienia Część nr 4 pkt 22 dotyczy podstawy jezdnej. Pytanie niezwiązane z tym punktem.***

**Pytanie nr 107:**

Część nr 4 – Łóżko do opieki długoterminowej

3. Czy Zamawiający w pkt. 24 dopuści centralną blokadę wszystkich kół zlokalizowaną na kołach od strony nóg pacjenta ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 108:**

Część nr 4 – Łóżko do opieki długoterminowej

4. Czy Zamawiający w pkt. 30 dopuści szafkę o parametrach jak poniżej:

Wymiary, Szerokość - 550 mm Głębokość - 500 mm Wysokość - 930 mm
Konstrukcja wykonana z płyt meblowych w kolorze do wyboru
Powierzchnie całej szafki odporne na uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjne
Skrzynka szafki wyposażona w półkę
Błat szafki wykonany z płyty meblowej z wystającymi, metalowymi prętami wpasowującymi się w konstrukcję ułatwiającymi utrzymanie przedmiotów.
Szuflada dwustronnie wysuwana, wyposażona w uchwyt i w ogranicznik zapobiegający wypadnięciu z szafki. Szafka dwustronnie otwierana z zatrzaskami magnetycznymi
Dodatkowy blat boczny wykonany z tworzywa HPL z możliwością chowania do boku szafki i płynną regulacją wysokości wspomaganą sprężyną gazową w zakresie 780 – 1160 mm. Możliwość nachylenia blatu bocznego w 5 pozycjach, blat boczny o wymiarach 600 x 400 mm. Blat z krawędziami zabezpieczającymi przed upadkiem przedmiotów znajdujących się na nim.
Szafka posiada koła jezdne o średnicy 65 mm, każde koło z blokadą
Półka na obuwie w dolnej części szafki
Wkładka z tworzywa ABS z przegrodą do szuflady



\*zdjęcie szafki

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 109:**

Cześć 3

Punkt 4 – prosimy o dopuszczenie materaca przeznaczonego do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 4 stopnia włącznie wg. skali 4 stopniowej – jest to parametr lepszy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 110:**

Cześć 3

Punkt 7 –prosimy o dopuszczenie materaca w którym komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 111:**

Cześć 3

Punkt 7 -prosimy o dopuszczenie materaca zbudowanego z 19- 20 komór rurowych, poprzecznych wykonanych z poliuretanu, o wysokości 10 cm Komory materaca w kształcie proste w przekroju owalne, trwale zespolone – zabezpieczenie przed rozsuwaniem

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 112:**

Cześć 3

Punkt 8- prosimy o dopuszczenie rozmiaru 85x200 cm.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 113:**

Cześć 3

Punkt 14 dopuszczenie pokrowca przeznaczonego do prania w temp 95°C i suszenia w suszarce bębnowej, spełniającego pozostałe wymogi

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 114:**

Cześć 3

Pkt. 15

Ppkt. 1 Odstąpienie od wymogu wyświetlacza LCD i dopuszczenie indykatorów i wskaźników diodowych

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 115:**

Cześć 3

Ppkt 2 i pkt 7

Dopuszczenie materaca niskociśnieniowego z manualną regulacją ciśnienia dla następujących zakresów wagowych – 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160 kg. W oparciu o wybrane ustawienie pompa automatycznie dostosowuje i kontroluje poziom ciśnienia w materacu.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 116:**

Część nr 1

1.Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością przedłużenia (co za tym idzie również skracania) leża o 28 cm, co jest rozwiązaniem lepszym od oczekiwanego?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 117:**

Część nr 1

2.Czy Zamawiający dopuści łóżko z podstawą łóżka o wymiarach 143 x 70 cm, co zapewnia maksymalną stabilność łóżka?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 118:**

Część nr 1

3.Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami wykonanymi z płaskowników metalowych lakierowanych proszkowo, z wypełnieniem z płyty tworzywowej typu hpl?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 119:**

Część nr 1

4.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko bez możliwości blokady szczytów? Proponowane rozwiązanie jest bezpieczne i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 120:**

Część nr 1

5.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w pilota bez podświetlanych przycisków?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 121:**

Część nr 1

6.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko wyposażone w pilota bez latarki?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 122:**

Część nr 1

7.Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości leża w zakresie 380-810 mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 123:**

Część nr 1

8.Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją segmentu oparcia pleców w zakresie 0-43°?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 124:**

Część nr 1

9.Czy Zamawiający dopuści łóżko z autoregresją w części lędźwiowej (autoregresja tylko oparcia pleców) w zakresie min. 9 cm, która nie ma wpływu na profilaktykę przeciwoodleżynową? Funkcja autoregresji nie ma nic wspólnego z odleżynami. Przy odleżynach wyższego stopnia w okolicach kości ogonowej nie powinno stosować się pozycji łamanych wysokich leża. Pacjenci z odleżynami powinni leżeć na leżu prostym i właściwym materacu przeciwoodleżynowym zmiennociśnieniowym. Autoregresja służy tylko i wyłącznie do bezpiecznego załamywania się i nie zakleszczania materaca piankowego podkładowego oraz większego komfortu siedzenia. Dzięki autoregresji przedłużamy czas użytkowania materaca, który nie posiada ryflowań (nacięć) we właściwych miejscach załamań leża.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 125:**

Część nr 1

10.Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zaawansowanej autoregresji?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 126:**

Część nr 1

11.Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelburgiem 16° i anty-Trendelburgiem 16°?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***



**Pytanie nr 127:**

Część nr 1

12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektronicznym wskaźnikiem informującym o zablokowanych funkcjach znajdującym się tylko na panelu centralnym?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 128:**

Część nr 1

13. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika diodowego informującego o konieczności zaplanowania wymiany akumulatora?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 129:**

Część nr 1

14. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez przycisku aktywacji/dostępności danej funkcji?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 130:**

Część nr 1

15. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez funkcji STOP oraz odłączenia wszelkich regulacji po 180 sekundach?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 131:**

Część nr 1

16. Czy Zamawiający dopuści łóżko o wadze całkowitej około 155 kg?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 132:**

Część nr 1

17. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi składającymi się z 3 poprzeczek poziomych oraz dwóch, łączących je barierkach pionowych, z mechanizmem blokowania/odblokowywania znajdującym się w dolnej części barierki?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 133:**

Część nr 1

18. Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne z barierkami bocznymi o wysokości około 40 cm ponad poziom leża, spełniającymi normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 134:**

Część nr 1

19. Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne szafkę przyłóżkową o następujących parametrach:

1.	Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu ocynkowane, lakierowane proszkowo
2.	Błaty oraz czoła szuflad wykonane z wodoodpornego, laminowanego tworzywa
3.	Szafka składająca się z dwóch szuflad na prowadnicach rolkowych umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie oraz domykanie
4.	Pomiędzy szufladami dodatkowa półka
5.	Górna szuflada wyposażona w tworzywowy wkład, ułatwiający mycie i dezynfekcję

6.	Szuflada dolna wyposażona w tworzywowy wkład, łatwy do mycia i dezynfekcji, dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z przegród pełni funkcję uchwytu na 2 butelki
7.	Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej
8.	Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki
9.	Wymiary główne: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wysokość: 875 mm,</li> <li>• Szerokość: 555 mm,</li> <li>• Szerokość przy rozłożonym blacie: 1160 mm</li> <li>• Głębokość: 451 mm,</li> <li>• Regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 760 do 1110 mm</li> </ul>
10.	Szuflady wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie
11.	Blat główny, wyposażony w reling ochronny zabezpieczający przedmioty przed upadkiem
12.	Szafka wyposażona w 4 kółka, w tym 2 koła z blokadą, o średnicy 50 mm., z podwójnym, elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem
13.	Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach
14.	Fronty szuflad i blaty z możliwością wyboru koloru

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 135:**

Część nr 4

20. Czy Zamawiający dopuści 10 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.06.2021 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
Piotr Feszak