

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 01.07.2021 r.

## **Dotyczy: trybu podstawowego, wariant 1 pn.: „Dostawa systemu zamkniętego próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do OB kompatybilnego z oferowanym systemem” – sprawa nr 57/TP/2021**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do podawania cen jednostkowych netto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0- 2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki próbówki, czy też uchwytu, lub igły itp.).

### ***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 2:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 15 zał. nr 2 próbówki do mikrometody do morfologii 250-500 uL, ze zintegrowanym lejkiem do pobrania krwi, niesterylnej

### ***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 3:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza w poz. 18 zał. nr 2 uchwyt z zabezpieczeniem przeciwwzakłuciowym, do którego użytkownik może przyłączyć każdy rodzaj igły systemowej w tym igły w rozmiarze 0,9 mm; 0,7 mm i 0,8 mm.

### ***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający w pozycji 18 załącznika numer 2 dopuszcza uchwyt lub igłę z zabezpieczeniem, jeśli niezbędne do prawidłowego działania systemu.

### **Pytanie nr 4:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy w poz. 14 zał. nr 2 Zamawiający oczekuje igły motylkowej połączonej fabrycznie z uchwytem, na posiew do butelek typu BACTEC

### ***Odp. Zamawiającego:***

Tak, zamawiający oczekuje igły motylkowej połączonej fabrycznie z uchwytem, na posiew do butelek typu BACTEC.

### **Pytanie nr 5:**

Dotyczy poz. 6 wymagań dotyczących systemu zamkniętego do pobierania krwi żyłnej metodą próżniową w zał. nr 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie próbek próżniowych i próbek do mikrometody, z etykietami, na których data przydatności do użycia wyrażona jest w formacie yyyy-mm-dd

***Odp. Zamawiającego:***  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy poz. 12 wymagań dotyczących systemu zamkniętego do pobierania krwi żyłnej metodą próżniową w zał. nr 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie probówek z trombiną i żelem (poz. 4 zał. nr 2), których czas wykrzepiania wynosi standardowo 5 minut, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta.

***Odp. Zamawiającego:***  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 7:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza w poz. 12 probówki do OB. o pojemności 1,5 ml (łącznie objętość pobranej krwi wraz z objętością odczynnika), do automatycznego odczytu OB., kompatybilną z oferowanym aparatem do OB. Ilość pobranej krwi w stosunku do ilości odczynnika w probówce odpowiada wymaganej dla probówek do OB proporcji 4:1.

***Odp. Zamawiającego:***  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy poz. 6 wymagań dotyczących systemu zamkniętego do pobierania krwi żyłnej metodą próżniową w zał. nr 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w przypadku probówek zawierających cytrynian (OB. , koagulologia) oraz probówki do mikrometody do koagulologii, aby na etykietach tych probówek widniała pojemność probówki tj. łącznie objętość pobranej krwi wraz z objętością odczynnika)

***Odp. Zamawiającego:***  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy poz. 16 wymagań dotyczących systemu zamkniętego do pobierania krwi żyłnej metodą próżniową w zał. nr 2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie probówek do mikrometody niesterylnych, tym samym nieposiadających na etykiecie oznaczenia sterylności. Uzasadnienie: Specyfika pobierania krwi za pomocą probówek do mikrometody polega na uprzednim otwarciu probówek jeszcze przed faktycznym pobraniem krwi od pacjenta, w trakcie pobierania krwi do mikroprobówek nie ma również możliwości do wystąpienia zjawiska przepływu wstecznego krwi, w związku z powyższym probówki do mikrometody nie podlegają wymogowi sterylności. Z ww. probówek o tak małej objętości pobrania nie wykonuje się również żadnych posiewów mikrobiologicznych.

***Odp. Zamawiającego:***  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza probówki do mikrometody niepróżniowe.

***Odp. Zamawiającego:***  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 11:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza w poz. 16 probówki do mikrometody do koagulologii o objętości pobieranej krwi 0,9 ml, a w probówce występuję 0,1 ml odczynnika, na etykietach ww. probówek podana jest liczbowo łączna pojemność tj. 1 ml (objętość pobranej krwi wraz z odczynnikiem). Na etykiecie występuje znacznik pobrania wskazujący prawidłową objętość pobrania.

***Odp. Zamawiającego:***  
Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy poz. 8 wymagań dotyczących systemu zamkniętego do pobierania krwi żyłnej metodą próżniową w zał. nr 2. Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy Zamawiający dopuszcza próbki do mikrometody do koagulologii 1 ml o niepogrubionej ścianie. Probówki do mikrometody do koagulologii nie są próbkami próżniowymi, w związku z tym nie ma konieczności by próbki te posiadały pogrubioną ścianę. Ponadto zgodnie z naszą aktualną wiedzą żaden producent ww. probówek do mikrometody nie produkuje ich z pogrubioną ścianą.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 13:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie nazwy systemu informatycznego z jakiego korzysta laboratorium.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający korzysta z systemu ProfLab.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy poz. 13 wymagań parametrów granicznych automatycznego czytnika do OB. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie czytnika do OB niewymagającego corocznych przeglądów, co jest potwierdzone oświadczeniem producenta.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy umowy § 5 ust.1 . Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów dotyczących okresu ważności z 12 miesięcy na „minimum 6 miesięcy” zgodnie z parametrami wymaganymi zawartymi w pkt. 14 zał. nr 2 do SWZ.

***Odp. Zamawiającego:***

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w § 5 ust. 1 wzoru Umowy oraz w pkt 2 lit. c wzoru Formularza ofertowego.

**Pytanie nr 16:**

Mając na względzie przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, zabraniające zaniżania wartości zamówienia publicznego, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie czy zamieszczenie przez Zamawiającego w punkcie 15 parametrów granicznych czytnika wymogu pokrycia kosztów podłączenia czytnika do systemu komputerowego w Szpitalu oznacza wymaganie przez Zamawiającego świadczenia przez wykonawcę tej części wchodzącej w zakres przedmiotu zamówienia usług bezpłatnie (w formie umowy darowizny), co nie jest w świetle przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszczalne ?. Czy też wykonawca ma prawo – zgodnie z ustawą - doliczyć koszty związane z podłączeniem czytnika do ceny dzierżawy

***Odp. Zamawiającego:***

Koszty związane z podłączeniem czytnika należy uwzględnić w cenie oferty.

**Ponadto:**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy dokonuje zmiany w treści SWZ:

- a) we Wzorce Umowy Zamawiający zmienia w § 5 ust. 1:

Wykonawca oświadcza, iż dostarczony towar posiada okres ważności nie krótszy niż **12 6** miesięcy od dnia jego dostawy. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy przedmiotu zamówienia z terminem przydatności do użycia krótszym niż **12 6** miesięcy tylko w przypadku uzyskania przez Wykonawcę zgody Zamawiającego.

- b) we wzorze Formularza ofertowego Zamawiający zmienia w pkt 2 lit. c:

Oferowany przedmiot zamówienia posiada minimum **12 6** miesięczny okres przydatności do użycia od dnia dostawy.

Zgodnie z **art. 286 ust. 7 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.**

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 01.07.2021 r.**

^

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak