

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 22.07.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku — sprawa nr 52/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy w Części nr 53 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 10/0 z igłą o dł. 6,0mm, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Czy w Części nr 53 poz. 1 Zamawiający dopuści nić 9/0 z igłą o dł. 6,0mm o krzywiznie 3/8koła, przy równoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Czy zamawiający dopuści w Części nr 24, poz. 1:

system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składający się z: taśma polipropylenowa, monofilamentowa, jednorodna, niewchłaniająca, z plastikową osłonką, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi cięte laserowo, zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez powłoki ochronnej PTFE, bez płytki pozycjonującej oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do metody załonowej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Czy zamawiający dopuści w Części nr 24, poz. 2:

system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet składający się z: taśma polipropylenowa, monofilamentowa, jednorodna, niewchłaniająca, z plastikową osłonką, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 250-2314 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi cięte laserowo, zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez powłoki ochronnej, bez płytki pozycjonującej, bez wskaźnika położenia oraz 2 szt. igieł wielorazowego użytku spiralnych/L+P/, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, bez pamięci powrotnej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

części 3 - maski chirurgicznej na gumki: Czy Zamawiający dopuści maskę typu II R?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

części 3 - maski chirurgicznej na gumki: Proszę o wyjaśnienie zapisu „na gumkę o dł. min. 45 cm”. Który wymiar jest brany pod uwagę? Czy to nie pomyłka?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyjaśnia, iż podany wymiar to długość maski i gumki po rozciągnięciu.

Pytanie nr 7:

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrząd z drenem o długości 150cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Pakiet nr 2 i 3 poz. 1

Czy zamawiający wymaga masek medycznych typu II według aktualnej norm PN EN 14683:2019 zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszczonymi na stronie Ministerstwa Zdrowia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski z trokami o długości ok 43cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Pakiet nr 2 i 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski z ciśnieniem różnicowym <40 pa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski z gumką o długości ok. 17,5cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Pakiet nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka typu clip?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka pakowanego w worek foliowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Pakiet nr 4 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie czepka zawiązywanego na troki?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Pakiet nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sterylnego opatrunku włókninowego w rozmiarze 6x8cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Pakiet nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sterylnego opatrunku bez podkładki?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17:

Pakiet nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sterylnego opatrunku przezroczystego w rozmiarze 7x8,8cm ze wzmocnieniem na skrzydełkach?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

Pakiet nr 38 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie sterylnego opatrunku przezroczystego w rozmiarze 7x9cm z ramka?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

Czy zamawiający w części nr 3 dopuści do złożenia oferty na polskie medyczne maski jednorazowe które mają deklarację zgodności na maski medyczne IIR (norma EN14683:2019+AC) oraz posiadają skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%) 99,9% ?

Maski są produkowane w Polsce

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

Część nr 31.

Czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy jałowy „KIWI”, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni, w postaci czytelnej podziałki. Dodatkowo próżnociąg posiada wskaźnik siły ciągnięcia, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji. Próżnociąg posiada atraumatyczne miseczki o średnicy 50mm lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu o średnicy 59mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Część nr 31.

Czy Zamawiający wymaga żeby próżnociąg położniczy posiadał wskaźnik siły ciągnięcia, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

Pytanie nr 22:

Część nr 24. Pozycja nr 1. Czy Zamawiający dopuści Jednorazowy, kompletny system z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet o następujących parametrach: Gramatura siatki w zakresie 100-105g/m²

Porowatość siatki w zakresie 1180-1200 μm

Grubość siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm

Materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament

Końce siatki w osłonie plastikowej ze zwięzonymi ramionami wprowadzającymi umożliwiającymi płynne przeprowadzenie siatki przez struktury anatomiczne. Siatka bez osłony plastikowej w części podcewkowej. Krawędzie taśmy w części podcewkowej wygładzone.

Plastikowa, ergonomiczna wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej oraz pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu, łatwa do usunięcia, luźno połączona z siatką,

Minimum dwa systemy igieł do aplikacji, w tym minimum jeden charakteryzujący się zarówno dwupłaszczyznowym wygięciem igieł jak i podziałem lewa/prawa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Część nr 24. Pozycja nr 2.

Czy Zamawiający dopuści System z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, zakładana załonowo, o porowatości 1180-1200 μ m oraz grubości w zakresie 0,60 – 0,66 mm, z taśmą wykonaną w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej, na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance, z wypustką środkującą zapewniającą równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu, z systemem aplikacji w postaci igły o średnicy maks. 2,7 mm, z ergonomiczną rękojeścią i ruchomym elementem wypychającym ułatwiającym implantację taśmy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 47 poz. 1 – Sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego zawierający:

- serwetę 75 x 90 cm (+/-5 cm) z otworem,
- serwetę 50 x 70 cm (zamiast 45 x 75 cm (+/-2 cm)),
- min. 4 tufery,
- kleszczyki Kocher,
- pęseta,
- strzykawka z wodą sterylną 10 ml - 2 szt + igła 18G - 2 szt. (zamiast oddzielnie strzykawka 20 ml + igła 18G + ampułka wody sterylnej 20 ml),
- rękawiczki,
- żel poślizgowy,
- min. 5 kompresów z gazy 7,5 x 7,5 cm,

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie w Części nr 47 poz. 1, czy serweta 75 x 90 cm (+/-5 cm) z otworem, ma posiadać otwór lepny czy nie. Jednocześnie proszę o określenie wielkości otworu.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga standardowej wielkości dla zabiegów cewnikowania, otwór nielepny.

Pytanie nr 26:

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Części nr 47 poz. 1, dot.

strzykawka 20 ml + igła 18G + ampułka wody sterylnej 20 ml. Na rynku medycznym występuje sterylna strzykawka z wodę sterylną o pojemności 10 ml oraz 5 ml. Czy Użytkownik dopuści strzykawkę z wodą sterylną pojemność 10 ml z odpowiednim przeliczeniem pojemności tj. 2 x 10 ml.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. § 3 ust. 1 pkt. 3)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 28:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na

rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę słów „... od dnia otrzymania zawiadomienia o wadach” na „...od dnia uznania reklamacji”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przysyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający uzupełni projekt umowy o następujący zapis w § 6 ust. 4 Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 7, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Zamawiający wyraża również zgodę na przysyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt a także wszelkich pism i dokumentów związanych z dochodzeniem należności dotyczących niniejszej umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: faktury@szpital.slupsk.pl. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa powyżej, w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

Pytanie nr 30:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanej części zamówienia

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości reklamowanej części zamówienia.

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w utworzeniu lub uzupełnienia banku, jednak nie więcej niż 10% wartości nieutworzonego/ nieuzupełnionego banku.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31:

Dot. um. depozytu

Czy ze względu na brak odpowiednich zapisów zamawiający uzupełni treść umowy o wskazanie 3 dniowego terminu na przekazanie wykonawcy informacji o zużyciu towaru z depozytu? (dot. § 7)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający w części 20 w pozycji 1 dopuści łącznik, pakowany po 5 szt w jednym opakowaniu, w przeliczeniu na odpowiednią ilość.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

Dotyczy Części nr 53, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę szpatułę podwójną o krzywiznie 3/8 koła, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34:

Dotyczy Części nr 53, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę szpatułę podwójną o długości 6 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35:

Część nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w rozmiarze 1-6 (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

Część nr 10 poz. 1 Czy Zamawiający oczekuje maski krtaniowej, sterylnej, nie zawierającej lateksu i ftalanów (w tym DEHP), z mocno uwypukloną kopułą i dużym otworem oddechowy zabezpieczającym przed możliwością wklinowania nagłośni, w rozmiarze: /1/1.5/2/2.5/3/4/5/ i zakresach wagowych: <5 kg ; 5-10kg ; 10- 20kg; 20-30kg; 30-50kg; 50-70kg; 70-100kg, >100kg?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

Pytanie do pakietu 42 pozycja 4

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 4 i stworzenie osobnego zadania na opaski uciskowe.

Dopuszczenie opasek , spełniających wszystkie wymogi SIWZ

(posiadamy w ofercie nawet większą ilość rozmiarów niż wymagana –co jest zaletą) , przełoży się na cenę dla Zamawiającego, co w dobie pandemii zdaje się kluczowe dla każdego Szpitala. Proponowane opaski są wysokiej jakości , znane są od wielu lat, stosowane są w większości pracowni , szczególnie teraz kiedy Szpitale szukają oszczędności , które mogą przeznaczyć na ochronę przed Covid 19.

Poniżej zdjęcie proponowanej opaski:



Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38:

CZĘŚĆ 47

1. Poz. nr 1 - Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sterylnego zestawu do cewnikowania o następującym składzie:

5 x kompresy włókninowe 7,5 x 7,5 cm

1 x strzykawka 20 ml

1 x woda destylowana w ampulce 20 ml

1 x żel poślizgowy w saszetce

1 x kleszczyki plastikowe, niebieskie, 14 cm

1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm

1 x serweta włókninowa 75 x 90 cm z otworem o średnicy 10 cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

Dotyczy Części 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści obwód bez powłoki antybakteryjnej ale wykonany z rur gładkich w środku, co w równym stopniu zapobiega zaleganiu bakterii w obwodzie oddechowym? Pragniemy dodatkowo zauważyć, że zgodnie z najnowszymi wynikami badań PAN oraz WUM, nanosrebro będące składnikiem powłoki antybakteryjnej, może wywoływać negatywne skutki zdrowotne działając i działać toksycznie na organizm człowieka.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Części 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści układy o długości rur 1.8m, przy spełnieniu pozostałych wymagań?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41:

Dotyczy Części 28 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane w całości z silikonu, z oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym, w rozmiarach 1-5??

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42:

Dotyczy Części 28 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne profilowane bez zawartości PCV, z zaczepem kodowanym kolorystycznie?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Dotyczy Części 28 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści dren o długości 2m?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Dotyczy Części 28 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści układ o długości 1.8m?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Dotyczy Części 28 poz. 16 -17

Czy Zamawiający dopuści maski wykonane z PCV?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46:

Dotyczy Części 28 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, kompatybilną z MRI, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankieta, z luźnym drenem do napełniania mankieta, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankieta umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej, kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47:

Dotyczy Części 28 poz. 3, 19-20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co zwiększy konkurencyjność składanych ofert?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48:

dotyczy część 21 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókninowego plastra opatrunkowego pakowanego w kartonik zawierający 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

dotyczy część 21 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra opatrunkowego ze sztucznego jedwabiu pakowanego w kartonik zawierający 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 50:

dotyczy część 21 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra opatrunkowego z porowatej, przezroczystej folii pokrytego klejem akrylowym pakowanego w kartonik zawierający 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

dotyczy część 21 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku samoprzylepnego z wkładem chłonnym zawierającym włókna poliestrowo-wiskozowe?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

dotyczy część 21 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku samoprzylepnego z wkładem chłonnym zawierającym włókna poliestrowo-wiskozowe?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53:

dotyczy część 21 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 6 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54:

Część nr 2, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania maski zgodnej z poniższym opisem: Maska chirurgiczna jed. użytku trójwarstwowa, zawiązywana na troki o dł. min. 43 cm - troki górnie dł. min. 37 cm – troki dolne, wysokiej jakości, przyjazna dla skóry, spełniająca normę PN EN 14683 typ II (skuteczność filtracji bakterii $\geq 98\%$, ciśnienie różnicowe $< 29,4$ pa).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55:

Część nr 3, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania maski zgodnej z poniższym opisem: Maska chirurgiczna jed. użytku trójwarstwowa, pełnobarierowa, na gumkę o dł. (+/-2 cm) 16 cm, wysokiej jakości, przyjazna dla skóry, spełniająca normę PN EN 14683 typ II (skuteczność filtracji bakterii $> 99\%$, ciśnienie różnicowe $< 29,4$ pa).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56:

Część 38, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie możliwości zaofiarowania opatrunku w rozmiarze 6 cm x 7,5 cm. Pozostałe wymagania zgodne z OPZ

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57:

CZEŚĆ NR 46

Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco-tnący z prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, z możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera po zamknięciu i poprawienia tkanki, umożliwiającą 8 wstrzeleń ładunku podczas jednego zabiegu, załadowany ładunkiem o wysokości zszywek otwartych: 4,8 mm (2,0 mm po zamknięciu)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 58:

CZEŚĆ NR 46 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki grubej, wysokość zszywek otwartych: 4,8 mm (2,0 mm po zamknięciu), pakowany pojedynczo (1 opakowanie = 1 sztuka)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 59:

CZEŚĆ NR 46 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy o dł. linii szwu 30mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60:

CZEŚĆ NR 46 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, automatyczny stapler liniowy, rozmiar 60, o dł. linii szwu 59 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 61:

CZEŚĆ NR 46 Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do automatycznego staplera liniowego rozmiar 60, o dł. linii szwu 59 mm, do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62:

Część 2

Czy Zamawiający dopuści maskę z trokami o długości 40cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63:

Część 3

Czy Zamawiający dopuści maskę z gumkami o długości 16,5cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64:

Część 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki posiadający wstawkę antypotną na całym obwodzie, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m². Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym, z białymi trokami?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65:

Część 4, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m² oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m² w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66:

Część 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na popłuczyny do bronchoskopii o pojemności 100ml z dwoma drenami wykonanymi z PCV o długości 104cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 67:

Część 21, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartoniku po 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68:

Część 21, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym, na rolce, pakowany w kartoniku po 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69:

Część 21, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek samoprzylepny posiadający przecięcie papieru zabezpieczającego wzdłuż dłuższego boku?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

Część 25

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny wykonany z 5 warstw: laminat+wata celulozowa + pulpa celulozowa + wata celulozowa + włóknina polipropylenowa. Posiada wkład chłonny z pikowaniami. Część spodnia podfoliowana, nieprzemakalna. Rozmiar 40x60cm, chłonność 628ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71:

Część 33, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz saszetkę z absorbentem cieczy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 72:

Część 33, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy z przeliczeniem opakowań?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 73:

Część 32, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści bursztynowy przyrząd do infuzji z komorą wykonaną z PCV bez zawartości ftalanów o długości 50mm w części przezroczystej, z drenem o długości 150cm oraz dodatkowym portem iniekcji na wysokości 30cm od miejsca podłączenia wklucia? Opisany przez Zamawiającego przyrząd wskazuje na konkretnego wykonawcę. W przypadku negatywnej odpowiedzi czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74:

Część 38

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości opakowań?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75:

Część 47

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2-warstwowa
- 1 x Serweta chirurgiczna 75cm x 90cm 2-warstwowa, z centralnym otworem 6cm x 8cm
- 5 x Kompres z gazy 17N 8W 7,5cm x 7,5cm
- 4 x Tupfer gazowy 17N bez nitki RTG 20cm x 20cm
- 1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)
- 1 x Strzykawka 3-częściowa 20ml luer
- 1 x Chwytnik plastikowy 14cm (Kocher, Pean)
- 1 x Pęseta plastikowa niebieska dł. 13cm
- 1 x Miska nerkowata PVC 12cm x 18cm
- 2 x Rękawice diagn. lateksowe bezpudrowe rozm.M
- 1 x Dodatkowo żel do znieczuleń oraz 2x ampułka z wodą 10 ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76:

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie linia infuzyjnej do podaży Taxolu o długości 206 cm, z filtrem 0,2 mikrona, położonym w dystalnej części drenu dzięki czemu ograniczone jest ryzyko

nieodfiltrowania cząstek, które mogłyby się wytrącić / filtr powinien się znajdować jak najbliżej kaniuli ze względu możliwość i krystalizacji w linii przetoczeniowej / Dren wykonany z poliuretanu. Objętość wypełnienia zestawu - 15,5 ml. W linii filtr 0,2 mikrona znajdujący się nie dalej niż 25 cm od pacjenta. Wolny od lateksu, DEHP i części metalowych. Produkt pakowany pojedynczo- sterylne.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77:

Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na dystalnym końcu zestaw ma posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym co daje łatwe odpowietrzenie i sterylne wypełnienie zestawu bez ryzyka wycieku?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78:

Pakiet 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy produkt ma być sterylizowany radiacyjnie?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79:

Pakiet 1 alternatywne zapytania do zestawu o dl 142 cm

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do infuzji Taxoli, z drenem wykonanym z poliuretanu, o długości 142 cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 80:

Pakiet 1 alternatywne zapytania do zestawu o dl 142 cm Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do Taxolu na końcu drenu powinien posiadać zatyczkę z filtrem hydrofobowym umożliwiającą skuteczne odpowietrzenie i wypełnienie zestawu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 81:

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska krtaniowa w rozmiarach wagowych od 1 do 5 jednorazowego użytku, z PCV ma posiadać kopułą maski o budowie chroniącej przed wklinowaniem nagłośni, z przezroczystym mankietem i rurką oddechową tworzącymi jedną całość, stabilizator uszczelnienia pomiędzy rurką i mankietem, ze wzmocnioną grzbietową częścią mankieta co chroni przed jego podwijaniem się w trakcie zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej na całej jej długości drenem do napełniania mankieta. Dren do napełniania mankieta wchodzący do stabilizatora uszczelnienia, opuszczający ściankę rurki oddechowej pod kątem 45 stopni w obrębie konektora 15mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82:

Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska krtaniowa z PCV ma być bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83:

Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rozmiar maski ma być kodowany kolorem mankieta i balonika kontrolnego z dodatkowym oznaczeniem numerycznym na baloniku kontrolnym oraz na rurce oddechowej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84:

Pakiet 10 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy maska krtaniowa na opakowaniu ma posiadać instrukcję użycia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85:

Pakiet 19 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły do botoksu , długość 35cm, krótka końcówka 4mm z ogranicznikiem, rozmiar 22G, 5Ch/Fr. Osłonka na igłę. Giętka igła z ogranicznikiem wkłucia 4mm, co zmniejsza ryzyko ewentualnego przebicia ściany pęcherza.

Z zastosowaniem do sztywnego cystoskopu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86:

Pakiet Nr 48

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spika do aspiracji z pojemników zbiorczych z filtrem odpowietrzeniowy 0,1 mikrona, zatyczką samodomykającą w kolorze zielonym, bez zastawki.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 87:

Pakiet Nr 48 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spika do aspiracji z pojemników zbiorczych z filtrem odpowietrzeniowy 0,2 mikrona, port dostępu bez zastawki, luer lock zabezpieczony koreczkiem domykany manualnie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 88:

Pakiet Nr 49

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego podkładu chłonnego min. 4. warstwowego, jednorazowego, zamykającego w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychającego (WVTR min. 3600 g/m²/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 900-1150g , potwierdzona przez producenta; rozmiar 45 x 61 +/-3 cm, marginesy uszczelniające z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Certyfikaty ISO 13485 i ISO 14001.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 89:

Część nr 3, poz. 1

Zamawiający wymaga zaoferowania masek spełniających konkretne parametry tj. skuteczność filtracji bakterii >98%, ciśnienie różnicowe < 29,4 pa. Jedynym dokumentem potwierdzającym spełnianie wymaganych przez Zamawiającego parametrów jest protokół z badania wyspecjalizowanego laboratorium. Czy w związku z tym, że Zamawiający wymaga zaoferowanie masek o konkretnych parametrach, wymaga również dołączenia do oferty protokołu z badania przeprowadzonego w akredytowanym europejskim laboratorium?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 90:

Część nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję, co umożliwi producentowi podkładów higienicznych złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 91:

Część nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady z wkładem z pulpy celulozowej, bez superabsorbentu, jednak o wyższej niż wymagana chłonności, tj. 2000 ml, rozm. 60x90 cm, bez przylepców, ale z warstwą spodnią wykonaną z perforowanej, antypoślizgowej folii? Bloki operacyjne nie przyklejają żadnych podkładów do stołu operacyjnego lub podkładu wielorazowego. Kupowanie podkładu z przylepcem jest zbędnym kosztem.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 92:

Część nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej wymagając podkładów 12 warstwowych? Obecnie produkowane podkłady składają się z warstwy spodniej - folii, wkładu chłonnego z pulpy celulozowej i warstwy wierzchniej – włókniny.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza obecnie produkowane podkłady składające się z warstwy spodniej - folii, wkładu chłonnego z pulpy celulozowej i warstwy wierzchniej – włókniny.

Pytanie nr 93:

Część nr 25, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkłady o chłonności 550 g?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94:

Część nr 38, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze min. 5,8x8 cm? Z użytkowego punktu widzenia 2 mm nie ma przy plastrach znaczenia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95:

Część nr 47, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do cewnikowania pęcherza moczowego o składzie:

Serweta z laminatu FB	50x60cm	1
Serweta z laminatu FB O5 I rozcięciem	50x60cm;Ø5cm	1
Rękawice nitylowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	5
Kompresy z gazy, 17N, 8W	7,5x7,5cm	8
Pęseta plastikowa	13 cm	1
Pean plastikowy	13 cm (+/-0,3)	1
Pojemnik plastikowy	125 ml	1
Strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną	10 ml	1
Strzykawka wypełniona lubrykantem	6 ml	1

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy kara umowna wynosiła 0,1% wartości zamówionej partii?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 97:

Część nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość 160 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98:

Część nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z możliwością stosowania w środowisku MR”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 99:

Część nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zaofiarowania 300 sztuk elektrod, czy też 300 kompletów elektrod pakowanych po 2 sztuki?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 100:

Część nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „z powłoką antybakteryjną”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 101:

Część nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dwie rury 1,8 m (po rozciągnięciu)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza..

Pytanie nr 102:

Część nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści +1 rura o długości 1,2m?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 103:

Część nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dodatkową gałąź o długości 0,8m?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 104:

Część nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dziecięcy układ anestetyczny o długości 1,5m oraz gałęzią 0,5m?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105:

Część nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści worek oddechowy o pojemności 1L?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106:

Część nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści układ bez pediatrycznej zastawki nadciśnieniowej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 107:

Część nr 28 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne wykonane w całości z silikonu, przezroczyste, rozmiar oznaczony na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 108:

Część nr 28 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o długości 200cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109:

Część nr 28 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści układ anestetyczny dla dzieci o długości 1,5m oraz gałęzią 0,5m?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 110:

Część nr 28 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści długość 200cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111:

Część nr 28 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez drenów?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112:

Część nr 28 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy rozciągliwy, o zmiennej długości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 113:

Część nr 28 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o stałej długości, z miękkimi zakończeniami?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 114:

Część nr 28 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści maskę przeznaczoną do wysokiej koncentracji tlenu wykonaną w 100% z PCV?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 115:

Część nr 28 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści maskę przeznaczoną do wysokiej koncentracji tlenu wykonaną w 100% z PCV?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 116:

Część nr 28 poz. 19-20

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 19, 20 z Części nr 28 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 117:

Część nr 33 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnego systemu do zbiórki stolca o następujących parametrach i składzie:

- rękaw silikonowy o długości 160cm ze znacznikami głębokości zakończony balonikiem retencyjnym w innym kolorze niż rękaw
- 2 porty na rękawie - jeden port do przepłukiwania oznaczony symbolem "IRRIG", drugi port do napełniania balonika uszczelniającego oznaczony symbolem "45ml", obydwie z zastawką jednokierunkową
- 3 worki wymienne o pojemności 1500ml (skalowane co 100ml) z filtrem węglowym neutralizującym zapach
- 2 regulowane paski rzepowe umożliwiające zamocowanie do ramy łóżka
- zestaw wprowadzający
- Podkład 80cm x 60cm, para rękawic, strzykawka 60ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 118:

Część nr 33 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki o pojemności 1500ml?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 119:

Część nr 34 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z bezalkoholowym płynem do płukania ust z 0,1 % nadtlenu wodoru sodu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120:

Część nr 34 poz. 1

Czy zamawiający dopuści zestaw to toalety jamy ustnej z bezalkoholowym płynem do płukania ust z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami zawartymi w SWZ.

Pytanie nr 121:

Część nr 40 poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrody TENS pakowane po 4 sztuki?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122:

Część nr 40 poz. 1

Czy zamawiający dopuści elektrody TENS w rozmiarze 5x8.9cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 123:

Pakiet 29, pkt. 14

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 14 do odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 124:

CZEŚĆ 4 POZ. 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropyl enowej, o gramaturze 25 g/m2?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 125:

CZEŚĆ 4 POZ. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropyl enowej, o gramaturze 25 g/m2, z warstwą pochłaniającą pot w przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. Ok. 46 cm, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 126:

CZEŚĆ 4 POZ. 3

Czy zamawiający dopuści czepek pakowany po 100 szt. w opakowaniu foliowym, do transportu zbiorczo pakowany w karton

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 127:

CZEŚĆ 8

Czy Zamawiający wymaga fartucha będącego wyrobem medycznym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga produktu będącego wyrobem medycznym.

Pytanie nr 128:

CZEŚĆ 8

Czy Zamawiający wymaga fartuch o gramaturze min. 20g/m²

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 129:

CZEŚĆ 8

Czy Zamawiający wymaga fartuch o gramaturze min. 35g/m²

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 130:

CZEŚĆ 8

Czy Zamawiający wymaga fartucha z rękawem zakończonym bawełnianym mankietem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 131:

CZEŚĆ 32 poz. 3,5

Czy zamawiający wydzieli poz.3,5 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 132:

CZEŚĆ 32 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm , z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 22.07.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak