

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 23.07.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego, wariant 1 pn.: „Dostawa systemu zamkniętego próżniowego do pobierania krwi wraz z dzierżawą analizatora do OB kompatybilnego z oferowanym systemem” – sprawa nr 57/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający udostępnia treść zapytania dotyczącego zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie nr 35:

„Dotyczy pozycji 15 Formularza asortymentowo-cenowego

Zwracamy się z prośbą o zgodę Zamawiającego na zaoferowanie próbówki spełniającej opis:

„Mikropróbówka do morfologii 250-500 ul z lejkiem na krawędzi próbówki służącym do zbierania krwi”

Mikropróbówki z lejkiem na krawędzi próbówki, służącym do zbierania krwi pozwalają na szybkie umieszczenie kropli krwi we wnętrzu próbówki oraz wymieszanie jej z napylnym antykoagulantem EDTA bez ryzyka zbyt długiego kontaktu krwi z powietrzem i powierzchnią skóry, tworzeniem się pęcherzyków powietrza w kapilarach, co może generować tworzenie się mikroskrzepów i agregatów płytkowych i prowadzić do błędów przedlaboratoryjnych mających wpływ na wartości parametrów morfologicznych krwi, m.in. WBC; RBC; PLT.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 23.07.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak