

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 19.08.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego, bez negocjacji, pn.: „Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemicznych” – sprawa nr 74/TP/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy części nr 1 poz.5 –

Hematoksyлина Mayera -gotowy odczynnik op. max a'5litry -j.m.- litry - ilość 7. Prosimy o odpowiedź czy chodzi o 7 opakowań a 5 litrów.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że jednostką miary przedmiotu zamówienia w/w pozycji jest opakowanie. Zamawiający dokonał w tym zakresie modyfikacji formularza asortymentowo – ilościowego w tym zakresie w części nr 1 poz.5.

Pytanie nr 2:

Dotyczy części nr 1 poz.13 –

Kwas fenylboronowy (zaw. czyst. związku w preparacie 95%) – j.m. op. – ilość 1. Prosimy o określenie wielkości opakowania.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wielkość opakowania to a'1 gram.

Pytanie nr 3:

Dotyczy części nr 1 poz. 28 -

Octan etylu, czysty do analizy –j.m ml – ilość 1. Prosimy o odpowiedź czy należy zaferować wzorzec w ilości 1 opakowanie a'1 ml.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Dotyczy części nr 1 poz.32 -

Roztwór mianowany NaOH 0,05% (wodorotlenek sodowy) – j.m. op. – ilość 2 . Prosimy o określenie wielkości opakowania.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że wielkość opakowania to a'250 gram.

Pytanie nr 5:

dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części nr 2 w przedmiotowym postępowaniu –

Prosimy o wyłączenie pozycji 10 z pakietu 2 i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w zadaniu 2 uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne (kasetkowe), lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednio przepisy ustawy PZP:

1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części) : „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy części nr 2 poz.9 -

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 poz. 9 zaoferowanie testu do jakościowego wykrywania krwi utajonej w kale o punkcie odcięcia 10 ng/ml o czułości 98% i swoistości 98,7% ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ

Pytanie nr 7:

opisu przedmiotu zamówienia w Części 2 w przedmiotowym postępowaniu –

Różne stany patologiczne mogą być przyczyną ostrego zatrzymania moczu bądź skąpomoczu. Należą do nich m. in. zmiany mechaniczne, guzy lub urazy neurologiczne, zakażenia układu

moczowego, silne stany emocjonalne, a także działanie narkotycznych leków przeciwbólowych (jest to szczególnie istotne, gdyż Zamawiający zamierza wykonywać testy u pacjentów podejrzewanych o przyjmowanie narkotyków). Przy skąpomoczu objętość próbki moczu oddanego przez pacjenta może być niewystarczająca do wykonania badania za pomocą testu paskowego, który musi zostać zanurzony w moczu. Czy z uwagi na powyższe Zamawiający dopuści zaoferowanie w Części 2 poz. 1-7 testów kasetkowych, które wymagają nałożenia maksymalnie kilku kropeł moczu na kasetkę testową?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ

Pytanie nr 8:

opisu przedmiotu zamówienia w Części 2 w przedmiotowym postępowaniu –

Czy w Części 2 poz. 1-7 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych w opakowaniach x 25 szt. - po przeliczeniu testów na odpowiednią liczbę opakowań? Sposób konfekcjonowania testów nie ma praktycznego wpływu na tempo lub sposób wykorzystywania poszczególnych opakowań, gdyż poszczególne testy są pakowane w indywidualnych, hermetycznie zamkniętych i opisanych saszetkach, przydatnych do użycia do końca daty ważności nadrukowanej na saszetce.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy z SWZ

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmiany w treści formularza asortymentowo-ilościowego w zakresie dla części nr 1 poz.5 w zakresie jednostki miary – Zgodnie z **art. 286 ust. 7 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **24.08.2021 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **24.08.2021 r. roku** o godz. **11:00**. Zmianie ulega **pkt 17 i 18** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą na dzień 22.09.2021 r.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 19.08.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1 po modyfikacji z dnia 19.08.2021

Część 1

Przedmiot zamówienia	Jm	ilość	Wartość netto za Jm*	Wartość netto razem	VAT %	Cena (wartość brutto) razem
1. Błękiet mydleniowy B.M. a'25g	op	2				
2. Di-sodu wodorofosforan bezwodny NA2HPO4 a'1kg	kg	11				
3. Soda diwodorofosforan 1 zasadowy i trywitant NaH2FO4xH2O a'1kg	kg	7				
4. Formalina 36-38% cz. a'1litr	op	481				
5. Hematoxylina Meyera - gotowy odczynnik op. max a'Sliry	op	7				
6. Hematoxylina Harris - gotowy odczynnik a'1litr	op.	3				
7. Kwas cytrynowy 99.95% bezwodny a'1 kg	op.	1				
8. Krylen cz. Op. max a'5litr	litry	890				
9. Kwas solny 35-38% cz.d.a. a'1 litr	op.	1				
10. Kwas octowy 99.5-99.9% a'1l	op.	1				
11. Kwas octowy 3% a'100ml	op.	11				
12. Kwas octowy 3% a'500ml	op.	7				
13. Kwas fenyloborowy (zaw. czyst. związku w preparacie 95%)	op.	1				
14. Na-cenol - cysteina >99% czystości a'100g	op.	1				
15. Posaun faszimn 1 zasadowy cz.d.a. a'100g	op.	1				
16. Płyn Lugola a'500ml	op.	2				
17. Soda chlorek cz.d.a. a'1kg	op.	1				
18. Soda siarczan bezwodny cz.d.a. Na2SO4	kg	1				
19. Soda cytrynian cz.d.a a'100g	op.	1				
20. Tri-Soda cytrynian 2-hydrat cz.d.a	kg	1				
21. TWEEN 80 a'25ml	op	1				
22. Wodotlenek sodu NaOH a'250g	op	1				
23. Zelen malachitowa a'50g	op.	1				
24. 96% etanol a'500ml	op	1				
25. Wodotlenek potasu KOH a'500g	op.	1				
26. Orange G - gotowy odczynnik a'1litr	litry	4				
27. Nadtlenek wodoru 3,5% - techniczny op. A'60 kg	op.	1				
28. Ocean etylu czysto do analizy	ml	1				
29. DMSO czysty do analizy	op. a'50ml	1				
30. Di-sodu wodorofosforan bezwodny NA2HPO4 a'100g	op	3				
31. Podchloryn sodu - kanister 30 l	kanister a'30 l	17				
32. Roztwór miarowany NaOH 0,05% (wodotlenek sodowy)	op.	2				
Kwas siarkowy H2SO4 a'1L	op.	1				

*Numer katalogowy lub inna oceniająca produkt pozwalająca na jego identyfikację.