

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.08.2021 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa testów antygenowych oraz testów genetycznych do diagnostyki koronawirusa SARS-COV -2 – sprawa nr 78/PN/2021**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

Czy dopuszczają Państwo testy o czułości dla Ct  $\leq 33$  wynoszącej 97,3% dla których producent nie przewidział możliwości pozostawienia wymazówki w próbówce ekstrakcyjnej i spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza testy o czułości dla Ct  $\leq 33$  wynoszącej 97,3%, natomiast nie wymaga braku konieczności wyjmowania wymazówki z próbki z próbówki ekstrakcyjnej.***

**Pytanie nr 2:**

Załącznik nr 2 - Część nr 1. Czy wymagana z zestawem kontrola dodatnia i ujemna musi być gotowa do użycia?

***Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga aby kontrola dodatnia i ujemna była gotowa do użycia.***

**Pytanie nr 3:**

Załącznik nr 2 - Część nr 1. Czy wymagana z zestawem kontrola dodatnia i ujemna musi być w postaci wymazówek kontrolnych?

***Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga aby kontrola dodatnia i ujemna była w postaci wymazówek kontrolnych.***

**Pytanie nr 4:**

Załącznik nr 2 - Część nr 1. Czy Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał wymazówki do poboru łamiące się w łatwy sposób (bez użycia nożyczek), umożliwiające umieszczenie wymazówki w próbówce?

***Odp. Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał wymazówki do poboru łamiące się w łatwy sposób (bez użycia nożyczek) umożliwiające umieszczenie wymazówki w próbówce.***

**Pytanie nr 5:**

Załącznik nr 2 - Część nr 1. Czy poprzez zapis „brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbki z próbówki ekstrakcyjnej” Zamawiający rozumie, że po ekstrakcji próbki wymazówka pozostaje w próbówce ekstrakcyjnej szczelnie zakręcona dwustronnie, co eliminuje możliwość wydostania się zawartości na zewnątrz?

***Odp. Zamawiającego: Tak, poprzez zapis „brak konieczności wyjmowania wymazówki z próbki z próbówki ekstrakcyjnej” Zamawiający rozumie, że po ekstrakcji próbki wymazówka pozostaje w próbówce ekstrakcyjnej szczelnie zakręcona dwustronnie, co eliminuje możliwość wydostania się zawartości na zewnątrz.***

**Pytanie nr 6:**

Załącznik nr 2 - Część nr 1. Czy Zamawiający zaakceptuje testy o czułości 91,4% oraz czułości 94,1% dla  $Ct \leq 33$ ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 7:**

Załącznik nr 2 - Część nr 1. W związku z prowadzeniem badań przesiewowych (przyjęcia pacjentów na oddziały, przywożonych na SOR etc.), czy Zamawiający wymaga, by metodyka testu podawała parametry diagnostyczne (czułość, swoistość) w przypadku badań osób bezobjawowych?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający wymaga, by metodyka testu podawała parametry diagnostyczne (czułość, swoistość) w przypadku badań osób bezobjawowych.***

**Pytanie nr 8:**

Załącznik nr 2 - Część nr 1. Czy Zamawiający wymaga, by oferowany test znajdował się na liście testów Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia UE (HSC), których wyniki są wzajemnie uznawane w krajach UE?

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 9:**

Załącznik nr 2 - Część nr 1. Czy Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentu autoryzacji do sprzedaży oferowanych testów wystawionej przez ich producenta? Zagwarantuje to wysoką jakość i ciągłość dostaw.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga.***

**Pytanie nr 10:**

Część II – wzór umowy - §5 pkt 1

Czy w części nr 1 Zamawiający zaakceptuje testy z terminem ważności min. 9 miesięcy od daty dostawy testów do Zamawiającego? Aktualnie na rynku nie są dostępne zestawy testów antygenowych SARS-COV-2, których termin przydatności do użycia byłby dłuższy niż 12 miesięcy od daty wykonania przez producenta. Dotyczy to wszystkich wiodących producentów testów dostępnych na rynku europejskim.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza testy o dacie przydatności do użycia minimum 9 miesięcy od daty dostarczenia do Magazynu Szpitala.***

**Pytanie nr 11:**

W części pierwszej wymagają Państwo aby testy miały minimalnie 12 miesięcy jako okres przydatności; z uwagi na wyśrubowane normy na rynku są dostępne 2 rodzaje testów je spełniające, jednak mają one 365-1 dzień przydatności do użycia od momentu wyprodukowania. Czy są Państwo gotowi dopuścić testy o dacie przydatności min.6 lub 9 miesięcy od daty dostarczenia testów do Państwa magazynu?

***Odp. Zamawiającego: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.***

**Pytanie nr 12:**

Czy wyrażają Państwo zgodę na objęcie faktury cesją wierzytelności tj. faktoringiem?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.***

**Pytanie nr 13:**

Czy zamawiający dopuści Test wykrywający antygen SARS-CoV-2, metodą kasetkową immunochromatograficzną, bez konieczności użycia czytnika. Z wymazem z nosogardzieli o czułości 98,5% i swoistości : 100% , posiadających w zestawie kontrola dodatnią i ujemną oraz statyw, z łamaną wymazówką dzięki której nie ma konieczności wyjmowania próbki z próbówki ekstrakcyjnej. Z możliwością stosowania w dowolnym środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym. Znajdujących się na Europejskiej wspólnej liście szybkich testów antygenowych

[https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness\\_response/docs/covid-19\\_rat\\_common-list\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf) oraz na liście testów antygenowych w Krajowym Rejestrze Medycznym. ?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

Zamawiający mając na uwadze art. 137 ust. 5 Ustawy, w związku z udzielonymi odpowiedziami informuje o zamiarze zmiany SWZ oraz zamiarze zmiany terminu składania ofert, tym samym zmianie ulegnie termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Dodatkowo Zamawiający informuje, że umieści stosowną informację na stronie prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.08.2021 r.**

  
Z-CIA KIEBOWNIKA  
Biuro Zakupów i Zamówień Publicznych  
*Izabela Gierszyńska*