

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 30.08.2021 r.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa testów antygenowych oraz testów genetycznych do diagnostyki koronawirusa SARS-COV -2 – sprawa nr 78/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy dopuszczają Państwo testy o czułości dla Ct ≤ 33 wynoszącej 97,3% dla których producent nie przewidział możliwości pozostawienia wymazówki w próbce ekstrakcyjnej i spełniające pozostałe wymagania określone w SIWZ ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza testy o czułości dla Ct < 33 wynoszącej 97,3%, natomiast wymaga braku konieczności wyjmowania wymazówki z próbki z próbki ekstrakcyjnej.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.08.2021 r.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Izabela Gierzyńska