

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605  
e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 17.09.2021 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa barwiarki z naklejką, mikrotomu mroźeniowego oraz szaf wentylowanych dla potrzeb Zakładu Patomorfologii” – sprawa nr 87/PN/2021**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

1.Czy Zamawiający, w zakresie części nr 2, odstąpi od wymogu zawartego w pkt. 16 OPZ tj. posiadania przez oferowane urządzenie regulacji temperatury chłodzenia głowicy w zakresie od -10 °C do -50 °C w krokach co 1°C?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

### **Pytanie nr 2:**

2.Czy Zamawiający, w zakresie części nr 2, odstąpi od wymogu zawartego w pkt. 32 i dopuści złożenie oferty z kriostatem bez możliwości cięcia w trybie automatycznym?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

### **Pytanie nr 3:**

Dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie nr 4:**

Dotyczy wzoru umowy:

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 6, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy, określonej w § 5 ust. 1 umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 5:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością barwienia w tym samym czasie 320 szkiełek, wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. Standardowa przepustowość maszyn ogólnodostępnych na rynku waha się w granicach 300-450 szkiełek. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Jedno urządzenie musi zabezpieczyć wszystkie pracownię ( histochemia, cytologia ginekologiczna, płucna, barwienie specjalne i histologia).***

**Pytanie nr 6:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 10

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z całkowitą ilością stacji wynoszącą 26.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Większa ilość stacji pozwoli na zabezpieczenie pracy wszystkich pracowni w zakładzie, w tym barwień specjalnych.***

**Pytanie nr 7:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 11

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 2 stacje startowe i 2 stacje końcowe.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Większa ilość stacji startowych i końcowych pozwoli na lepszy komfort pracy. Konieczność zabezpieczenia pracy we wszystkich pracowniach jednocześnie.***

**Pytanie nr 8:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 12

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego stacje grzewcze ze stałą temperaturą grzania zwalidowaną przez producenta barwiarki względem procesu barwienia, jest to rozwiązanie lepsze od opisanego w SIWZ. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 9:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 14

Prosimy o odstąpienie niniejszego parametru, wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 10:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 15

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z dedykowanymi magazynkami o pojemności 20 szkiełek z możliwością umieszczenia 1 magazynku w 1 stacji. Wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 11:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 16

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 1 pojemność stacji barwiącej bez możliwości redukcji. Wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza, ze względu na możliwość wykonywania w urządzeniu barwień specjalnych. Mniejsza pojemność pojemników jest konieczna do rzadkich barwień.***

**Pytanie nr 12:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 17

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością regulacji czasu inkubacji w zakresie od 1 sekundy do 59 minut i 59 sekund. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 13:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 18

Wnosimy o odstępianie od niniejszego punktu, wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 14:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 19

Wnosimy o odstępianie od niniejszego punktu, wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 15:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 20

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zaprogramowanym systemem zarządzania odczynnikami, pozwalający na prowadzenie statystyki użycia poszczególnego odczynnika. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 16:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 31

Wnosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w stację rozładunkową, nie wymagającą systemu dosuszania o pojemności 100 szkiełek. Wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 17:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 32

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wydajności około 250 szkiełek na godzinę. Wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 18:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 33

Prosimy o dopuszczenie urządzenia pracującego w technice klej + szkielek Wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 19:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 34

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zaprogramowanym systemem zarządzania odczynnikami, pozwalający na prowadzenie statystyki użycia poszczególnego odczynnika. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 20:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 35

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zaprogramowanym systemem zarządzania odczynnikami, pozwalający na prowadzenie statystyki użycia poszczególnego odczynnika. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 37

Prosimy o dopuszczenie urządzenia pracującego w technice klej + szkielek – w cenie urządzenia 5 opakowań szkielek. Wskazany parametr jest charakterystyczny wyłącznie dla 1 producenta, przez co stanowi ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 37

Prosimy o wyłączenie stołu do osobnej pozycji, ze względu na rozbieżną stawkę VAT.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 23:**

Pakiet 1 barwiarka i nakrywarka

Pozycja 38

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z zaprogramowanym systemem zarządzania odczynnikami, pozwalający na prowadzenie statystyki użycia poszczególnego odczynnika. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 7, 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o parametrze lepszym od odpisanego w SIWZ, stosowanie dezynfekcji UV ma swoje ograniczenia polegające na braku możliwości dotarcia do miejsc zacienionych, co w konsekwencji może powodować kontaminację świeżego materiału, ma to szczególne znaczenie w dobie pandemii Covid-19. Prosimy Zatem o dopuszczenie dezynfekcji za

pomocą specjalnego preparatu którego dozowanie jest prowadzone przez kriostat w czasie cyklu dezynfekcji, preparat ten ma za zadanie dotrzeć do wszystkich łatwo i trudnodostępnych miejsc, co gwarantuje kompleksową dezynfekcję urządzenia. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 25:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o parametrze lepszym od odpisanego w SIWZ, stosowanie dezynfekcji UV ma swoje ograniczenia polegające na braku możliwości dotarcia do miejsc zacienionych, co w konsekwencji może powodować kontaminację świeżego materiału, ma to szczególne znaczenie w dobie pandemii Covid-19. Prosimy zatem o dopuszczenie dezynfekcji za pomocą specjalnego preparatu którego dozowanie jest prowadzone przez kriostat w czasie cyklu dezynfekcji, preparat ten ma za zadanie dotrzeć do wszystkich łatwo i trudnodostępnych miejsc, co gwarantuje kompleksową (dezynfekcja odbywa się szybko i dokładnie) dezynfekcję urządzenia. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 26:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 14,

Prosimy Zamawiającego o odejście od opisanego wymogu, niniejszy parametr charakterystyczny jest wyłącznie dla 1 producenta kriostatów, zatem podtrzymanie go nosi znamiona nieuczciwej konkurencji.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 27:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 14

W przypadku podtrzymania wymogu dotyczącego warstwy antybakteryjnej prosimy o dopuszczenie rozwiązań równoważnych w postaci panelu wykonanego w sposób ułatwiający czyszczenie urządzenia ogólnodostępnymi środkami. Zwracamy również uwagę na fakt iż antybakteryjna warstwa nano-srebra ulega degradacji z czasem, dlatego też ze względów bezpieczeństwa korzystniejsze jest urządzenie które pozwala na łatwą i skuteczną dezynfekcję co dnia. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 28:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia równoważnego funkcjonalnie to jest posiadającego koło napędowe służące do cięcia ręcznego i silnikowego z możliwością jego blokady w 1 pozycji. Podany przez Zamawiającego zapis jest charakterystyczny dla kriostatów Leica, przez co stanowi on ograniczenie konkurencji.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 29:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 16

Regulacja temperatury chłodzenia głowicy w zakresie od 10 °C do -50 °C w krokach co 1°C. Jest to szerszy zakres od opisanego w SIWZ. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 30:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o parametrach lepszych od opisanych w SIWZ w postaci systemu podciśnienia nie wymagającego stosowania filtra HEPA, jest to rozwiązanie lepsze ponieważ cały układ znajduje się wewnątrz kriostatu, przez co żadne odpady nie wydostają się na zewnątrz urządzenia, dodatkowo jest to czynnik wpływający na optymalizację kosztów używania kriostatu, przez co rozwiązanie to jest bardziej ekonomiczne. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 31:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kriostatu z aktywnym systemem chłodzenia i funkcją natychmiastowego reagowania na zmiany temperatury. Jest parametr lepszy od opisanego w SIWZ. Przewagą rozwiązania jest system pozwalający na chłodzenie wszystkich 4 elementów mających bezpośredni kontakt z preparatem, to jest uchwytu do materiału, uchwytu do noża i półki szybkiego chłodzenia, oraz komory (do -35°C) w sposób automatycznie kontrolujący zmiany temperatury i pozwalający na automatyczne dostosowanie zakresu względem zmieniających się warunków. Pozwala to również na oszczędność około 50% energii konsumowanej w czasie pracy urządzenia w porównaniu do innych kriostatów dostępnych na rynku. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 32:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 19 i 20

Prosimy o dopuszczenie kriostatu który pełną gotowość do pracy osiąga po około 3 godzinach, jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 33:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 21

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o parametrach lepszych od opisanych w SIWZ to jest kriostatu z 18 pozycyjną półką do zamrażania materiału której temperatura jest regulowana automatycznie. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 34:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 22

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z dodatkowy system Peltier pozwalający na zmrożenie 1 podstawka do - 60°C. jest to parametr równoważny do opisanego w SIWZ, zapewnia ciągłość pracy oraz optymalne schłodzenie podstawka. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 35:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 26

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie kriostatu z aktywnym systemem chłodzenia i funkcją natychmiastowego reagowania na zmiany temperatury, niniejsze rozwiązanie nie wymaga stosowania

dotatkowego odszraniana głowicy. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 36:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 28

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z możliwością płynnej regulacji grubości cięcia w zakresie

- 0.5 - 5 co 0.5um
- 5 - 10 co 1um
- 10 - 20 co 2um
- 20 - 50 co 5um
- 50 - 100 co 10um

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 37:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 29

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z funkcją trymowania regulowana w zakresie

- 5 - 30 co 5um
- 30 - 100 co 10um
- 100 - 200 co 20um
- 200 - 500 co 50um

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 38:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pionowego zakresu ruchu głowicy do 64mm, jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, ponadto pozwala Zamawiającemu na uzyskanie opisanej w SIWZ funkcjonalności czyli zakres ruchu pionowego głowicy dla wartości 59 mm. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 39:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poziomego zakresu ruchu głowicy do 48mm, jest to parametr lepszy od opisanego w SIWZ, ponadto pozwala Zamawiającemu na uzyskanie opisanej w SIWZ funkcjonalności czyli zakres ruchu poziomego głowicy dla wartości 25 mm. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 40:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 32

Prosimy o dopuszczenie urządzenia ze stałą retrakcją na poziomie 20 um, wartość zwalidowana przez producenta urządzenia jako optymalna dla urządzenia o opisanej konstrukcji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 41:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 34

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie urządzenia o parametrze równoważnym w postaci informacji o stanie wysunięcia głowicy, umieszczonej na ekranie kriostatu. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 42:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 34

Prosimy Zmawiającego o dopuszczenie urządzenia bez wskazania informacji o stanie wysunięcia głowicy, W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 43:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 36

Wnosimy o odstępianie od niniejszego parametru - System precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniami zmian położenia co 2° . Podany przez Zamawiającego zapis jest charakterystyczny dla kriostatów Leica, przez co stanowi on ograniczenie konkurencji. Pozostałe parametry bez zmian. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 44:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w 2 uchwyty, po 1 do noży nisko i wysokoprofilowych, uchwyty wyposażone w magnetyczny system do usuwania noża. Jest to parametr równoważny do opisanego w SIWZ. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 45:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 38

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w wymienną płytę anty roll o wymiarach ~ 70 mm, posiadającą 1 ramkę o uniwersalnym rozmiarze. Podany przez Zamawiającego zapis jest charakterystyczny dla kriostatów Leica, przez co stanowi on ograniczenie konkurencji. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 46:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 39

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie urządzenia o parametrach lepszych od opisanych w Siwz, to jest urządzenia nowszego technologicznie wyposażonego w nowoczesny kolorowy, dotykowy ekran startujący całym urządzeniem, informacje wyświetlane w postaci piktogramów oraz w formie tekstowej. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie nr 47:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 41

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o parametrach lepszych to jest pozwalającego na wyświetlanie ich informacji jak: temperatura na głowicy, czas rozmrażania, godzina, grubość cięcia, grubość trymowania, włącznik vacutomu, temperatura noża oraz wielu innych na kolorowym wyświetlaczu dotykowym. W przypadku braku pozytywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.



***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie nr 48:**

Pakiet 2 – kriostat

Pozycja 45

Prosimy o dopuszczenie kriostatu o głębokości 100 cm, co stanowi 10% względem wymagań zamawiającego. Oferowane urządzenie ma ergonomiczny i opływowy kształt dlatego też wartość ta nie powinna stanowić ograniczeń związanych z organizacją przestrzeni w pracowni Zamawiającego. Oferowane rozwiązanie posiada wymiary:

- Szerokość: max. 75,5
- Głębokość: max. 100
- Wysokość: max 82 - 112 cm

(urządzenie z wbudowanym system regulacji wysokości

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 49:**

Część nr 2 – mikrotom mrozeniowy – 1 sztuka

Poz. 13

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu wyposażonego w pojemnik na skropliny umieszczony z boku urządzenia. Umieszczenie butli nie przekłada się w żaden sposób na pracę systemu. Dodatkowo proponowane przez nas rozwiązanie wyposażone jest w czujnik przepełnienia gwarantujący pełne bezpieczeństwo pracy za pomocą eliminacji ryzyka wylania potencjalnie skażonego płynu.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 50:**

Część nr 2 – mikrotom mrozeniowy – 1 sztuka

Poz. 14

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu zaprojektowanego w ergonomiczny sposób zapewniający najwyższą łatwość czyszczenia oraz dezynfekcji powierzchni zewnętrznych. Dodatkowo panel sterowania pokryty folią zabezpieczającą, również z możliwością jej dezynfekcji.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 51:**

Część nr 2 – mikrotom mrozeniowy – 1 sztuka

Poz. 16

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu z regulacją temperatury chłodzenia głowicy w zakresie od -10°C do -45°C w krokach co 1°C. Jest to zakres większy niż potrzebny do efektywnego utrzymywania niskiej temperatury grzybków z materiałem tkankowym w głowicy kriostatu. Dodatkowo proponowany przez nas system jest w stanie błyskawicznie osiągnąć zadaną przez Użytkownika temperaturę.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 52:**

Część nr 2 – mikrotom mrozeniowy – 1 sztuka

Poz. 17

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu wyposażonego w dużą szklaną płytkę typu „anti-roll” doskonale zapobiegającą zwijaniu się wycinków tkankowych. Dodatkowo komora kriostatu wyposażona w system podciśnieniowego usuwania resztek powstałych w wyniku procesu skrawania (czyszczenie komory np. przez proces dezynfekcji). System wyposażony w filtry antybakteryjne i antywirusowe oraz zgrubny filtr mechaniczny.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 53:**

Część nr 2 – mikrotom mrozeniowy – 1 sztuka

Poz. 28

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze lepszym – kriostat z płynną regulacją grubości cięcia w zakresie od 0.5 do 100  $\mu\text{m}$  ze skokami:

Od 0,5  $\mu\text{m}$  – 5,0  $\mu\text{m}$  co 0,5  $\mu\text{m}$

Od 5  $\mu\text{m}$  – 20  $\mu\text{m}$  co 1,0  $\mu\text{m}$

Od 20,0  $\mu\text{m}$  – 50  $\mu\text{m}$  co 2,0  $\mu\text{m}$

Od 50,0  $\mu\text{m}$  – 100  $\mu\text{m}$  co 2,0  $\mu\text{m}$

W praktyce laboratoryjnej nierzadko spotykane są preparaty śródoperacyjne skrawane na wartościach mniejszych niż 2  $\mu\text{m}$  – większy zakres dokładnego cięcia stanowi zatem bardzo istotną zaletę użytkową.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 54:**

Część nr 2 – mikrotom mrozeniowy – 1 sztuka

Poz. 29

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze lepszym – kriostat z funkcją trymowania regulowaną w zakresie od 0,5 $\mu\text{m}$  do 750 $\mu\text{m}$  ze skokami:

Od 0,5  $\mu\text{m}$  – 2,0  $\mu\text{m}$  co 0,5  $\mu\text{m}$

Od 2  $\mu\text{m}$  – 20  $\mu\text{m}$  co 1,0  $\mu\text{m}$

Od 20,0  $\mu\text{m}$  – 50  $\mu\text{m}$  co 2,0  $\mu\text{m}$

Od 50,0  $\mu\text{m}$  – 150  $\mu\text{m}$  co 5  $\mu\text{m}$

Od 150  $\mu\text{m}$  – 750  $\mu\text{m}$  co 10  $\mu\text{m}$

Proponowane przez nas urządzenie posiada bardziej dokładny i szerszy zakres trymowania.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 55:**

Część nr 2 – mikrotom mrozeniowy – 1 sztuka

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenie o parametrze lepszym – zakresie ruchu poziomego uchwytu ostrza 28 mm. Pozwala to większą elastyczność mocowania podstawki z preparatem w głowicy kriostatu oraz skrawanie większych preparatów.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 56:**

Część nr 2 – mikrotom mrozeniowy – 1 sztuka

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze lepszym – kriostatu z prędkość wstępnego dosuwu preparatu: wolna i szybka (600  $\mu\text{m/s}$  i 3000  $\mu\text{m/s}$ ). Dosuw wolny służy dokładnemu ułożeniu preparatu względem noża, prędkość szybka służy łatwemu i szybkiemu odsunięciu elementów od siebie – większa prędkość jest zatem bardzo istotną zaletą użytkową.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 57:**

Część nr 2 – mikrotom mrozeniowy – 1 sztuka

Poz. 36

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia z systemem precyzyjnej orientacji przestrzennej głowicy ze wskazaniem położenia 0/0o. Proponowane przez nas urządzenie posiada oznaczenie położenia „zerowego”. Wskazanie zmian położenia co 2o nie jest istotne – ułożenie próbki nie odnosi się do wartości bezwzględnych kąta odchylenia, a jedynie subiektywnej oceny Użytkownika.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Ponadto:**

Zamawiający mając na uwadze **art. 137 ust. 5 Ustawy**, w związku z udzielonymi odpowiedziami informuje o zamiarze zmiany SWZ tj. terminu składania ofert, tym samym zmianie ulegnie termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Dodatkowo Zamawiający informuje, że udostępni zmianę treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 17.09.2021 r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak