

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 21.09.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego: Dostawa aparatu USG – sprawa nr 91/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Pytanie nr.1 dot. Zestawienie parametrów technicznych pkt. 25.

Zamawiający wymaga aby oferowana głowica posiadała rozdzielczość osiową min. 25µm.

Czy Zamawiający dopuści głowicę o rozdzielczości osiowej min.30 µm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Pytanie nr.2 dot. Zestawienie parametrów technicznych pkt.30.

Zamawiający wymaga aby oferowana głowica posiadała rozdzielczość osiową min. 100µm.

Czy Zamawiający dopuści głowicę o rozdzielczości osiowej min.110 µm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 21.09.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak