

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 21.09.2021 r.

## Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa Aparatu RTG z ramieniem C – sprawa nr 89/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostawa była wykonana w terminie do 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w pkt. 6.1. IDW Zamówienie należy zrealizować do 56 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

### Pytanie nr 2:

Dotyczy pkt 69 OPZ-Część IV

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystąpienie do naprawy?

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi prosimy o wydłużenie terminu do 48 h.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający uznaje kontakt telefoniczny lub zdalny jako przystąpienie do naprawy, w związku z powyższym nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 48 godzin.**

### Pytanie nr 3:

W nawiązaniu do ust. 2, 3 i 4 § 6 projektu Umowy, zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych do wysokości 0,2% ceny wartości przedmiotu zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie, usunięciu wady i uznania reklamacji.

Wyjaśniamy, że w umowach na dostawy sprzętu medycznego, w przypadkach j.w. powszechnie przyjmowane są kary od 0,1% do max 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie nr 4:

Dotyczy ust. 5 i 6 § 6 projektu Umowy

Zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w punktów.

Wyjaśnimy, że w umowach nie ma standardu z nakładaniem kar w wysokości 5000 zł za naruszenia powierzenia danych osobowych. Nie ma również takiego wymagania w RODO tym bardziej, że odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego jest jednoznacznie określona umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o usunięcie w/w punktów.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

### Pytanie nr 5:

Mając na uwadze tzw. równe traktowanie Stron, a tym samym zabezpieczenie interesów także Wykonawcy, prosimy o określenie kary, dla Zamawiającego, w wysokości, jak dla Wykonawcy, za odstąpienie od umowy przez Strony, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zaakceptowanie powyższej propozycji.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 6:**

Zwracamy się z prośbą, aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 7:**

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie: projektu budowlanego pracowni, starego projektu ochrony radiologicznej pracowni jeśli istnieje.

***Odp. Zamawiającego: Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego.***

**Pytanie nr 8:**

Zwracamy się z prośbą o określenie przeznaczenia sąsiadujących pomieszczeń pracowni.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że sala zabiegowa o powierzchni około 30m<sup>2</sup>, ściany oraz drzwi sali zawierają materiał nieprzepuszczający promieniowania. Po prawej stronie stojąc twarzą do aparatury znajduje się gabinet nocny lekarza dyżurnego, bez przejścia z sali. Po prawej stronie znajduje się gabinet, pracownia pielęgniarska i sala endoskopowa nr 2.***

**Pytanie nr 9:**

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji, tj.:

- a. Liczby ekspozycji wykonywanych w ciągu jednego dnia roboczego

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że średnia ilość ekspozycji dziennych tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku do godziny 15 wynosi ok. 4.***

- b. Czasu jednej ekspozycji

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający zakłada, że podczas standardowego zabiegu endoskopowego trwającego około 60 minut - czas ekspozycji wynosi w przybliżeniu 8 minut. Zdarzają się procedury, podczas których czas ekspozycji znacznie się wydłuża nawet do 10-15 minut.***

**Pytanie nr 10:**

Prosimy o wskazanie osoby (e-mail, nr telefonu), która będzie kompetentna do określenia geometrii prowadzonych badań (gdzie będzie znajdować się lampa RTG?, gdzie będzie przebywał operator aparatu? W którą stronę będzie skierowana wiązka pierwotna promieniowania?)

***Odp. Zamawiającego: Lampa aparatu rtg znajduje się w bocznej, środkowej części sali operacyjnej, personel obsługujący urządzenie rtg + operator znajdują się w odległości około 50-150 cm od głowicy aparatu. Personel anestetyczny w odległości około 200 cm. Dostęp do aparatu z trzech stron. Wiązka pierwotna zawsze skierowana jest od dołu czyli pod stołem operacyjnym do góry w stronę sufit. Osoba kompetentna do udzielania informacji - Tomasz Kosiorek - sale zabiegowe endourologii tel. 598460348, [blok.urologia@szpital.slupsk.pl](mailto:blok.urologia@szpital.slupsk.pl). Nadzór pomiarowy dozymetryczny prowadzi inspektor radiologii.***

**Pytanie nr 11:**

Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006r w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi?

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 12:**

Czy pomieszczenie pracowni spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą?

***Odp. Zamawiającego: Tak.***

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy pkt 2 §4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w dniach roboczych zapisu tj. od pn - pt (w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy pkt 3 §4 umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

W nawiązaniu do w/w punktu zwracamy się z prośbą o niewielką modyfikację wg poniższego zapisu:

„Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie uzgodnionym z Administratorem”

Wyjaśniamy, że termin 7 dni może nie być realny, jeżeli będzie to związane z np. Zakupami inwestycyjnymi, także rekomenduję aby był termin uzgodniony a administratorem. Z tego tytułu administrator nie ponosi ryzyka.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy załącznika nr 2 do SWZ

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w przypadku mieszanych stawek VAT (8 i 23%)

w pozycji przewidzianej na kwoty netto i brutto należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT? Wyjaśniamy, iż w Opisie Przedmiotu Zamówienia występują pozycje (m.in. fantomy, projekt osłon stałych), które są objęte stawką VAT wynoszącą 23%.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w przypadku mieszanych stawek VAT należy podać odpowiednio wartość netto i brutto odpowiadającą danej stawce podatku VAT.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 21.09.2021 r.**

  
**KIEROWNIK**  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
**Piotr Feszak**