

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, fax 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 24.09.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa aparatu RTG z ramieniem O oraz neuronawigacji” – sprawa nr 88/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 35:

O-ARM

W odpowiedzi na pytania które pojawiły się na stronie zamawiającego 17/09/2021

W pytaniu nr 5 dotyczącego punktu 41 w odpowiedzi na pytanie czy zamawiający dopuści rozwiązanie posiadające zewnętrzny Video Printer zamawiający odmówił takowego rozwiązania. Mając na uwadze iż oferowane przez nas rozwiązanie posiada pełną integrację z siecią szpitala wydruk badania możliwy jest na każdym urządzeniu drukujących mającym dostęp do sieci szpitala, ponadto oferujemy możliwość dostarczenia drukarki o znacznie lepszych parametrach technicznych wraz z urządzeniem - ustalenie wymogu by drukarka była integralną częścią urządzenia traktujemy jako ograniczenie zasad uczciwej konkurencji poprzez sugerowanie konkretnego rozwiązania technicznego gdzie technologia równoważna pozwala uzyskać lepszą jakość drukowanych badań bez ingerencji w kliniczne parametry systemu. Zwracamy się zatem z prośbą o uzasadnienie konieczności posiadania wbudowanej drukarki lub dopuszczenie rozwiązania zewnętrznego przy określeniu granicznych warunków technicznych urządzenia drukującego.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 5 udzielonej w dniu 17.09.2021 r. w następujący sposób:

Przed sprostowaniem:

Zamawiający nie dopuszcza.

Po dokonaniu sprostowania w dniu 24.09.2021:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

O-ARM

W pytaniu nr 9 dotyczącym punktu 56 zamawiający odmawia rozbudowy systemu śledzenia w technologii elektromagnetycznej o system oparty o jeden o emiter o szerokim polu śledzenia 60/60/60. Z racji iż jest to wymóg dotyczący potencjalnej rozbudowy (nie fizycznej dostawy w w/w postępowaniu) czy zamawiający może sprecyzować pole śledzenia i właściwości kliniczne (typy zabiegów które pragnie w tej technologii wykonywać) aby przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji zaakceptować rozwiązanie pozwalające na wykonanie bez kompromisów oczekiwanych zabiegów – nie uwzględniając przy tym konkretnego rozwiązania technologicznego sugerującego preferowanego dostawcę – a zarazem dopuszczenie technologii innej lecz równoważnej jeśli chodzi o aspekt kliniczny (głównie rozmiar pola śledzenia będącego kluczowym w tej metodzie).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 9 udzielonej w dniu 17.09.2021 r. w następujący sposób:

Przed sprostowaniem:

Zamawiający nie dopuszcza.

Po dokonaniu sprostowania w dniu 24.09.2021:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37:

O-ARM

W pytaniu nr 25 dotyczącym potwierdzenia spełnienia struktury serwisowej poprzez potwierdzenie jej referencjami na dokumencie zamieszczonym na stronie internetowej w dniu 17/09/2021 nie widnieje odpowiedź zamawiającego – zwracamy się z prośbą o jej uzupełnienie.

Odp. Zamawiającego:

Odpowiedź na pytanie nr 25 została udzielona i opublikowana przez Zamawiającego na stronie prowadzonego postępowania w dniu 17.09.2021 r. – strona nr 5 dokumentu.

Pytanie nr 38:

O-ARM

W pytaniu 30 zamawiający w odpowiedzi deklaruje iż oczekuje iż system wyposażony będzie w stacje podłogowa wyposażona w mobilny ekran LCD o wysokiej rozdzielczości definiując rozmiar ekranu do przeglądania badań bez konieczności użycia systemu neuronawigacji. Z racji iż oferowany przez nasz system jest rozwiązaniem nowocześniejszym od systemów dostępnych na rynku nie posiada dodatkowej stacji podłogowej, a sterowanie i wyświetlanie obrazów odbywa się na tablecie dostarczonym do systemu, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozwiązania bez dodatkowej stacji podłogowej – niemniej jednak pozwalającej na wyświetlanie badań na mobilnym monitorze co najmniej 30” 4K bez użycia nawigacji.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu nr 38.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 30 udzielonej w dniu 17.09.2021 r. w następujący sposób:

Przed sprostowaniem:

Tak

Po dokonaniu sprostowania w dniu 24.09.2021:

Tak, przy czym Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie, o którym mowa w pytaniu nr 38.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 24.09.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak