

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 28.09.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego, wariant 1 pn.: Dostawa wyrobów medycznych dla Bloku Operacyjnego – sprawa nr 94/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

CZEŚĆ NR 4 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler zamykająco-tnący z prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm, posiadający jedną dźwignię zamykająco-spustową, z możliwością ponownego otwarcia szczęk staplera po zamknięciu i poprawienia tkanki, umożliwiającą 8 wystrzałów ładunku podczas jednego zabiegu, załadowany ładunkiem o wysokości zszywek otwartych: 4,8 mm (2,0 mm po zamknięciu)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 2:

CZEŚĆ NR 4 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do staplera z prostą główką, o długości linii cięcia 40 mm. Ładunek do tkanki grubej, wysokość zszywek otwartych: 4,8 mm (2,0 mm po zamknięciu), pakowany pojedynczo (1 opakowanie = 1 sztuka) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

CZEŚĆ NR 4 Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy stapler liniowy o dł. linii szwu 30mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) lub grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

CZEŚĆ NR 4 Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, automatyczny stapler liniowy, rozmiar 60, o dł. linii szwu 59 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki 3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku w staplerze przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

CZEŚĆ NR 4 Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ładunek do automatycznego staplera liniowego rozmiar 60, o dł. linii szwu 59 mm, do tkanki standardowej (wysokość otwartej zszywki

3,5mm) i grubej (wysokość otwartej zszywki 4,8mm). Stapler posiada jedną dźwignię zamykająco-spustową. Zamawiający każdorazowo określi rodzaj ładunku przy składaniu zamówienia?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Wzór umowy depozytu

Zgodnie z § 7 ust. 4 Części III – „UMOWA DEPOZYTU - DO UMOWY NR 94/.../TP/2021 dotyczy części nr 2,3,4”:

„4. Wykonawca po otrzymaniu protokołu zużycia wystawia fakturę VAT na pobrane przedmioty z terminem zapłaty 30 dni od daty wystawienia faktury i dostarcza wystawioną fakturę wraz z uzupełnianym towarem lub przesyła wystawioną fakturę na adres e-mail: apteka@szpital.slupsk.pl w terminie do 2 (dwóch) dni od daty otrzymania protokołu zużycia.”

Mając na uwadze powyższe postanowienie Wykonawca zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. § 7 ust. 4 poprzez nadanie mu poniższego brzmienia:

„4. Wykonawca po otrzymaniu protokołu zużycia wystawia fakturę VAT na pobrane przedmioty z terminem zapłaty 30 dni od daty wystawienia faktury i dostarcza wystawioną fakturę wraz z uzupełnianym towarem lub przesyła wystawioną fakturę na adres e-mail: apteka@szpital.slupsk.pl w terminie do 2 (dwóch) dni od daty otrzymania protokołu zużycia. Ponadto, Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przysyłanie faktur w formie elektronicznej za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania w ramach wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.), wówczas Wykonawca zwolniony będzie z obowiązku przysyłania oryginału faktury do siedziby Zamawiającego, a także z przysyłania faktury na ww. adres e-mail.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza następujące brzmienie § 7 ust. 4 Wykonawca po otrzymaniu protokołu zużycia wystawia fakturę VAT na pobrane przedmioty z terminem zapłaty 30 dni od daty wystawienia faktury i dostarcza wystawioną fakturę wraz z uzupełnianym towarem lub przesyła wystawioną fakturę na adres e-mail: apteka@szpital.slupsk.pl w terminie do 2 (dwóch) dni od daty otrzymania protokołu zużycia. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa w ust. 4, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Zamawiający wyraża również zgodę na przysyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt a także wszelkich pism i dokumentów związanych z dochodzeniem należności dotyczących niniejszej umowy, w formie elektronicznej na adres e-mail: apteka@szpital.slupsk.pl. Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury, o których mowa powyżej, w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną.

Pytanie nr 7:

Tym samym prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca przekaże fakturę VAT jedynie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Dotyczy Pakiet nr 4. Czy Zamawiający w poz. 2 odstąpi od wymogu opakowania zawierającego 12 szt ładunków na rzecz opakowania handlowego zawierającego 6 szt ładunków, dopuszczając tym samym zaferowanie 2 opakowań handlowych (po 6 szt) pokrywających wilkość przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na opakowania po 6 sztuk ładunków.

Pytanie nr 9:

Dotyczy Pakiet nr 4. Ze względu na wielkość opakowania handlowego oferowanego przez Zamawiającego (12 szt w opakowaniu), zwracamy się prośbą o zwiększenie do 12 sztuk wielkości objętej depozytem dla pozycji nr 5.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Cześć 1

poz. 2 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Cześć 1 poz. 3, 4, 7

prosimy o dopuszczenie dł. kabla 5m

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Cześć 1 poz. 3, 4, 7

prosimy o dopuszczenie kabla z gwarancją na 50 cykli serylizacji

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13:

Cześć 1 Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie elektrody o następujących parametrach:

Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dzielona po obwodzie, powierzchnia aktywna 107 cm², wymiary 164x117 cm,

podłoże wykonane z wodoodpornej elastycznej pianki; skrzydełka zapobiegające przypadkowemu odklejeniu; klej w części

brzeżnej, hydrożel w części przewodzącej Op. a '100 szt.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Cześć 1 Poz. 8

prosimy o wydzielenie poz. 8 do oddzielnego zadania co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie wykonawców.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15:

Części 1 pozycji 2

Czy zamawiający dopuści uchwyt elektrod ,z dwoma przyciskami, do elektrod z trzonkiem śr 4 mm,sześciokątnym zabezpieczeniem przed obrotem, z kablem o dł. 4m, wtyczka do generatora ERBE lub Valleylab do wyboru zamawiającego. Minimum 200 cykli sterylizacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Części 1 pozycji 3

Czy zamawiający dopuści kabel do elektrod neutralnych, długość 5 m od strony elektrody zakończony klipsem 2,5 cm, od strony aparatu wtyczka do generatora ERBE lub Valleylab do wyboru zamawiającego. Minimum 300 cykli sterylizacji

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Części 1 pozycji 5

Czy zamawiający dopuści Elektroda neutralna jednorazowego użytku dzielona na dwie równe symetryczne części, uniwersalna dla dzieci i dorosłych, żelowa, owalna, pow. ogólna 168cm², pow. czynna 103cm², grubość hydrożelu 0,69 mm pakowana pojedynczo Op. a '100 szt.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Części 1 pozycji 7

Czy zamawiający dopuści Kabel bipolarny, szczypce. Długość 5 m, wtyczka od strony instrumentu- dwa bolce płaskie, od strony aparatu kompatybilna z generatorem firmy ERBE. Minimum 300 cykli sterylizacji

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 28.09.2021 r.


DZIAŁOWNIK
Działu Zakupów i Zapasów Publicznych
Piotr Feszak