

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 20.10.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: „Dostawa aparatu EMG, lampy operacyjnej oraz urządzenia do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback.” – sprawa nr 106/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Proszę o podanie z jakiego materiału wykonany jest sufit - strop na którym będzie dokonany montaż lampy?”

Odp. Zamawiającego:

Strop wykonany jest z płyt Spiroll kanałowe o wysokości 26,5 cm, przy otworach w stropach – odcinkowo stropy ceramiczne Akermana o gr. 22 cm.

Pytanie nr 2:

„Czy występuje sufit podwieszany, jeśli tak to na jakiej wysokości od podłogi i jaka jest odległość od stropu?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, występuje sufit podwieszany, odległość do posadzki 287 cm, odległość od posadzki do stropu 299 cm.

Pytanie nr 3:

„Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?”

Odp. Zamawiającego:

Tak, w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy.

Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający dopuści lampę z czaszą w kształcie koła? Kształt czaszy nie powinien stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 96 ? Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Czy Zamawiający dopuści ilość diod LED – 84 ?

Ilość diod LED nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia. Dla użytkownika ilość diod LED nie ma wpływu na komfort pracy o ile lampa jest w stanie zagwarantować satysfakcjonujące oświetlenie pola zabiegowego oraz jednorodność plamy świetnej.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Czy Zamawiający dopuści lampę z całkowitym poborem mocy lampy max 63W?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Czy Zamawiający dopuści lampę z całkowitym poborem mocy lampy max 100W?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Czy Zamawiający dopuści lampę z całkowitym poborem mocy lampy max 111W?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3800 / 4300 / 4800 K?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Czy Zamawiający dopuści lampę z regulacją temp. barwowej 3600 / 4200 / 4800 / 5400 K?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Czy Zamawiający dopuści lampę z temp. barwowej 4300K?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Czy Zamawiający dopuści lampę z Ra - 95?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny umieszczonym w bocznej części oprawy - w zakresie 20-30 cm (w 3 krokach) ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny umieszczonym w bocznej części oprawy oraz za pomocą sterylizowanego, wymiennego uchwytu umieszczonego w centralnej części czaszy - w zakresie 18-30 cm (w 4 krokach) ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy 73 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy 66 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

„Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą czaszy 60x60 cm? Wielkość czaszy nie powinna stanowić kryterium wykluczającego jeśli lampa spełnia pozostałe istotne wymagania dotyczące oświetlenia.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19:

„Czy Zamawiający dopuści lampę bez uchwytów brudnych, a z uchwytem sterylizowanym znajdującym się centralnie w osi lampy?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20:

„Czy Zamawiający dopuści lampę ze średnicą bezcieniowego pola oświetlanego regulowaną przez panel boczny oraz przyciskami przy uchwycie umieszczonym w centralnej części oprawy - w zakresie 20-30 cm ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21:

„Czy Zamawiający dopuści lampę z uchwytami brudnymi jak na zdjęciu poniżej?”



Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wymogów postawionych przez Zamawiającego w pkt 15 zestawienia parametrów technicznych w OPZ dotyczącym lampy operacyjnej.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 20.10.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak