

# Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.<sup>®</sup>



ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk, telefon: 59 8460 600, faks: 59 8460 605  
E-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl Strona internetowa: www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA  
SAMORZĄDU  
WOJEWÓDZTWA  
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 27.10.2021 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych” – sprawa nr 92/PN/2021**

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

### **Pytanie nr 1:**

Czy pakiecie nr 5 pkt II Zamawiający dopuści cement kostny o pojemności 10 ml, zamiast 8 ml?  
Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

### **Pytanie nr 2:**

1.Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ długich o długości od 300 do 440 mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie nr 3:**

2.Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia śródszpikowego blokowanego do kości ramiennej tytanowego z możliwością rekonstrukcji nasady bliższej i blokowaniem wielopłaszczyznowym wkrętami 4,5 i 5,0mm, długość od 150 do 250mm, średnice od 6 do 9mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie nr 4:**

3.Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 13 dopuści możliwość zaoferowania pinów antyrotacyjnych o średnicy 4,0mm lub wkrętów derotacyjnych o średnicy 6,5 mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie nr 5:**

4.Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących z mocowaniem sześciokątnym zamiast torx?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie nr 6:**

5.Czy Zamawiający w Części nr 15 poz. 16 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokujących do gwoździ śródszpikowych do przedramienia o średnicy: 2,7mm; 3,5mm i 2,7/2,0mm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

### **Pytanie nr 7:**

Część 17, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny do zabiegów ginekologicznych, urologicznych, endoskopowy, wykonany z włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> i wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej na całej długości, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup>. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej o długości 7,5cm, fartuch z poszerzoną konstrukcją umożliwiającą pracę w

pozycji siedzącej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 6,5-7,5 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką tradycyjnego podwójnego szwu. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m<sup>2</sup>. Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 130 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 75 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 43 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1:2019. Rozmiar: XXL, długość 154cm, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 8:**

Część 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 9:**

Część 17, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem wszytym standardowo na prosto?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 10:**

Część 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm/ szerokości 148cm/ dł. Rękawa 62cm oraz w rozmiarze XXL o długości 157cm/ szerokości 152cm/ dł. Rękawa 61cm?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 11:**

Część 17, pozycja 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany podwójnie owinięty w serwetę polipropylenową?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 12:**

Część 17, pozycja 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch pakowany podwójnie owinięty w serwetę z włókniny SMS?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 13:**

Część 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:**

Część 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający dodatkowe wzmocnienia wykonane z dwuwarstwowego laminatu (polipropulen spunbond + folia PE)?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 15:**

Część 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm/ szerokości 148cm/ dł. Rękawa 62cm oraz w rozmiarze XXL o długości 157cm/ szerokości 152cm/ dł. Rękawa 61cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 16:**

Część 17, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L o długości 128cm/ szerokości 140cm/ dł. Rękawa 61cm oraz XL o długości 138cm/ szerokości 148cm/ dł. Rękawa 62cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 17:**

Część 17, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm/ szerokości 148cm/ dł. Rękawa 62cm oraz w rozmiarze XXL o długości 157cm/ szerokości 152cm/ dł. Rękawa 61cm?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 18:**

Część 17

Czy Zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1 um. depozytu, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu (zaimplantowania)?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że własność towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą zaimplantowania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 20:**

Pakiet nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania ubrań dostępnych tylko w kolorze zielonym, z bluzą z lamówką w kolorze białym?

***Odp. Zamawiającego: Jeżeli pytanie dotyczy Części nr 17- Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

Pakiet nr 54

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów wykonanych z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, ze nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach? Na opakowaniu jednostkowym etykieta główna zawierająca nazwę produktu, rozmiar, oznaczenie sterylizacji EO, oznaczenie poziomu wymagań użytkowych normy PN EN13795 oraz 1 klasy palności wg 16CFR część 1610. Dodatkowo 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR.

***Odp. Zamawiającego: Jeżeli pytanie dotyczy Części nr 17- Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

Pytanie nr 1, dotyczy Pakietu nr 14

Czy w pakiecie nr 14 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie :

Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa zakończona igłą o śr.1,6mm.

Dwa miękkie, poliestrowe implanty do szycia łąkotki, połączone nicią 2-0 z UHMWPE. System bezwęzłowy, mocowanie typu ziploop. Podajnik ołówkowy z ogranicznikiem głębokości penetracji igły 10-18mm. Prowadnica metalowa wygięta 14st, zakończona igłą o śr.1,6mm. ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 23:**

Dotyczy Pakiet 17

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego fartucha o następujących parametrach :sterylny pełnobarierowy fartuch urologiczny, wyposażony w części przedniej kontrafałdy, chroniące tułów i nogi, gwarantujący zabezpieczenie operatora przed przenikaniem płynów w pozycji siedzącej, plecy fartucha w kształcie „V” wykonane z oddychającej włókniny SMMMS. Przód fartucha wykonany z folii polietylenowej o gramaturze min. 50 g/m<sup>2</sup>, z tyłu zainany na rzep o długości 17 cm i troki zabezpieczone papierowym kartonikiem. Rękawy wykonane z włókniny SMMMS wzmocnione bilaminatem (folia polietylenowa z polipropylenem Spunbond) o łącznej gramaturze min. 75 g/m<sup>2</sup> na 4/5 długości, zakończone dzianinowymi mankietami długości 8 cm, szwy klejone. Odporność fartucha na przenikanie wody w częściach wzmocnionych min. 170 cmH<sub>2</sub>O. Fartuch pakowany we włókninę SMS o wymiarach min. 60 x 60 cm wraz z dwoma ręcznikami do rąk o wymiarach min. 35 x 65 cm. Rozmiar fartucha XXL 150 cm. Fartuch pakowany we włókninę SMS o wymiarach min. 60 x 60 cm wraz z dwoma ręcznikami do rąk o wymiarach min. 35 x 65 cm.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 24:**

Dotyczy Pakiet 17

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego fartucha o następujących parametrach: sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze żółtym oznaczającym wymagania standardowe. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość min. 35 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie min. 155 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro CD/MD min. 30/65 N. Na opakowaniu indykator sterylności, min. 2 etykiety przylepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 25:**

Dotyczy Pakiet 17

Dotyczy Poz.2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dla fartucha nr 1 długości rękawa 71,5 cm +/- 1 cm.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy Pakiet 17

Dotyczy Poz. 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha nr 2 długość 160 cm/szerokość 160 cm/dł. rękawa 71,5 cm +/-1 cm

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Pakiet 17

Dotyczy Poz. 3.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego fartucha o następujących parametrach : sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z ciemnoniebieskiej włókniny typu SMS o gramaturze 35 gsm i kroju prostym. W przedniej części i na rękawach wzmocnienia z laminatu o gramaturze min.

43gsm. Fartuch pakowany podwójnie w opakowanie typu blister i wewnętrzne włókninowe, ułożenie typu książka. Lamówka w kolorze zielonym oznaczającym wymagania wysokie. Rękawy łączone za pomocą klejenia lub min. 4 rzędów ultradźwięków. Barrierowość na rękawach i w części przedniej fartucha min. 140 cmH<sub>2</sub>O, wytrzymałość na wypychanie na mokro głównej włókniny min. 155 kPa i min. 205 kPa w obszarze krytycznym, wytrzymałość na rozciąganie na mokro głównej włókniny CD/MD min. 30/65 N oraz min. 93/91 N w obszarze krytycznym. Na opakowaniu indykator sterylności min. 2 etykiety przyklepne zawierające co najmniej LOT, nazwę własną fartucha i rozmiar. W zestawie 2 ręczniczki do osuszania rąk w rozmiarze: 30x40cm, pakowane razem z fartuchem.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy Pakiet 17

Dotyczy Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha nr 1 długość 130 cm/ szerokość 150 cm/dł rękawa 68,5 cm.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy Pakiet 17

Dotyczy Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha nr 2 długość 140 cm/ szerokość 160 cm/ dł. rękawa 71,5 cm.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy Pakiet 17

Dotyczy Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha o następujących parametrach : Sterylny Fartuch Chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 41 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barrierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H<sub>2</sub>O na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy Pakiet 17

Dotyczy Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dla nr 1 długość 140 cm/szerokość 148 cm, długość rękawa 61 cm.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy Pakiet 17

Dotyczy Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dla nr 2 długość 150 cm/szerokość 154 cm długość rękawa 72 cm.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 27.10.2021 r.**

**Z-CA KIEROWNIKA**  
Działu Zakupów  
i Zamówień Publicznych  
  
**Agnieszka Kuklińska - Znamirowska**