

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605

e-mail: sekretariat@szpital.slupsk.pl www.szpital.slupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 28.10.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: Dostawa wyrobów medycznych – sprawa nr 108/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na opakowania.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Dotyczy części nr 17 L.p. 3

Prosimy o dopuszczenie koca o wymiarach 2270 x 1330 mm. Koc na całe ciało pacjenta dorosłego, dedykowany jest do wskazanego przez Zamawiającego urządzenia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 1 w poz. od 1 do 5 watek neurochirurgicznych o chłonności 8,46 krotnej wagi suchego wacika ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 4:

Część 1 Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w części 1 watek neurochirurgicznych o rozmiarach:

poz.1 – 12x12mm

poz. 2 –19x152 mm

poz.5 – 40x70mm

gdzie w opakowaniu zbiorczym jest 20 pakietów , z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Część 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x ostrze proste nr 11 rozm. 4,4 cm

3 x tufery włókninowe 20 cm x 20 cm 30 g/m²

1 x peseta metalowa 12 cm

1 x peseta plastikowa niebieska ?

Opakowanie twardej blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Część 19, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z teflonu bez obrotowego mechanizmu z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Część 19, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x45 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

Część 19, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 9:

Część 19, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a' 100 z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Część 19, pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści kaniulę neonatologiczną bez usuwalnego przyrządu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

Część 19, pozycja 11-20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę, który posiada pasywne zabezpieczenie przed zakłuciem - ostra część igły (mandrynu) po wyciągnięciu zostanie samoistnie osłonięta elementem zabezpieczającym chroniąc użytkownika przed przypadkowym zakłuciem lub zranieniem, bez obrotowego mechanizmu zaworu portu z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Część 19, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarze 1,3x45 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 13:

Część 19, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarze 1,1x32 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

Część 19, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarze 0,9x25 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 15:

Część 19, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarze 1,3x45 mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16:

Część nr 12 poz. 1

Zestaw do infuzji: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do infuzji z końcówką typu luer-lock.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17:

Część nr 12 poz. 1

Zestaw do infuzji: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do infuzji o objętości wypełniania 20ml (+/-) 0,1ml

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

Część nr 12 poz. 1

Zestaw do infuzji: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do infuzji o długości całkowitej 164cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Część nr 12 poz. 1

Zestaw do infuzji: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do infuzji o otworze 4mm, część otwarta 2mm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Część nr 12 poz. 2

Zestaw do krwi: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu posiadania rozgałęzienia typu Y.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Część nr 12 poz. 2

Zestaw do krwi: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do krwi z końcówką typu luer-lock.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 22:

Część nr 12 poz. 2

Zestaw do krwi: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestawu do krwi o długości całkowitej 164cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Część nr 19 poz. 1-7

Kaniule : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o następującej specyfikacji:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm
Szary	16 G	1,70 x 45
Biały	17 G	1,50 x 45
Zielony	18 G	1,20 x 38 1,20 x 45
Różowy	20 G	1,00 x 32
Niebieski	22 G	0,80 x 25

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24:

Część nr 19 poz. 1-7

Kaniule : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o następującej specyfikacji:

Kod koloru	Rozmiar (GAUGE)	Rozmiar w mm
Biały	17 G	1,4 x 45
Zielony	18 G	1,2 x 45 1,2 x 32
Różowy	20 G	1,0 x 32

Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

Część nr 19 poz. 1-7

Kaniule : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o następującej specyfikacji:

Kod Kolor	Rozmiar	Rozmiar w mm.
Niebieski	22 G	0,8 x 25

Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 26:

Część nr 19 poz. 1-7

Kaniule : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli wykonanej z PTFE(podwójnie czyszczony teflon).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27:

Część nr 19 poz. 1-7

Kaniule : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli wykonanej z PUR.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28:

Część nr 19 poz. 1-7

Kaniule : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 29:

Część nr 19 poz. 1-7

Kaniule : Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Kaniuli z zabezpieczeniem w postaci zastawki.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 30:

Część nr 19 poz. 11-17

Kaniula Bezpieczna:

Pyt. 1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej 2 paski radiocieniujące.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31:

Część nr 19 poz. 11-17

Kaniuła Bezpieczna:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32:

Pytanie, dotyczy: pakietu nr 7

Czy zamawiający dopuści złącze ENFit/ENLock Step Adapter umożliwiające połączenia zestawu do podaży diet z końcówką ENFit z dostępem do przewodu pokarmowego typu ENLock, produkt pakowany w folię po 15szt, z przeliczeniem oferowanej ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

Część nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opatrunku piankowego w rozmiarze 7,5 x 8,5 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający w Części nr 19 poz. 11-17 dopuści kaniulę dożylną bezpieczną z samodomykającym się koreczkiem, bez obrotowego mechanizmu zaworu portu do dodatkowych wstrzyknień?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający w Części nr 19 poz. 11-17 dopuści kaniulę dożylną bezpieczną z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający w Części nr 19 poz. 15 dopuści kaniulę bezpieczna 22G 1,1x25 niebieską?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający w Części nr 19 poz. 19 dopuści kaniulę bezpieczna 22G 1,1x25 niebieską?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający w Części nr 19 poz. 1-7 dopuści kaniulę dożylną z zastawką wykonana z FEP z dwoma paskami radiocieniującymi ze standardowym korkiem, bez obrotowego mechanizmu zaworu portu do dodatkowych wstrzyknień?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39:

Czy Zamawiający w Części nr 19 poz. 1-7 dopuści kaniulę dożylną z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający w Części nr 19 poz. 22 dopuści 23G 0,6x19mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający w Części nr 19 poz. 21 dopuści 25G x 1 ½ 0,50 x 40mm pomarańczowa?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 42:

Pakiet nr 19

Pyt. 1 – Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 19 pozycji 1-7 i stworzy z nich oddzielny pakiet, lub umożliwi składanie ofert częściowych w zakresie tego pakietu tj. część 1 pozycje od 1 do 7, część druga pozycje od 8 do 22?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 43:

Pakiet nr 19

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pakiecie nr 19 pozycji 1-7 dopuści: kaniule wykonane z poliuretanu z portem bocznym działającym w bezpiecznym systemie zatraskowym typu "klik", domykanym standardowo, umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, wyposażone w 3 dobrze widoczne paski radiocieniujące, koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, co pozwala na szybsze naprowadzenie w światło kaniuli, rozmiary:

- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 18G(1,30)- dł. 45mm; przepływ 96 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 44:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne waciki neurochirurgiczne wykonane ze sprasowanej stuprocentowej bawełny. Zapewniają doskonałą chłonność, a dzięki wytrzymałości i miękkości materiału łatwo poddają się modelowaniu, jednocześnie nie rozwarstwiają się i nie przylegają do tkanek. Dzięki znacznikom RTG waciki są widoczne podczas obrazowania RTG.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 45:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze 20 pakietów?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46:

Zadanie 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary w pozycjach:

1. 1,2 cm x 1,2 cm
5. 7,0 cm x 7,0 cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47:

Zadanie 1

Czy w pozycji nr 2 nie zaszła pomyłka w podanym rozmiarze 1,5 cm x 15 cm?

Odp. Zamawiającego: Podany wymiar jest prawidłowy.

Pytanie nr 48:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie partii towaru.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?


Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 28.10.2021 r.

Z-CA KIEROWNIKA
Działu Zakupów
i Zamówień Publicznych

Agnieszka Kuklińska - Znamirowska