

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 76-200 Słupsk tel. 59 8460 800, faks 59 8460 805

e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 03.11.2021 r.

Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: Dostawa sprzętu i wyposażenia dla potrzeb POZ Szpitala w Ustce – sprawa nr 111/TP/2021

Na podstawie art. 284 ust. 6 – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część nr 1 – aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , który posiada ekran kolorowy nie dotykowy o przekątnej 10” 800 x 480 , z klawiaturą alfanumeryczną i funkcyjną ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Część nr 1 – aparat EKG

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG , gdzie komunikat informujący o ostrym zawale serca jest opisany na wydruku interpretacji ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część nr 1 – aparat EKG

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie przeglądów gwarancyjnych w siedzibie Wykonawcy ? Wysyłka na koszt Wykonawcy.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

dotyczy części nr 2, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające w standardowym koszu pojemność 1 basenu z pokrywą oraz 2 kaczek? Oferowane urządzenie posiada możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze np. na 6 kaczek, bądź wiadro/miskę. Czy Zamawiający opisując basen ma na myśli basen z pokrywą, jako integralną część basenu, która również powinna być poddana dezynfekcji, i na którą również powinien się znajdować stelaż?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający opisując basen ma na myśli basen z pokrywą.

Pytanie nr 5:

dotyczy części nr 2, pkt. 11, 14, 15, 18,

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 95kg, wymiarach szer. 600mm x gł. 650mm x wys. 940mm (przy otwartej pokrywie 1434mm) nieznacznie różniących się od wymaganych, posiadające solidną konstrukcję – w całości wykonane ze stali nierdzewnej bez elementów z tworzywa sztucznego antybakteryjnego?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

dotyczy części nr 2, pkt. 7, 8, 10, 25

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 2 pompy dozujące, 3 programy mycia (standardowy, intensywny, sporobójczy) zapewniające dezynfekcję chemiczno-termiczną, w którym wybór programu (uruchomianie) oraz zamykanie/otwieranie drzwi komory odbywa się za pomocą przycisków nożnych? Jest to parametr gwarantujący wygodę użytkownika

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

dotyczy części nr 2, pkt. 19, 21, 23

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zasilaniu 400V, 50Hz, o mocy generatora pary 3000W, max mocy 3000W? Są to parametry zwiększające wydajność urządzenia.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Pytanie nr 5 – dotyczy części nr 2, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dysze umiejscowione w komorze, 4 dysze obrotowe na spodzie komory?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9:

dotyczy części nr 2

Myjnie ładowane od góry oprócz dezynfekcji pełnią również funkcję zlewu. Czy w związku z tym Zamawiający wymaga aby myjnia posiadała dedykowaną wbudowaną dyszę umożliwiającą opłukanie komory po wylaniu do niej nieczystości np. z wiadra, miski, butli itp. bez konieczności uruchamiania cyklu. Jest to bardzo ważna funkcja, gdyż nieczystości nie zalegają w urządzeniu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 10:

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby komora myjki była jednoczęściowa, wykonana jako głęboko tłoczony monolit, bez spawów, w których mogłyby się gromadzić biofilmy i zanieczyszczenia. Rodzaj materiału z jakim myjka ma kontakt na co dzień (wydaliny ludzkie i drobnoustroje) po procesie nie może pozostawiać po sobie śladu (przede wszystkim w formie biofilmów) i jest to niezwykle istotne ze względów epidemiologicznych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 11:

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby załadunek basenów był przeprowadzany w sposób bezpieczny, tzn. trzymając go wyłącznie za rączkę, bez potrzeby obracania i manipulacji, z automatycznym opróżnianiem w momencie zamykania lub po zamknięciu drzwi komory? Baseny są naczyniami najbardziej krytycznymi jeśli chodzi o przenoszenie zakażeń i ważne jest aby personel miał z nimi jak najmniejszy kontakt mając na uwadze bezpieczeństwo personelu przed kontaminacją, jak również bezpieczeństwo epidemiologiczne. Jest to jeden z najważniejszych aspektów dla zachowania bezpieczeństwa procesu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12:

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby myjnia miała możliwość rozbudowy o dodatkowe kosze oryginalne wykonane przez producenta do mycia i dezynfekcji innych naczyń takich jak: nocniki, miski, nerkówki, wiadra, pojemniki na dobową zbiórkę moczu itp.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 13:

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wykonane było w całości ze stali nierdzewnej (obudowa, pokrywa, komora, dysze) nie gorszej niż AISI304?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14:

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie wyposażone było w obrotowy kosz umożliwiające automatyczne opróżnianie basenu? Jest to parametr gwarantujący wysoką jakość higieny oraz wygodę użytkownika.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15:

dotyczy części nr 2, pkt. 41, 38

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało sterowanie i kontrolę mikroprocesorową, z portem RJ45 oraz dotykowym wyświetlaczem LCD min. 3" informującym o numerze, fazie cyklu, temperaturze, osiągnięciu parametru A0, zaistniałych błędach/usterkach itp.? Są to elementy niezwykle istotne do natychmiastowej oceny skuteczności procesu i potrzebne do jego dokumentacji i archiwizacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16:

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w trzy programy w tym jeden program sporobójczy, o potwierdzonej badaniem w kierunku spełnienia normy EN13697 skuteczności? Program taki zmniejsza w dużym stopniu ryzyko rozprzestrzenienia się zakażeń wewnątrzszpitalnych m.in. Clostridium difficile.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 17:

dotyczy części nr 2, pkt. 35, 39, 40

Czy Zamawiający odstąpi od pkt. 35, 39, 40 parametrów wymaganych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 19:

dot. część II wzór umowy

dot. §1 ust.2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisu i usunięcie wymogu montażu i instalacji, w zakresie części nr 3.

Przedmiot zamówienia, wyspecyfikowany w w/w części, dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga montażu w siedzibie Zamawiającego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza odstąpienie od powyższego zapisu dla części nr 3.

Pytanie nr 20:

dot. część II wzór umowy dot. §2 ust. 8 i ust.10 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w części nr 3 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od powyższego zapisu dla części nr 3.

Pytanie nr 21:

dot. część II wzór umowy dot. §4 ust.9 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych sprzętów w zakresie części nr 3, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający odstąpi od powyższego zapisu dla części nr 3.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający wykreśla zapisy z Wzoru umowy stanowiący Część II SWZ §1 ust.2 , §2 ust. 8 i ust.10, §4 ust.9 - dla części nr 3.

Zgodnie z **art. 286 ust. 7 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.


Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **08.11.2021 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **08.11.2021 roku** o godz. **11:00**. Zmianie ulega **pkt 17 i 18** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą na **07.12.2021**

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 03.11.2021 r.


KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak