

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

ul. Hubalczyków 1, 78-200 Słupsk tel. 59 8460 600, faks 59 8460 605
e-mail: sekretariat@szpital.słupsk.pl www.szpital.słupsk.pl



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 08.11.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa jednorazowego oprzyrządowania i sprzętu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku Sp. z o.o.” – postępowanie nr 103/PN/2021

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Część nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści ustniki pakowane w zwykły kartonik otwierany od góry, po 50 sztuk?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

„Część nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 2 z Części nr 1 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

„Część nr 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 1200 mm.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia ramion 12 mm i 15 mm, wyposażonych w dodatkowa osłonę bez uchwytu.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie przewodnika z końcówką o długości 10 cm”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie sfinkterotomów o średnicy końcówki 5 Fr, długość noska 4 mm lub 7 mm (do wyboru), uzbrojonych w przewodnik z końcówką o długości 5,5 cm.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie przewodników o długości końcówki 7 cm, średnica 0,035”, długość 450 cm i 260 cm, sztywność standardowa, końcówka prosta, przewodniki nie przedłużane, oraz przewodników o długości końcówki 5 cm, średnica 0,025”, 0,035”, 0,038”, dostępne długości 260 cm i 450 cm, sztywność standardowa i podwyższona, końcówka prosta i zagięta, przewodniki nie przedłużane, pozostałe właściwości według opisu.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy 20 mm z poszerzeniem do 24 mm i o średnicy 22 mm z poszerzeniem do 26 mm.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie balonów o ramionach w kształcie zbliżonym do kwadratu, w komplecie z tuzem skalibrowanymi strzykawkami.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 10 dopuści zaoferowanie cewników o średnicy 7 Fr i długości 215 cm, jednokanałowych lub dwukanałowych (do wyboru) końcówka prosta.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10, 15, 20, 25 i 32 mm, kształt owal, heksagonal i crescent z możliwością wykonania zimnej polipektomii ze względu na średnicę drutu.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie szczypiec o średnicy 1,8 mm, 2,4 mm i 2,8 mm, osłonka pokryta substancją ułatwiającą przemieszczanie narzędzia w kanale roboczym endoskopu, długość 160 cm i 230 cm, łyzeczki owalne i owalne przedłużone dla średnicy 2,4 mm, z pojedynczymi okienkami.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 13 dopuści zaoferowanie stentu całkowicie pokrywanego, z możliwością repozycji na zestawie do 80 % długości, średnica robocza 20 mm, średnica”, kołnierzy 24 – 26 mm, zalecany przewodnik 0,035”.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14:

„Część nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 14 dopuści zaoferowanie stentu nitinolowego, średnica stentu 8 mm i 10 mm, średnica zestawu wprowadzającego 8 Fr – 9 Fr, z markerem optycznym na zestawie wprowadzającym określającym granicę uwolnienia stentu, dającą możliwość jego ponownego złożenia, długość przewodnika 450 cm.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15:

„Dot. zad. 6 pkt 3

Prosimy o dopuszczenie opisanej pensety bez wskazywania parametru 1,2 mm. Producent przy delikatnych pensetach nie określa grubości końcówek.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

„Dot. zad. 6 pkt 4

Prosimy o dopuszczenie opisanej pensety bez wskazywania parametru 1,2 mm. Producent przy delikatnych pensetach nie określa grubości końcówek.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

„Dot. zad. 6 wzoru umowy § 3 pkt 1 ppkt 1

Czy Zamawiający wydłuży termin dostawy do 5 dni roboczych?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę dla części nr 6.

Pytanie nr 18:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów do obliteracji żyłaków przetyku, liczba gumek 4/6/10 przedostatnia gumka przezroczysta (pozostałe czarne). Pozostałe parametry zgodnie z swz.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 2, w miejsce pierwotnych parametrów, przewodników do dróg żółciowych/trzustkowych o długości 480 cm, prostych dla rozmiaru 0,021 i 0,025 oraz prostych i zagiętych dla rozmiaru 0,035.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 5, w miejsce pierwotnych parametrów, papilotomów trójkanałowych o dł. cewnika 190-200cm, osobny kanał do wprowadzania przewodnic o dł. 480cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 6, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów do usuwania złożeń z dróg żółciowych, średnica podczas rozprężenia (8.5-10-12-15 lub 12-15-18-20). Pozostałe parametry zgodnie z swz.”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 10, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów sond nosowo-żółciowych Liguory w końcówką pigtail z pętlą alpha w rozmiarze 5-8.5Fr i długości 235 cm oraz sond z końcówką pigtail w rozmiarze 5-10 Fr o długości 250cm. Pozostałe parametry z godnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 12, w miejsce pierwotnych parametrów, balonów żołądkowych z BMI \geq 27, balon wyposażony w poliuratanowy cewnik o średnicy zew 6.5cm, bez metalowego przewodnika usztywniającego wyposażony w znacznik długości oraz przyłącze Luer-Lock. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 15, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów biopsyjnych z igłą: dla rozmiaru igły 25G zakończenie mandrynu ścięte a dla rozmiarów 19, 20, 22G zakończenie mandrynu zaokrąglone; kanał roboczy 2,8 dla rozmiaru 19, 22, 25Ga oraz 3,7mm dla rozmiaru 20Ga; rozmiar koszulki dla rozmiaru 20 Fr – 7.95FR. Pozostałe parametry zgodnie z swz.”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 16, w miejsce pierwotnych parametrów, zestawów biopsyjnych z igłą z koszulką w rozmiarze 4.3-5,2Fr; min kanał roboczy 2.8mm. Pozostałe parametry z godnie z siwz.”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

„Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 5 w pozycji 19, w miejsce pierwotnych parametrów, protez trzustkowych pojedynczy pigtail z flapami w rozmiarze 4Fr (dł.4, 6, 8, 10, 12, 15)/5Fr (dł.3, 5, 7, 9, 12, 15)/7Fr (dł.3, 5, 7, 9, 12, 15) oraz protez pojedynczy pigtail bez flap w rozmiarze 3Fr (dł.4, 6, 8, 10, 12, 18)/5 Fr (dł.3, 5, 7)/7Fr (dł.3, 5).”

Odp. Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

„Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie złożenia oferty w części nr 4 pozycja nr 3 na klipsy hemostatyczne o charakterystyce jak poniżej:

Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku; z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 i 17mm, z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, dostępne w długościach pozwalających na stosowanie w gastro i

kolonoskopie, min. średnica kanału roboczego 2.8 mm. Czas retencji klipsa potwierdzony badaniami klinicznymi min. 4 tygodnie.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

„Pytanie 1, część 2, poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kosze do litotrypsji miały maksymalną średnicę narzędzia wprowadzaną do kanału roboczego endoskopu 3,6mm?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Pytanie 2, część 2, poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypcy biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki uchylne do biopsji stycznych z osłonką bezpieczną dla kanałów biopsyjnych endoskopów?

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

„Pytanie 3, część 2, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie protezy samorozprężalnej do drenażu pseudotorbieni trzustki lub objawowej otorbionej martwicy, pokrywanej silikonem na całej długości, wykonanej z nitinolu; średnica protezy 14mm i 16 mm; długość całkowita 30mm i 40mm; średnica kołnierzy 26mm lub 28mm; proteza posiada 1 łąasso do repozycjonowania; długość aplikatora 180cm, średnica aplikatora 3,5mm (10,5Fr), posiada 9 złotych znaczników: po 3 na kołnierzach. 3 w części środkowej; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

„Pytanie 4, część 2, poz. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników do dróg żółciowych w opakowaniach po 1 sztuce, czyli 12 sztuk/opakowań cewników?

Parametry i całościowa ilość zamówienia zgodnie z SWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 32:

„Pytanie 4, część 2, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści do postępowania noże elektrochirurgiczne do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrykiwania lub bez portu wodnego. Długość robocza narzędzia 165 cm i 230 cm, narzędzie kompatybilne z kanałem 2,8 mm. Rodzaj (z kopulastym zakończeniem i regulowanym stopniem wysunięcia ostrza; typu haczyk; z izolowaną końcówką "typu kulka") i długość noża do wyboru przez Zamawiającego?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33:

„Pytanie 5, część 2, poz. 16

Prosimy o informację, czy nie doszło do pomyłki pisarskiej i Zamawiający wymaga papilotomu o cięciwie 20mm (a nie 2mm)?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że w Formularzu asortymentowo-ilościowym w części nr 2 poz. 16 popełnił omyłkę pisarską w określeniu wielkości cięciwy. Prawidłowa treść poz. 16 w części nr 2 brzmi następująco:

Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku o średnicy 4,5Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do prowadnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikiem, zakrzywiony - cięciwa 20mm, 30mm nosek 3mm lub 7 mm (zweźzony), długość narzędzia 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mmi

Pytanie nr 34:

„Pytanie 6, część 2, poz. 16

Czy Zamawiający dopuści do postępowania kosz do minimalnej średnicy kanału endoskopu 3,7mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35:

„Pytanie nr 7 - dot. Zał II §3 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy oraz Zał III §8 wzoru umowy komisowej, W związku z tym, że Wykonawca posiada magazyny sprzętu poza granicami kraju, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin uzupełnienia komisum wynosił 72 godziny (liczone w dni robocze) od chwili otrzymania zamówienia?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 36:

„Pytanie nr 8 – dotyczące zapisów formularza oferty oraz zapisów umowy część II swz
Celem doprecyzowania zapisów formularza oferty prosimy o potwierdzenie że podany termin 3 dni - termin dostarczenia dokumentów dopuszczających będzie liczony w dniach roboczych zgodnie z zapisami umowy paragraf 1 pkt. 4 ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit. d wzoru Formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany będzie okazać na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni **robocze** od wezwania przez Zamawiającego. (dotyczy wyrobów medycznych).

Pytanie nr 37:

„Pytanie nr 9 – dotyczące zapisów umowy część II swz paragraf 3 ustęp 1 pkt 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych?”

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 35 powyżej.

Pytanie nr 38:

„Pytanie nr 10 – dotyczące zapisów umowy część II swz paragraf 7 pkt 2:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z umowy zapisu „lub godzinę’ i naliczanie kary umownej za każdy dzień zwłoki w dostawie ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 39:

„Pytanie nr 11 – dotyczące zapisów umowy część II swz paragraf 7 pkt 5:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 10,00 zł ?”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40:

„Pytanie nr 12 – dotyczące zapisów umowy depozytu część III swz paragraf 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu do 3 dni roboczych?"

Odp. Zamawiającego:

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 35 powyżej.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 137 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmian w treści SWZ:

- 1) W § 3 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy Zamawiający dopisał tekst oznaczony czerwonym kolorem czcionki:
Dostarczania przedmiotu zamówienia pod wskazany adres Apteki Szpitalnej Zamawiającego, cyklicznie wg rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia **oraz dla części nr 6 w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.**
- 2) W § 3 ust. 8 wzoru umowy Zamawiający dopisał tekst oznaczony czerwonym kolorem czcionki:
W razie zwłoki w realizacji dostaw przekraczających co najmniej 3 dni roboczych **oraz 5 dni roboczych dla części nr 6** termin, o którym mowa w § 3 ust 1 pkt 1) lub pkt 2) umowy, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy i obciążyć Wykonawcę kwotą odpowiadającą różnicy pomiędzy faktycznymi cenami zakupu a cenami ustalonym na podstawie niniejszej umowy, zachowując prawo do naliczania kar umownych. Dotyczy to również sytuacji, gdy z powodu braku kompatybilności dostępnych na rynku wyrobów zamiennych, zachodzi konieczność zakupu również tej części produktów, które zostały już dostarczone, a nie mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego z tego powodu.
- 3) W pkt 2 lit. d wzoru Formularza ofertowego Zamawiający dopisał tekst oznaczony czerwonym kolorem czcionki:
Ponadto zobowiązuję się okazać w/w dokumenty na każde żądanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 3 dni **robocze** od wezwania przez Zamawiającego. (dotyczy wyrobów medycznych).
- 4) W § 3 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy Zamawiający zmienił tekst oznaczony czerwonym kolorem czcionki:
Dostarczania przedmiotu zamówienia objętego umową depozytu **do miejsca wskazanego w umowie depozytu** w terminie nie dłuższym niż **48 godzin 72 godziny** (liczone w dni robocze) od daty przesłania protokołu zużycia – dotyczy część nr **1, 2, 4, 5;**
- 5) W § 8 wzoru umowy depozytu Zamawiający zmienił tekst oznaczony czerwonym kolorem czcionki:
Składający uzupełni skład w terminie **48 72 godzin** (liczone w dni robocze) od chwili otrzymania zamówienia.
Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych u Zamawiającego.
- 6) W Formularzu asortymentowo-ilościowym w części nr 2 poz. 16 Zamawiający zmienił tekst oznaczony czerwonym kolorem czcionki:
Trójkanałowy papilotom jednorazowego użytku o średnicy 4,5Fr, oddzielne kanały do podawania kontrastu i do przewodnicy 0,035", kontrastująca końcówka ze znacznikiem, zakrzywiony - cięciwa ~~2mm~~ **20mm**, 30mm nosek 3mm lub 7 mm (zwięźzony), długość narzędzia 195cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mmi

Zgodnie z **art. 137 ust. 2 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie **art. 137 ust. 6 Ustawy** przedłuża termin składania ofert na dzień **16.11.2021 r. do godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **16.11.2021 r. o godz. 11:00**.

Zmianie ulega pkt 16 i 17 Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega pkt 12.1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą. Było **12.02.2022 r.**, jest **13.02.2022 r.**

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 08.11.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak