



JEDNOSTKA
SAMORZĄDU
WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO



Słupsk, dnia 22.12.2021 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – sprawa nr 118/PN/2021

Na podstawie art. 135 ust. 6 – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami, dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnił treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający w części 16 dopuści:

Bezpieczną igłę do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem?

Igła zagięta pod kątem 90° z ostrzem Hubera do portu, z poczwórnymi przezroczystymi skrzydełkami, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i usuwania igły, dwa dolne do przytrzymywania portu podczas usuwania igły), niskoprofilowa (najniższy profil na rynku), z poliuretanowym drenem przedłużającym o dł.21,5cm z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer lock. Zacisk kodowany kolorem w zależności od rozmiaru igły, z informacją na zacisku : rozmiar igły, max przepływ (5ml/sek), max. ciśnienie (350psi). Poliuretanowa piankowa podkładka pod igłę w celu maksymalizacji komfortu pacjenta. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Produkt pobawiony lateksu. Możliwość podawania leków zawierających emulsję tłuszczową.

Rozmiary od 19-22G o długości 15-30mm do wyboru przez Zamawiającego.



Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

3. Czy Zamawiający w części 16 dopuści:

Niesilikowaną igłę ze szlifem Hubera wyposażoną w miękką platformę z gąbką zabezpieczającą skórę pacjenta ze zintegrowanym drenem nie zawierającym DEPH, bez lateksowym o długości 21,5cm z zaciskiem kłamrowym i zakończeniem typu Luer-Lock (bez drenu portu bocznego) do podawania przez wszczepiony port dostępu naczyniowego o rozmiarach: 20G x 25 mm ,20Gx 17mm lub 20 mm do wyboru Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

4. Czy Zamawiający w części 17 dopuści:

Niesilikonową igłę typu Hubera z motylkiem, ze zintegrowanym bezlateksowym drenem 26 cm, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu, do podawania przez wszczepiony port dostępu naczyniowego. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igieł kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji. Dostępne w rozmiarach:

- 1) grubość 19Ga długość 19mm(±1mm), 25mm(±1mm);
- 2) grubość 20Ga długość 15mm(±1mm), 19mm(±1mm), 25mm(±1mm);
- 3) grubość 22Ga długość 15mm(±1mm), 19mm(±1mm), 25mm(±1mm); -do wyboru przez Zamawiającego?


Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający w części 33, pozycja 1 dopuści:

Urządzenie mocujące z klejem hydrokoloidowym ?

Urządzenie posiada technologię Grip-Lok, która umożliwi ponowne jej otwarcie w celu uzyskania dostępu do tuby w celu jej oczyszczenia lub zmiany jej położenia.

Urządzenie mocujące Grip-Lok można przeciąć na pół w celu zmniejszenia jego rozmiaru i dostosowania do pacjenta.



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

6. Czy Zamawiający w części 33, pozycja 2 dopuści:


Grip-Lok ? Jest to system nieinwazyjnych mocowań przeznaczony do zabezpieczania wszelkiego typu cewników, linii oraz przewodów.

Oferowany opatrunek Grip-Lok idealnie nadaje się do mocowania cewników.

Mocowanie posiada dużą powierzchnię adhezyjną, która doskonale zabezpiecza komponenty cewnika czy drenu. Przylepiec nie posiada lateksu, dzięki czemu zmniejsza ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej.

Cechy produktu:

- eliptyczny kształt ze zwężeniem w środkowej części;
- część stabilizująca o szerokości 30 mm
- dwustronne zabezpieczenie rzepowe
- opakowanie typu folia/papier



Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Ponadto:

Zamawiający mając na uwadze **art. 137 ust. 5 Ustawy**, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania informuje o zamiarze zmiany SWZ w zakresie zmiany terminu składania ofert.

Zmianie ulegnie termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Dodatkowo Zamawiający informuje, że udostępni zmianę treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 22.12.2021 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Foszak