



Słupsk, dnia 13.01.2022r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa cewników diagnostycznych, stentów, cewników balonowych, przewodników oraz innego sprzętu jednorazowego oraz dzierżawa sprzętu dla Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Urządzeń Wszczepiennych Serca oraz Oddziału Chirurgii Naczyniowej” – sprawa nr 130/PN/2021**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 13:**

1. Dotyczy Części 8.3 – Cewniki balonowe OTW

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie balonów o:

- systemie dostarczenia RX,
  - profilu przejścia balonu: 0,027” dla średnicy 3.0 mm,
- I spełniających pozostałe wymagania?

**Sprostowanie:**

**Było:**

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Jest:**

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 37:**

1. Dotyczy Części 8.3 – Cewniki balonowe OTW

Z uwagi na wycofanie z produkcji cewników balonowych niepodatnych w systemie dostarczania OTW, prosimy o możliwość zaoferowania balonów o:

- systemie dostarczenia RX,
  - profilu przejścia balonu: 0,027” dla średnicy 3.0 mm,
- I spełniających pozostałe wymagania.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 13.01.2022r.**

KIEROWNIK  
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych  
  
Piotr Feszak