
	ZAŁĄCZNIK		Załącznik-10/PO-06/PQ-09
	POSTĘPOWANIE Z WÓZKAMI I TACAMI ZABIEGOWYMI		Data zatwierdzenia: 18.11.2019r.
			Wersja I
			Strona 1 z 2

1. **W każdym wózku powinny być obowiązkowo takie elementy wyposażenia jak:**
 - a) pojemniki na czysty i sterylny sprzęt medyczny
 - b) pojemnik (miejsce) na preparaty antyseptyczne do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych, rękawiczki diagnostyczne
 - c) pojemnik o sztywnych ściankach na przedmioty o ostrych krawędziach.
2. **Dzięki wózkowi, pielęgniarka/położna/opiekun medyczny/ratownik medyczny:**
 - a) posiada wszystko w zasięgu ręki
 - b) nie martwi się, że czegoś jej braknie
 - c) nie traci czasu na:
 - a. kompletowanie zestawu zabiegowego z każdym razem
 - b. pokonywanie odległości pomiędzy salami chorych i gabinetem zabiegowym (w przypadku braku czegokolwiek na wózku)
 - d) wykonuje zabieg lub asystuje do zabiegu do zabiegu wykonywanego przez lekarza w sposób bezpieczny dla pacjenta i jego otoczenia – nie doprowadza do infekowania czystych powierzchni (jak ma to miejsce w przypadku korzystania z tacy)
 - e) może właściwie segregować odpady w miejscu ich powstawania.
3. **Zasady postępowania z wózkiem zabiegowym:**
 - a) blatu wózka nie wolno niczym nakrywać (np. plastikowymi lub foliowymi nakładkami, bawełnianymi lub jednorazowymi serwetami)
 - b) blat roboczy wózka zabiegowego należy dokładnie (skutecznie) zdezynfekować przed rozpoczęciem pracy i po wykonaniu zabiegu u pacjenta. Szczególnie starannie należy zdezynfekować wózek po wyjściu z sali chorych, w których leżą pacjenci z zakażeniami (izolowani)
 - c) do dezynfekcji należy stosować preparat zgodnie z „Wykazem środków dezynfekcyjnych w WSS im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”
 - d) dezynfekcję blatu i uchwytu wózka (służącego do jego przemieszczania) należy wykonać przez zmycie całej powierzchni czystą ściereczką (białym ręcznikiem jednorazowym) nasączonym preparatem dezynfekcyjnym do dezynfekcji powierzchni lub gotową chusteczką nasączoną środkiem dezynfekcyjnym. Po zastosowaniu preparatu dezynfekcyjnego, dezynfekowana powierzchnia musi wyschnąć (preparat musi mieć czas na zadziałanie).
 - e) blatu wózka nie wolno dezynfekować przez spryskiwanie.
 - f) kółka należy spryskać preparatem dezynfekcyjnym i pozostawić do wyschnięcia. Dezynfekcję kółek należy wykonywać przynajmniej raz na dyżurze lub w miarę potrzeby częściej. Okresowo kółka powinny być myte i następnie dokładnie zdezynfekowane.
4. **Postępowanie z tacami zabiegowymi:**
 - a) oddział powinien być wyposażony przynajmniej w kilka tac i wanienkę dezynfekcyjną o powierzchni sita większej niż taca
 - b) wielkość tacy powinna być na tyle duża, aby oprócz zestawu do zabiegu tacy znalazły się:
 - a. pojemnik o sztywnych ściankach na odpady o ostrych krawędziach
 - b. pojemnik na „odpady” medyczne

	ZAŁĄCZNIK	Zał-10/PO-06/PQ-09
	POSTĘPOWANIE Z WÓZKAMI I TACAMI ZABIEGOWYMI	Data zatwierdzenia: 18.11.2019r.
		Wersja I
		Strona 2 z 2

- c) po każdym zabiegu taca powinna być włożona do roztworu dezynfekcyjnego o szerokim zakresie działania (należy przestrzegać tych samych zasad jak w przypadku dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie w roztworze roboczym).
- d) po upływie czasu przeznaczonego na dezynfekcję, tace należy wyjąć (w rękawiczkach), umyć i wysuszyć
- e) powierzchnię tacy nie wolno dezynfekować przez spryskiwanie
- f) jeżeli oddział nie posiada kilku/wielu tac i wanny dezynfekcyjnej o odpowiednich rozmiarach, wówczas pozostaje metoda dezynfekcji przez zmycie powierzchni czystą, jednorazową ściereczką (chusteczką, ręcznikiem jednorazowym), nasączoną preparatem dezynfekcyjnym do powierzchni.
- g) dezynfekowaną powierzchnię należy pozostawić do wyschnięcia.

Literatura:

1. „Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia” M. Ciuruś, 2013 r., Warszawa

	Nazwisko i imię	Data	Podpis/pieczęć
Sporządził:	Kalina Garbowska	26.11.2019.	