



Słupsk, dnia 25.01.2022 r.

Dotyczy: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: trybu podstawowego bez negocjacji pn.: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla pawilonu przeznaczanego na Zakład Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego – sprawa nr 04/TP/2022

Na podstawie **art. 284 ust. 6** – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Przy projektowaniu obiektów, w których występuje pomieszczenia w których stosuje się promieniowanie jonizujące, istotnym elementem oraz dodatkową pozycją kosztową jest opracowanie projektu ochrony radiologicznej. Czy Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy ująć koszty wykonania projektu ochrony radiologicznej dla wskazanych w opisie zamówienia pomieszczeń:

- dwóch pracowni akceleratorowych,
- pomieszczeń zakładu Brachyterapii z HDR,
- pracowni tomografu komputerowego

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że projekt ochrony radiologicznej musi zostać sporządzona przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami jednocześnie posiadającymi odpowiednie doświadczeniem w zakresie opracowywania dokumentacji dla występujących w budynku typów pracowni tj. pracowni akceleratorowych, brachyterapii z HDR i tomografu komputerowego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający zakłada wykonanie projektu z dostosowaniem pomieszczeń pod konkretne modele aparatury medycznej.

a. Jeśli tak prosimy o potwierdzenie, że zostaną one jednoznacznie określone przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie zakłada powyższego.

b. Jeżeli nie prosimy o potwierdzenia, że dokumentacją projektową należy wykonać w sposób umożliwiający montaż różnego rodzaju modeli aparatów, różnych producentów.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający potwierdza.

W takim przypadku należy przewidzieć etapowe wykonanie pracowni, zapewniające gospodarną realizację zadania. Prosimy o potwierdzenie, że konieczne będzie

zaprojektowanie obiektu bez końcowego wykończenia części pomieszczeń i instalacji. Szczegóły realizacji prac w ich obrębie będą możliwe w późniejszym terminie dopiero po wyborze konkretnego modelu aparatu. Czy prace związane z adaptacją projektu pomieszczeń pod konkretny aparat należy uwzględnić jako element nadzoru autorskiego?
Odp. Zamawiającego: Nie.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 25.01.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak