



Słupsk, dnia 26.01.2022 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa polisomnografu oraz optyki o zmiennym kierunku patrzenia” – sprawa nr 06/TP/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Nr 1 poz. 8 polisomnografu z zasilaniem aparatu z zewnętrznej baterii wielokrotnego ładowania z dedykowaną ładowarką?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Nr 1 poz. 9 polisomnografu z zewnętrznymi przyłączami jak i gniazdami w aparacie oznaczonymi odpowiednimi skrótami ułatwiającymi obsługę (instalację czujników)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Nr 1 poz. 10 polisomnografu z przyłączami zewnętrznych czujników nieposiadających zabezpieczeń przed przypadkowym rozłączeniem?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Nr 1 poz. 15 polisomnografu z:

Rejestracja kanałów :

- przepływ powietrza
- chrapanie
- ciśnienie CPAP/BIPAP
- ruchy oddechowe brzucha
- ruchy oddechowe klatki piersiowej
- Saturacja SpO2
- tętno
- częstotliwość pulsu
- EKG (1 kanał)
- pomiar ruchów kończyn dolnych
- EEG w tym okulografia i odprowadzenia podbródkowe

- brak pomiar skurczowego ciśnienia krwi
- ocena PTT
- sensor światła

Możliwość opcjonalnego rozbudowania aparatu o moduł wejść analogowych do pomiarów (np. kapnografii, pH)

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w części Nr 1 poz. 18 pasów rejestrujących ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha z przetwornikami typu RIP (oddechowa pletyzmografia indukcyjna), zapinanych na wcisk - 40 jednorazowych kompletów (brzuch, klatka piersiowa)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający wymaga, aby polisomnograf w części Nr 1 posiadał podłączenie urządzenia z głową pacjenta poprzez zastosowanie jednego przewodu łączącego? Rozgałęzienie przewodu następuje dopiero na poziomie czoła pacjenta co ułatwia pacjentowi mobilność oraz upraszcza montaż przez Personel.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający wymaga polisomnografu o częstości próbkowania sygnału EOG i EEG minimum 200 kHz i przetwarzania sygnału minimum 32bit?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający wymaga, aby polisomnograf był wyposażony w urządzenie typu tablet, umożliwiające bezprzewodowe sprawdzenie jakości podłączenia czujników, podgląd sygnałów oraz wykonanie biokalibracji?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający wymaga, aby jednostka główna polisomnografu łączyła się bezprzewodowo z pulsoksymetrem? Takie rozwiązanie poprawia ergonomię pacjenta i zwiększa szansę na niezawodność badania.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 26.01.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak