



Słupsk, dnia 01.03.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Dostawa ubrania i obuwia operacyjnego oraz akcesoriów aptecznych, worków i baterii” – postępowanie nr 16/TP/2022

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

W umowie jest zaznaczone, że dostawa towaru wraz z wniesieniem. Nasza firma korzysta z zewnętrznej firmy kurierskiej, towar byłby dostarczany bez wniesienia, czy to nas od razu dyskwalifikuje?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wraz z wniesieniem do Magazynu Szpitalnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. przy ul Hubalczyków 1 ubrania operacyjnego (cz. 1), obuwia operacyjnego (cz. 2), akcesoriów aptecznych (cz. 3), worków (cz. 4), baterii (cz. 5) zgodnie z formularzem asortymentowo-ilościowym, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.

Pytanie nr 2:

Część 2, poz. 1-2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na obuwie z możliwością prania w 85 st. C, pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

Część 2, poz. 1-2: Czy Zamawiający wymaga by zaoferowane obuwie było wyrobem medycznym, obowiązująca stawka VAT 8%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści w Części 1 ubrania operacyjnej typu UNISEX o jednakowym kroju dla kobiet i mężczyzn?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby odzież z Części 1 była bezwzględnie zgodna z normą PN-EN 13795 w pełnym zakresie, a zatem pod względem parametrów jak poniżej:

- uwalnianie cząstek,
- czystość mikrobiologiczna,
- wytrzymałość na rozciąganie na sucho,
- wytrzymałość na wypychanie na sucho,
- odporność na przenikanie mikroorganizmów na sucho,

co będzie potwierdzone akredytowanymi raportami z badań niezależnego instytutu badawczego przedstawionymi na wezwanie Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Zamawiający w Części 1 opisał odzież operacyjną o gramaturze od 120 g/m² do 185 g/m². Z naszego doświadczenia wynika, iż tak duży zakres gramatur nie jest dobrym rozwiązaniem. Im jest niższa gramatura tkaniny, tym wyższa jest przepuszczalność powietrza, a co za tym idzie większy jest komfort użytkowania. Ponadto niska gramatura ubrań znacznie obniża koszty prania.

Czy Zamawiający, mając na uwadze komfort oraz ekonomikę użytkowania, wymaga w Części 1 ubrań operacyjnych o maksymalnej gramaturze 130 g/m²?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający dopuści w Części 1 odzież operacyjną o zawartości bawełny 48%, poliestru 52%?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający wymaga dla asortymentu z Części 1 załączenia do oferty lub na wezwanie dokumentów wystawionych przez producentów tkanin lub przez niezależne jednostki badawcze, potwierdzających wymagane parametry, tj.: gramaturę, skład, zgodność z normą PN-EN 13795 w wymaganym zakresie?

Tylko na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający jest w stanie zweryfikować zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami postawionymi w SWZ.

Odp. Zamawiającego: Informacja w zakresie przedmiotowych środków dowodowych żądanych w niniejszym postępowaniu zawarta jest w Instrukcji dla Wykonawców w Części I do SWZ.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiający dopuści w części nr 2 obuwiu typu unisex (jednakowy model i rozmiar dla kobiet i mężczyzn) bez paska na piętę?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający dopuści obuwiu podlegające praniu i dezynfekcji w 90 st. C i sterylizacji w 134 st. C?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Pytanie dotyczy przetargu na ubrania operacyjne.

W opisie przedmiotu zamówienia nie jest napisane czy bluzy i spodnie muszą posiadać kieszenie? Są podane kolory, rodzaj oznaczenia, wartości tkaniny, itp.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dokonał w powyższym zakresie modyfikacji zgodnie z którą wymagane są kieszenie w bluzie: dwie na dole i jedna kieszonka na górze.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 01.03.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak