



Słupsk, dnia 15.03.2022 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa wyrobów medycznych” – postępowanie nr 14/PN/2022

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

„Czy Zamawiający w pozycji 1 część 22 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi prostą i precyzyjną umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach: 19/40 cm, 23/44 cm, 28/49 cm, 33/54 cm do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.” – Wykonawca dodał załącznik „Folder Evolution Flow retrograde_pol”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający w części 11 dopuści:

Echoplex ?

Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobinkami szkła, całkowicie echogeniczna (do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do

igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlifowania igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarach: 23G/25mm, 23G/35mm, 22G/50mm, 21G/85mm, 21G/100mm, 20G/120mm, 20G/150mm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 3:

„W obecnym postępowaniu umieszczonym na Państwa stronie chyba jest błąd. Zamawiający podaje ilość 270 magazynków, a kolumnę wcześniej piszę że opakowanie ma 260 magazynków. Dotyczy to postępowanie 14/PN/2022 pak 4 pozycja a.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i w Formularzu asortymentowo-ilościowym w części nr 4 w kolumnie liczba jednostek przy pozycji lp 1a (Jednorazowe, sterylne zaciski plastikowe w magazynkach po 10 sztuk -260magazynków) wpisał błędnie liczbę jednostek 270 zamiast 260.

Pytanie nr 4:

Dotyczy części nr 9:

poz. 1. Czy Zamawiający dopuści podwiązkę o wymaganej długości 45cm pakowaną po 6 szt. przy odpowiednim przeliczeniu wymaganej ilości oraz przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 5:

Dotyczy części nr 9:

poz. 6, 43. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 70 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Dotyczy części nr 9:

poz. 11. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 20 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 7:

Dotyczy części nr 9:

poz. 25. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą tnącą wzmocnioną o długości 26 mm, o krzywiznie koła 3/8 oraz nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy części nr 9:

poz. 26, 27, 49. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie poz. 26 i 27. Zamawiający dopuszcza w zakresie poz. 49.

Pytanie nr 9:

Dotyczy części nr 9:

poz. 28. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 10:

Dotyczy części nr 9:

poz. 28. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 37 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 11:

Dotyczy części nr 9:

poz. 29, 40. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Dotyczy części nr 9:

poz. 30. Czy Zamawiający dopuści o długości 19 mm oraz nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Dotyczy części nr 9:

poz. 44. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 14:

Dotyczy części nr 14:

o poz. 1. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 150 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Dotyczy części nr 14:

poz. 2. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 16:

Dotyczy części nr 14:

poz. 2. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x30 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 17:

Dotyczy części nr 14:

poz. 9. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x10 mm o krzywiznie koła $\frac{1}{2}$ przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 18:

Dotyczy części nr 14:

poz. 12. Czy Zamawiający dopuści igłę o dług ości 2x10 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Dotyczy części nr 14:

poz. 13. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 2x8 mm oraz długość nici 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy części nr 14:

poz. 14. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 40 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 21:

Dotyczy części nr 25:

o poz. 1. Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Dotyczy części nr 25:

poz. 1. Czy Zamawiający dopuści nić o długości 90 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Dotyczy części nr 25:

poz. 5. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 24 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 24:

Dotyczy części nr 25:

poz. 6, 7. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości 19 mm oraz nić o długości 75 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 25:

Dotyczy części nr 25:

poz. 10. Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odp. Zamawiającego:


Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

dotyczy część 17

| Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu: Skład: | Ilość |
|--|-------|
| Część A "Podłączenie" | |
| - Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w | 4 |
| - Plaster włókninowy 1,25 x 15,5cm, 2 paski | 2 |
| - Opatrunek foliowy do mocowania wkłuć centralnych 6x7cm (w oddzielnym opakowaniu) | 2 |
| - Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, zawinięte mankiety (w oddzielnym opakowaniu) | 2 |
| - Serweta Serweta podfoliowana Hospidrape 38x45cm | 1 |
| Część B "Rozłączenie" | |
| - Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5sx7cm | 2 |
| - Kompresy gazowe 7,5x7,5cm, 17n, 8w | 4 |
| - Rękawiczki lateksowe bezpudrowe M, zawinięte mankiety (w oddzielnym opakowaniu) | 2 |
| - Rękawiczka lateksowa bezpudrowa L | 1 |

Opakowanie jednostkowe typu „zestaw w zestawie”. Część B (w oddzielnym opakowaniu) umieszczona z pozostałymi komponentami w opakowaniu papierowo-foliowym, bez etykiet TAG.



Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 27:

Pakiet 17

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

ROZPOCZĘCIE

1 x serweta 50 cm x 35 cm 45g/m2 dwuwarstwowy laminat EN 13795

2 x rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M

6 x kompresy włókninowe 4W 7,5 cm x 7,5 cm 40g/m2

2 x opatrunek do kaniul 5,8 cm x 8 cm opakowany

4 x taśma włókninowa 2,5 cm x 15 cm

miękki blister z perforacją i z dwoma samoprzylepnymi etykietami

ZAKOŃCZENIE

1 X rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. L biała

2 X rękawice nitrylowe, bezpudrowe roz. M

4 X kompresy włókninowe 4W 7,5 cm x 7,5 cm 40g/m2 2 X opatrunek z wkładem chłonnym 5 cm x 7,2 cm opakowany

miękki blister z perforacją i z dwoma samoprzylepnymi etykietami ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 28:

Pakiet 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'40szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

Pakiet 18, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści folię pakowaną a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Pakiet 31, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę angiograficzną z włókniny SMS 220 x 320 cm z 2 otworami na TT udowe o średnicy 10 cm, z krawędzią przezroczystą z obu stron 60 x 320 cm oraz warstwą wysokochłonną w polu zabiegowym min. 50 x 80 cm, otwory wypełnione taśmą przyklepną o brzegach min. 2,5 cm, umieszczone 120 cm +/- 10% od krawędzi górnej serwety?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 31:

Pakiet 31, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową z polipropylenowym tłokiem luer lock 20 ml?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32:

Pakiet 31, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 2-częściową luer (zamiast luerlock) 2 ml?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33:

Pakiet 31, składowa 13

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę 3-częściową (zamiast 2-częściowej) luerlock 2 ml?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 34:

Pakiet 31, składowa 21

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z drenem o dł. 150cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35:

Pakiet 31, składowa 22

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki naczyniowe (Rochester Pean) metalowe, proste dł. 18cm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36:

Część nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów z zębami bez ostrza uniesionego w kierunku przeciwnego ramienia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2, 3, 4:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub godzinę w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie partii towaru.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości brutto zamówionej partii towaru za każdy dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanej partii towaru.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ (patrz §6 ust. 4 wzoru umowy).

Pytanie nr 39:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5-6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 40:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust 1).

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej. Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odp. Zamawiającego:

Art. 439 – 440 Ustawy dotyczą umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa, a zatem w takiej sytuacji Zamawiający nie zawiera w umowie postanowień dotyczących zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Pytanie nr 42:

Dotyczy części 20

Czy Zamawiający wyraża zgodę za złożenie oferty preparatu dezynfekcyjnego na bazie alkoholu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania bakteriobójczego grzybobójczego i wirusobójczego w postaci żelu. Pojemność 500 ml i pompka dozująca.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 43:

Pytania dot. wzoru umowy:

- prosimy o modyfikację par. 7 ust. 2 wzoru umowy na następujący: " Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (§ 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie";
- prosimy o modyfikację par. 7 ust. 3 wzoru umowy na następujący: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości";
- prosimy o modyfikację par. 7 ust. 4 wzoru umowy na następujący: "Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy";

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 44:

Pytania dot. wzoru umowy:

Ze względu na niestabilną sytuację na świecie, prosimy o przewidzenie możliwości modyfikacji wartości umowy brutto w uzasadnionych przypadkach, których ciężar udowodnienia spoczywa na Wykonawcy.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 45:

Pakiet 10, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga ochroniaczy wysokich?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 46:

Dot. Część nr 1, poz. 1-8

Czy Zamawiający dopuści szwy jednowłóknowe, polipropylenowe, bez katalogowego opisu „z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 47:

Dot. Część nr 9

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w w/w pakiecie dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-Laktydu (90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli(glikolidu-co-L-Laktydu (30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 48:

Dot. Część nr 9, poz. 33

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę pakowaną pojedynczo 1x45cm , z przeliczeniem wymaganych ilości?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 49:

Dot. Część nr 9, poz. 35

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą przeciwzakłuciową bez opisu „wzmocniona” z nitką w kolorze fioletowym?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50:

Dot. Część nr 9, poz. 36

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 48 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Dot. Część nr 14, poz. 1-15

Czy Zamawiający dopuści szwy jednowłóknowe, polipropylenowe, bez katalogowego opisu „z kontrolowanym rozciąganiem i plastycznym odkształcaniem węzła”?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 52:

Dot. Część nr 14, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nitkę o długości 75 cm, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 53:

Dot. Część nr 14, poz. 10

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę o długości 11 mm i nitkę o długości 45 cm, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 54:

Dot. Część nr 14, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji nitkę o długości 45 cm, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 55:

Dot. Część nr 14, poz. 14, 15

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach igłę o długości 37 mm, przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56:

Dot. Część nr 25, poz.5-7

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

Dot. Część nr 25, poz.11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) z nitką bezbarwną?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58:

Dot. Część nr 25, poz.11

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59:

Część 20

Czy Zamawiający dopuści do oceny alkoholowy płynny preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu, bezbarwny, bezzapachowy, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN1500 - 30sek., chirurgiczna dezynfekcja EN12791 - 90sek. Testowany dermatologicznie. Skuteczny wobec: B, Tbc (M.terrae, M.avium), F (C.albicans+A.brasiliensis/niger), V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio). Produkt biobójczy, w opakowaniach 500ml z dozownikiem.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60:

Część 20

Prosimy o możliwość wyceny pompki w hermetycznym opakowaniu jednostkowym.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza. Cena pompki musi być w kalkulowana w cenę preparatu.

Pytanie nr 61:

Część 20

Prosimy o doprecyzowanie, że Zamawiający wymaga, aby preparat osiągał wymagane minimalne spektrum działania B, F(C.albicans), Tbc(M.terrae,M.avium), V (BVDV, Vaccinia Polio Adeno Noro) przy jednorazowej aplikacji w czasie higienicznej dezynfekcji rąk -30 sek.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 62:

Pytanie 1, dotyczy część nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 zamiast opisanych szwów również szwy o parametrach:

szwy wchłaniające wykonane z syntetycznego poliesteru złożonego z glikolidu i laktidu-pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego, powlekanie mieszką kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, Profil podtrzymywanie : początkowa wytrzymałość 140%, 80% po 14 dniach 30% po 21 dniach. Czas wchłaniania 56-70 dni.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63:

Pytanie 2, dotyczy część nr 9 poz.2,3,4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz.2,3,4 ,5 podwiązek o długości 3x75cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64:

Pytanie 3, dotyczy część nr 9 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 6 szwu z igła 1/2 koła okrągłą wzmocnioną 27 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65:

Pytanie 4, dotyczy część nr 9 poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 10 szwu z igłą 5/8 koła okrągłą wzmocnioną 27 mm z nitką 2-0 75 cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66:

Pytanie 5, dotyczy część nr 9 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 14 szwu z igłą 5/8 koła okrągłą wzmocnioną 27 mm z nitką 3-0 75 cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67:

Pytanie 6, dotyczy część nr 9 poz. 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 16 szwu z igłą okrągłą 1/2 koła o dł. 65 mm z nitką 1 o dł. 90 cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68:

Pytanie 7 dotyczy część nr 9 poz.21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 21 szwu z igłą okrągłą 3/8 koła o dł. 32mm z nitką 0 o dł. 75 cm

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69:

Pytanie 8 dotyczy część nr 9 poz.21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 21 szwu z igłą okrągłą przyostrzoną 1/2 koła o dł. 37 mm z nitką 0 o dł. 75 cm

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

Pytanie 9 dotyczy część nr 9 poz.25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 25 szwu z igłą okrągłą 3/8 koła o dł. 22 mm z nitką 2-0 o dł. 75 cm

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71:

Pytanie 10 dotyczy część nr 9 poz.30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 30 szwu o dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72:

Pytanie 11 dotyczy część nr 9 poz.32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 32 szwu o dł. 3x75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73:

Pytanie 12 dotyczy część nr 9 poz.33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 33 szwu z igłą ½ koła 13 mm odczepianą z nitką 4-0 o dł. 5x45 cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74:

Pytanie 13 dotyczy część nr 9 poz.34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 34 szwu z igłą okrągłą ½ koła typu J o dł. 32 mm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75:

Pytanie 14 dotyczy część nr 9 poz.36

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 36 szwu z igłą tępą ½ koła o dł. 48 mm z nitką niebarwioną 1 o dł. 90 cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76:

Pytanie 15 dotyczy część nr 9 poz.45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 45 szwu z igłą okrągłą wzmocnioną ½ koła o dł. 27 mm z nitką 0 o dł. 75 cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77:

Pytanie 16 dotyczy część nr 9 poz.45

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 45 szwu z igłą okrągłą ½ koła o dł. 30 mm z nitką 0 o dł. 75 cm.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78:

Pytanie 17 dotyczy część nr 9 poz.49

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 9 poz. 49 szwu o dł. 75 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79:

Pakiet 33 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do hemodializy pakowanego w dwa oddzielne sterylne opakowania papierowo-foliowe (zaoferowane jako zestaw z podaniem ceny netto za zestaw), o składzie jak poniżej:

Zestaw 1 (podłączenie):

- a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
- b. Przylepiec włókninowy 2x15cm 2szt.

- c. Serweta z laminatu 50x35cm 1szt.
- d. Opatrunek do mocowania kaniul 6x8cm 2szt.
- e. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt.

Zestaw 2 (rozłączenie):

- a. Kompresy z włókniny 7,5x7,5cm 4szt.
- b. Opatrunek typu Pushban 3,8x7,2cm 2szt.
- c. Rękawice nitrylowe teksturowane S lub M 2szt. niebieskie
- d. Rękawica nitrylowa teksturowana L 1szt. biała

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 80:

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 2 projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „z zastrzeżeniem wyjątków umową przewidzianych.”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 81:

Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 3 pkt 2) projektu umowy poprzez dodanie do jego treści in fine: „zmiana taka następować będzie automatycznie z dniem wejścia w życie właściwych przepisów i dla swojej ważności nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.”

UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 82:

Wnosimy o modyfikację § 8 projektu umowy poprzez dodanie do niego ust. 3a o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 83:

CZĘŚĆ 17

1. Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do hemodializy, nieznacznie różniącego się od wymaganego w SWZ.

Skład oferowanego zestawu:

Zestaw do hemodializy składający się z dwóch zestawów: do podłączenia i rozłączenia.

Zestaw 1 (podłączenie)- Skład:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet);
- 1 x serweta włókninowa nieprzylepna 37,5 cm x 45 cm;
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm;
- 2 x opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6 cm x 7 cm (zapakowany);
- 4 x (2x2szt) przyłepiec włókninowy podtrzymujący 1,25cm x 14,8 cm.

Zestaw 2 (rozłączenie)- Skład:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych rozmiar M (pakowane, wywinięty mankiet);
- 1 x pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar M;
- 4 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm;
- 2 x samoprzylepny opatrunek chłonny 5 cm x 7,2 cm (zapakowany).

Opakowanie: Zestaw 1 i zestaw 2 zapakowane 2 w 1 (papier folia) opakowanie typu blister. Wszystkie komponenty sterylne, a zestaw 2 zapakowany dodatkowo, by zachować sterylność do etapu odłączenia.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 84:

Pytanie do CZĘŚCI NR 16.

Czy Zamawiający w pakiecie nr. 16 (L.P. 1 w pakiecie) dopuści hemostatyk uszczelniający, miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylenu eteru pentaerytrytolowego; strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego, ulegający chłonięciu po upływie 6-8 tygodni.. Rozmiar 4,5 x 4,5 cm, 3 szt. w opak.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 85:

Pytanie do CZĘŚCI NR 16.

Czy Zamawiający w pakiecie nr. 16 (L.P. 2 w pakiecie) dopuści hemostatyk uszczelniający, miękki, cienki, sprężysty i elastyczny opatrunek z kolagenu uzyskiwanego z bydlęcej skóry właściwej, pokryty powłoką z glutaranu tetrasukcynoimidylenu eteru pentaerytrytolowego; strona nieaktywna oznaczona niebieskimi kwadratami z biokompatybilnego barwnika błękitu brylantowego, ulegający chłonięciu po upływie 6-8 tygodni. Rozmiar 4,5 x 9 cm, 3 szt. w opak.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ponadto:

Zamawiający mając na uwadze **art. 137 ust. 5 Ustawy**, w związku z udzielonymi odpowiedziami informuje o zamiarze zmiany SWZ oraz o zamiarze zmiany terminu składania ofert, tym samym zmianie ulegnie termin otwarcia ofert oraz termin związania ofertą. Dodatkowo Zamawiający informuje, że udostępni zmianę treści SWZ na stronie prowadzonego postępowania po opublikowaniu ogłoszenia o sprostowaniu z wyjątkiem przypadku gdy Zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 15.03.2022 r.