



Słupsk, dnia 06.04.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów”- nr postępowania 30/TP/2022

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dot. części III OPZ, część nr 2 pkt 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu 48 godziny w dni robocze?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 2:

Dot. części III OPZ, część nr 2 pkt 23

Jeżeli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas reakcji serwisu 24 godziny w dni robocze?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Formularz ofertowy pkt. 2c

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia powiadomień?

Uzasadnienie: Dokonanie powiadomienia / przeniesienia danych o wyrobie medycznym do bazy danych Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych jest czynnością materialno - techniczną, a nie jest decyzją administracyjną o dopuszczeniu do stosowania w Polsce. Dokumentem dopuszczającym produkt do obrotu jest deklaracja zgodności i certyfikat zgodności – jeśli dotyczą danego wyrobu, zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych, bowiem to te dokumenty potwierdzają zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Dot. Część III – OPZ, część nr 2 punkt 27

Zgodnie z wytycznymi producenta aparat nie wymaga rocznych przeglądów technicznych, czy w związku z tym Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania rocznych przeglądów?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 5:

Pytania do Umowy dzierżawy: §3 ust. 11

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wydierżawiający zobowiązuje się przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu 48 godzin w dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii .”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 6:

Pytania do Umowy dzierżawy: §3 ust. 11

Jeżeli nie, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wydierżawiający zobowiązuje się przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu 24 godzin w dni robocze od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii .”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgodę.

Pytanie nr 7:

Pytania do Umowy dostawy: §1 ust. 5

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu przeznaczonego na dostawę dokumentów do 5 dni roboczych i dokona modyfikacji postanowienia umownego w następujący sposób:

„Wykonawca oświadcza, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane prawem dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie do 5 dni roboczych wymagane dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia – jeżeli przepisy nie stanowią inaczej.”?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 8:

Pytania do Umowy dostawy: §3 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 9:

Pytania do Umowy dostawy: §7 ust. 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) zwłoki w dostawie”?

Uzasadnienie: Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie z niniejszego postanowienia sformułowania „lub godzinę” ponieważ tak sformułowane postanowienie jest w swojej treści wadliwe i może prowadzić do powstania sporu w zakresie jego interpretacji. Wykonawca rozumie zapis w ten sposób, że przedmiotowa kara naliczana jest w razie powstania ewentualnej zwłoki w odstawie towaru w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 Umowy. Wspomniane postanowienie zakreśla 3-dniowy termin dostawy liczony od złożenia zamówienia, a nie termin wyrażony w godzinach. Pozostawienie zapisu w obecnym kształcie w ocenie Wykonawcy powoduje jego nieważność

gdyż Wykonawca nie wie tak naprawdę jakiej wysokości kara grozi mu za potencjalne uchybienie. Nie można tracić z pola widzenia iż rozbieżność pomiędzy karą naliczaną w dniach a karą liczoną w godzinach to dwudziestoczekrotność przyjętej stawki. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i doprecyzowanie postanowienia umownego.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Pytania do Umowy dostawy: §5 ust. 1

Czy zamawiający dopuści odczynniki posiadające termin ważności 8 miesięcy? Ze względu na specyficzne komponenty odczynników do multiplex PCR na ten moment nie ma możliwości zapewnienia odczynników o 12 miesięcznym terminie ważności.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę.

Pytanie nr 11:

CZĘŚĆ II – WZÓR UMOWY §5 pkt. 1 (dotyczy części nr 1)

Czy Zamawiający dopuści, aby dostarczony towar posiada okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia jego dostawy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 06.04.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak