



Słupsk, dnia 12.04.2022 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: Dostawa sprzętu oraz wyposażenia medycznego i niemedycznego - nr postępowania 31/TP/2022**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

w zakresie Części Nr 6 (Chłodziarka farmaceutyczna):

Czy dopuszczają Państwo zakres temperatury chłodziarki od +2 do +15 st.C przy spełnieniu pozostałych wymagań ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2:**

Dot. Część nr 6 Chłodziarka farmaceutyczna - zestawienie parametrów technicznych

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną pracującą w zakresie temperatur +2°C - +8°C ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3:**

Dot. Część nr 6 Chłodziarka farmaceutyczna - zestawienie parametrów technicznych

Czy zamawiający dopuści chłodziarkę farmaceutyczną bez możliwości manualnego ustawiania temperatury roboczej przez użytkownika? Temperatura jest automatycznie regulowana poprzez dwa niezależne termostaty w zakresie temperatury roboczej +2°C - +80C.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4:**

Dot. projekt umowy §4 pkt. 5 – Część 6 Chłodziarka farmaceutyczna Prosimy Zamawiającego o dodanie zapisu „dni roboczych” w §4 pkt. 5.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 5:**

Część nr 1 - Defibrylator AED

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności defibrylator o niżej wymienionych parametrach:

- Defibrylacja dwufazowa w podawaniu impulsów w sekwencjach:
  - o 50-70-100 J dla dzieci
  - o 200-300-360 J dla dorosłych

oraz możliwością programowania dowolnej energii impulsów w zakresie 100-360J (dla dorosłych) oraz 10-100J (dla dzieci);

- Trzy przyciski funkcyjne: wyładowanie impulsu, wybór języka komunikatów (min. polski i angielski), wybór wieku pacjenta: dorosły/dziecko;

- Funkcja autotestu przeprowadzanego codziennie, bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów zew np. baterii;
- Temperatura środowiska pracy: -5 – 50°C;
- Stopień ochrony zgodny z normą IP55;
- Bez automatycznej konwersja do trybu pediatrycznego, po podłączeniu elektrod pediatrycznych, elektrody uniwersalne z możliwością przełączenia trybu dorosły/dziecko jest rozwiązaniem bardziej ekonomicznym, niezmnieszającym jakości defibrylacji;
- Odporność na wstrząsy i upadek z 1,5 m według normy MIL-STD-810G-2008 514.6;
- Baterią Li/MnO<sub>2</sub> o pojemności 4200mAh i gwarancji wynoszącej 5 lat;
- Czasem ładowania wynoszącym poniżej 8 sekund od momentu uruchomienia aparatu. Funkcja ładowania podczas analizy EKG umożliwia wyładowanie impulsu od razu po zaleceniu defibrylacji.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami. Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać zmiany związane z dopuszczeniem zaproponowanych przez Wykonawcę rozwiązań.**

**Pytanie nr 6:**

Pytanie dotyczy Warunki gwarancji i serwisu

Czy zamawiający zgodzi się wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] wymagający importu części z zagranicy do 30 dni?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 7:**

dot. III. Opis przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie że Zamawiający dopuści w zakresie części 4 we wszystkich pozycjach rok produkcji 2022.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 8:**

dot. II umowa

dot. §1 ust. 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu montażu, instalacji, uruchomienia przedmiotu zamówienia w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego w zakresie części 4 ponieważ przedmiot zamówienia opisany w tej części dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga instalacji i montażu w siedzibie Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 9:**

dot. II umowa dot. §2 ust. 8 i 9 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia personelu, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w części 4 nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 10:**

dot. II umowa dot. §4 ust.9 Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów technicznych sprzętów w zakresie części 4, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 11:**

Dot. SIWZ Zawartość oferty

Pkt. 3.7a Prosimy o odstąpienie od wymogu załączenia katalogów/materiałów informacyjnych zawierających numery katalogowe oferowanych produktów. Numery katalogowe podlegają częstym zmianom i w związku z tym nie są elementem ujętym w treści materiałów informacyjnych opracowanych przez producenta urządzeń medycznych. Pozostawienie wymagania w obecnym kształcie może uniemożliwić złożenie oferty nie z powodu braku spełnienia wymagań technicznych, ale przez fakt braku wyszczególnienia numerów katalogowych w folderach czy materiałach źródłowych producenta

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza złożenie kart katalogowych bez wskazania numerów katalogowych.**

**Pytanie nr 12:**

Dot. projektu umowy - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG

Par. 4 ust. 8 Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączenie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, proponujemy dodanie zdania i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone:

„(...) Strony zgodnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi”.

Wykonawca wskazuje, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjnych na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co jest rozwiązaniem niecelowym przede wszystkim z punktu widzenia Zamawiającego i zapewnienia ciągłości należytej pracy szpitala. W związku z tym, w ocenie Wykonawcy, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 13:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 6 Czy Zamawiający dopuści wykonywanie pomiarów wzory korekcji QT (obliczanie QTc): Bazett (domyślny), Framingham, Fridericia?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 14:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 7 Czy Zamawiający dopuści CMRR >135 dB?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 15:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 11 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z kolorowym, wysokiej rozdzielczości ekranem, bez funkcji dotykowej, z klasyczną klawiaturą membranową, alfanumeryczną oraz funkcyjną, z możliwością łatwej dezynfekcji?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 16:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 14 Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zapisu EKG na karcie SD z czytnikiem wbudowanym w aparat oraz kartą SD dołączoną do zestawu w dostawie?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 17:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 19 Czy Zamawiający dopuści prędkości zapisu 5/12,5/25/50mm/s?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 18:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 21 Czy Zamawiający dopuści aparat z formatami wydruku o szerszym zakresie i ilości: 1x10x12\_25; 1x10x12\_50; 2x10x6\_25; 1x10x3\_25; 2x5x6\_25; 2x5x6\_50; 2x5x6\_25\_R1; 4x2,5x3\_25; 4x2,5x3\_25\_R1; 4x2,5x3\_25\_R3; 4x2,5x3\_25\_R2\_P?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 19:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 22 Czy Zamawiający dopuści aparat z wydrukiem 6 i 12 kanałów, co jest standardową procedurą podczas wykonywania badania EKG?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 20:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 26 Czy Zamawiający dopuści cyfrowy filtr zakłóceń mięśniowych 20 Hz, 40 Hz, 100 Hz lub 150 Hz oraz automatyczną korektę linii odniesienia?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 21:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 33 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z zasilaniem z akumulatora wewnętrznego pozwalającego na wykonanie 150 jednostronicowych zapisów EKG spoczynkowego lub 6 godzin (przeciętnie) ciągłego monitorowania bez drukowania (minimum)?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

**Pytanie nr 22:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 35 Czy Zamawiający dopuści wagę aparatu z akumulatorem, bez kabla pacjenta, papieru i wózka: 5kg?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 23:**

Dot. Opisu przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ 2 – aparat EKG. Pkt 36 Czy Zamawiający dopuści papier w formie składanki dedykowany do oferowanego aparatu?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 24:**

Dot. SIWZ CZĘŚĆ 2 – aparat EKG

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu umowy w wciągu 35 dni Zwracamy uwagę, iż obecnie z uwagi na panującą pandemię Covid19 mamy do czynienia ze zwiększonym

zapotrzebowaniem na sprzęt medyczny, w tym także na aparaty do znieczulenia. Dodatkowo na rynku obserwuje się kryzys, jeśli chodzi o dostępność układów elektronicznych, niezbędnych do produkcji szerokiej gamy urządzeń, a w tym sprzętu medycznych, w związku z tym terminy dostaw deklarowane przez producentów są bardzo długie. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji do 45 dni.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie nr 25:**

Dot. SIWZ CZĘŚĆ 2 – aparat EKG

Czy w związku z wdrożonymi zmianami w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) Zamawiający rozważy zawarcie dodatkowej umowy regulującej bezpieczeństwo danych podczas czynności serwisowych ?

Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie ww. umowy wg wzoru Wykonawcy ?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy wg. wzoru załączonego do odpowiedzi.**

**Pytanie nr 26:**

Dotyczy Część III – Część nr 2 – aparat EKG

Pytanie nr 1 – pkt. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w algorytm wykrywający ponad 70 różnych arytmii w tym również ostry zawał serca pacjenta i wyświetlający komunikat o wykryciu arytmii na głównym ekranie podczas trwania badania pacjenta?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 27:**

Dotyczy Część III – Część nr 2 – aparat EKG Pytanie nr 2 – pkt. 33

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony we wbudowany akumulator (łatwo wymienialny przez użytkownika) zapewniający ponad 4h ciągłej pracy i wydruk ponad 300 badań w trybie auto lub ciągły wydruk ponad 1,5h w trybie manualnym?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 28:**

Część nr 5

Czy Zamawiający dopuści regał magazynowy ażurowy o wymiarach 900 x 455 x 1800 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy pakietu 1: defibrylatora AED

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy z 35 dni do 70 dni kalendarzowych? W związku z przedłużającymi się brakami dostaw komponentów produkcyjnych spowodowanymi pandemią COVID19 oraz wojną na Ukrainie terminy produkcji i dostaw urządzeń medycznych są wydłużone.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy pakietu 1: defibrylatora AED Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wykonywania przeglądów technicznych, których producent nie wymaga, dla zadania numer 1? Jeśli tak, to prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy w paragrafie 4 ust. 9 wskazanego wymogu oraz punktu 4 „warunków gwarancji i serwisu” w zestawieniu parametrów technicznych zadania 1.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy pakietu 1: defibrylatora AED. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia w zestawie z defibrylatorem elektrod pediatricznych?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.***

**Pytanie nr 32:**

Dotyczy pakietu 1: defibrylatora AED. Czy Zamawiający zgodzi się na zgłaszanie awarii 24h/dobę, ale w formie mailowej, zamiast telefonicznej?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 33:**

Dotyczy pakietu 1: defibrylatora AED. Czy Zamawiający wydłuży czas podjęcia naprawy serwisu do 72 h? Jest to czas wystarczający, aby serwisant zdążył dojechać do Zamawiającego ze swojej siedziby.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.***

**Pytanie nr 34:**

Dotyczy pakietu 1: defibrylatora AED. Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu naprawy z 7 do 21 dni w przypadku konieczności importu części? Producent urządzenia, które pragnie zaoferować Wykonawca posiada swoją siedzibę i produkcję w USA. W związku z tym sprowadzenie części w 7 dni jest praktycznie niemożliwe.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.***

W załączeniu WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 12.04.2022 r.

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zakupów  
i Zamówień Publicznych  
Agnieszka Kuklińska - Znamirowska