



Słupsk, dnia 04.05.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa toru wizyjnego z wideoendoskopami”- nr postępowania 35/PN/2022

Na podstawie **art. 135 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„Wykonawca w terminie 14 dni od daty uznania reklamacji dokona naprawy lub w przypadku braku możliwości naprawy dostarczy zamienny, pozbawiony wad i braków, element takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko. Towar zamienny podlega odrębnemu odbiorowi jakościowemu i ilościowemu”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zapisów umowy § 4 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:
„W przypadku nieuznania reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania ekspertyzy innemu podmiotowi posiadającego uprawnienia producenta, w celu ustalenia zasadności zarzutów reklamacji. Koszty ekspertyzy ponosi strona, dla której jest ona niekorzystna. Wyniki ekspertyzy wiążą Wykonawcę, skutkiem czego jest on zobowiązany do załatwienia reklamacji w sposób określony w zawiadomieniu o brakach lub wadach w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu ekspertyzy”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 5% na 3%?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1%?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1%?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,2% na 0,1%?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości danego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości”

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości danego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 6 i 7 niniejszej umowy”.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji z 48 na 72h?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej z 5 na 7 dni roboczych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Warunki gwarancji i serwisu, pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy gwarancyjnej w przypadku konieczności importu części z zagranicy z 7 na 10 dni roboczych?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany tor wizyjny był w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Pracownię Endoskopii wideogastroskopami, wideokolonoskopami, wideoduodenoskopami, wideobronchoskopami, wideoechoendoskopami?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 14:

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany tor wizyjny był w pełni kompatybilny z posiadanym przez Pracownię Endoskopii systemem archiwizacji badań endoskopowych z możliwością pracy na wspólnej bazie pacjentów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 15:

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wideokolonoskopy oraz wideogastroskopy były kompatybilne z posiadanymi przez Pracownię Endoskopii procesorami wizyjnymi?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 16:

Dotyczy OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wideokolonoskopy oraz wideogastroskopy były kompatybilne z posiadanymi przez Pracownię Endoskopii myjniami dezynfektorami bez użycia dodatkowych przyłączy i adapterów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 17:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 5

Czy Zamawiający zrezygnuje za zapisu i-scan ponieważ jest to nazwa własna tylko jednego producenta sprzętu czyli firmy Pentax i dopuści procesor z nowoczesną funkcją uwydatniania struktur i naczyń krwionośnych, które realizowane są przez modyfikowane światło LED?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie zrezygnuje z podanego zapisu.

Pytanie nr 18:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 9

Czy Zamawiający dopuści procesor z sygnałem wizyjnym :
Wyjścia: 2x DVI-D, 1xRGB; 1x S-Video; 1x VGA; 1x Composit ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 10

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu?

To rozwiązanie jest mało praktyczne i nie ma wpływu na jakość wykonywanych badań, jedynie uniemożliwia innym firmą przystąpienie do przetargu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie zrezygnuje z wymogu.

Pytanie nr 20:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 11

Czy Zamawiający dopuści procesor z sygnałem 1x RJ-45, 1x RS-232C, 2x Remote?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 13

Czy Zamawiający dopuści procesor z menu w języku polskim w zakresie danych pacjenta?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 15

Czy Zamawiający dopuści standardowe rozwiązanie procesora, z możliwością podłączenia jednego przycisku nożnego?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 25

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu na rzecz barwienia modyfikowanym światłem LED, które daje najlepsze efekty w diagnostyce wczesnych nowotworów?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie zrezygnuje z podanego wymogu.

Pytanie nr 24:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 26

Czy Zamawiający dopuści procesor bez tej funkcji, ponieważ jest ona realizowana przez zaproponowany monitor?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 27

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu na rzecz panelu dotykowego ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie zrezygnuje z podanego wymogu.

Pytanie nr 26:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 28

Czy Zamawiający dopuści procesor z 1 programowalnym przyciskiem na panelu przednim? Wszystkie funkcje są dostępne z przycisków na panelu procesora oraz na głowicy endoskopu.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 29

Czy Zamawiający dopuści procesor z dostępnymi bezpośrednimi przyciskami na panelu: Lampa (wł./wył.), Pompa (wł./wył.), Regulacja jasności, Regulacja przepływu powietrza, Regulacja trybu przestony, Tryby modyfikowanego światła LED?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 32

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu na rzecz innych technologicznych rozwiązań?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie zrezygnuje z podanego wymogu.

Pytanie nr 29:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 33

Czy Zamawiający dopuści procesor z zintegrowaną pompą insuflacyjną z 4 stopniową regulacją?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 34

Czy Zamawiający dopuści procesor z pompą dostarczającą ciśnienie do bezpiecznego zakresu 65 kPa?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 35

Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu, ponieważ nie jest to parametr wyszczególniany przez wszystkich producentów.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie zrezygnuje z podanego wymogu.

Pytanie nr 32:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 38

Czy Zamawiający dopuści procesor z zintegrowanym źródłem światła LED, który gwarantuje 10 000 godzin pracy (ok 8-10 lat)? Takie źródło światła wpływa znacząco na koszty eksploatacji.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 33:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 39

Czy Zamawiający dopuści źródło światła z regulowaną temperaturą barwy światła, w zależności od użytego oświetlenia?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 34:

Pytania dotyczące toru wizyjnego

Pytanie do punktu 41

Czy Zamawiający dopuści procesor ze źródłem światła (gwarancja pracy przez 10000 godzin), który wyświetla komunikat sygnalizujący zbliżający się czas wymiany lampy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 35:

Dotyczy wideoklonoskopu

Pytanie do punktu 76

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z najlepszym dostępnym na rynku chipem w technologii CMOS, który daje najwyższej jakości obraz.

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 36:

Dotyczy wideoklonoskopu

Pytanie do punktu 78

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z lepszym parametrem, czyli o mniejszej średnicy 12,00mm ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 37:

Dotyczy wideoklonoskopu

Pytanie do punktu 78

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z lepszym parametrem, czyli o mniejszej średnicy 12,80mm ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 38:

Dotyczy wideoklonoskopu

Pytanie do punktu 80

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z lepszym parametrem , czyli kątem widzenia 170° ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 39:

Dotyczy wideoklonoskopu

Pytanie do punktu 81

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z lepszą głębią ostrości czyli 2-100mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40:

Dotyczy wideoklonoskopu

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z 3 programowalnymi przyciskami na głowicy endoskopu?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 41:

Dotyczy wideoklonoskopu

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z innym rozwiązaniem technologicznym, zabezpieczającym światłowód przed uszkodzeniem?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42:

Dotyczy wideoklonoskopu

Pytanie do punktu 91

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop z dwukonektorowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Dotyczy wideoklonoskopu

Pytanie do punktu 94

Czy Zamawiający dopuści wideokolonoskop w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Dotyczy wideogastroskopu

Pytanie do punktu 99

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z najlepszym dostępnym na rynku chipem w technologii CMOS, który daje najwyższej jakości obraz?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45:

Dotyczy wideogastroskopu

Pytanie do punktu 100

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z standardowym kanałem roboczym 2,8 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 46:

Dotyczy wideogastroskopu

Pytanie do punktu 101

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z lepszym parametrem, czyli o mniejszej średnicy 9,2 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 47:

Dotyczy wideogastroskopu

Pytanie do punktu 105

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o zagięciach końcówki sondy:

Góra / dół 210° / 90°

Lewo/prawo 100° / 100°

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48:

Dotyczy wideogastroskopu

Pytanie do punktu 106

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z 3 programowalnymi przyciskami na głowicy endoskopu?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49:

Dotyczy wideogastroskopu

Pytanie do punktu 109

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop bez dodatkowego kanału water-jet?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50:

Dotyczy wideogastroskopu

Pytanie do punktu 111

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z innym rozwiązaniem technologicznym, zabezpieczającym światłowód przed uszkodzeniem?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 51:

Dotyczy wideogastroskopu

Pytanie do punktu 112

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop dwukonektorowy?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 52:

Dotyczy wideogastroskopu

Pytanie do punktu 115

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Dotyczy wideogastroskopu zabiegowego

Pytanie do punktu 120

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z najlepszym dostępnym na rynku chipem w technologii CMOS, który daje najwyższej jakości obraz?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54:

Dotyczy wideogastroskopu zabiegowego

Pytanie do punktu 122

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z lepszym parametrem, czyli średnicę tuby wziernika równą /większą 10,5 mm?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55:

Dotyczy wideogastroskopu zabiegowego

Pytanie do punktu 125

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop o zagięciach końcówki sondy:

Góra / dół 210° / 90°

Lewo/prawo 100° / 100°

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 56:

Dotyczy wideogastroskopu zabiegowego

Pytanie do punktu 132

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop z innym rozwiązaniem technologicznym, zabezpieczającym światłowód przed uszkodzeniem?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 57:

Dotyczy wideogastroskopu zabiegowego

Pytanie do punktu 136

Czy Zamawiający dopuści wideogastroskop w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających ?

Odp. Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 04.05.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak