



Słupsk, dnia 11.05.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb O/Kardiologicznego” – nr postępowania 36/PN/2022.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1 (system wysiłkowy – ad. 48)

Czy Zamawiający dopuści komputer typu „mini-PC” o podanych przez Zamawiającego parametrach? Taka konstrukcja komputera pozwoli na ukrycie go w konstrukcji wózka do systemu.

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie 2 (ergometr rowerowy – ad. 55)

Czy Zamawiający dopuści ergometr rowerowy o stałej wysokości kierownicy?

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie 3 (ergometr rowerowy)

Zamawiający opisuje w punktach od 64 do 69 moduł automatycznego pomiaru ciśnienia krwi jako osobne urządzenie. Czy Zamawiający ma tutaj na myśli moduł automatycznego pomiaru ciśnienia krwi stanowiący integralną część ergometru rowerowego opisanego w punktach od 50 do 63?

Odp. Zamawiającego: Nie, dodatkowe osobne urządzenie.

Pytanie 4 (cykloergometr – ad. 106)

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr o stałej wysokości kierownicy?

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie 5 (cykloergometr – ad. 116)

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z manualną regulacją wysokości siodła dla pacjentów o wzroście w zakresie 120-210 cm?

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie 6 (Ergospirometr – ad. 54 i 56)

Czy Zamawiający dopuści analizator o zakresie pomiaru przepływu 0-18 l/s oraz czasie odpowiedzi <360 ms przy jednoczesnym zakresie pomiaru O₂ 0-40 % ?

Odp. Zamawiającego: tak

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do postępowania sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany także w 2021 roku? Z uwagi na zakłócenia w dostawach komponentów i nieregularne cykle produkcyjne, nie możemy przed ewentualną realizacją zamówienia zagwarantować, że wszystkie elementy dostawy będą wyprodukowane w 2022 roku.

Odp. Zamawiającego: Tak.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 11.05.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak