



Słupsk, dnia 16.05.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb O/Kardiologicznego” – nr postępowania 36/PN/2022.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1 (ergometr rowerowy)

Zamawiający w odpowiedziach z dnia 11.05.2022 określił opisywany w punktach od 64 do 69 moduł automatycznego pomiaru ciśnienia krwi jako osobne urządzenie. Prosimy o weryfikację czy nie doszło do pomyłki, ponieważ w punkcie 67 jest mowa o wbudowanym module, co stoi w sprzeczności z modułem jako osobnym urządzeniem. Uwzględniając standardy wyposażenia ergometrów rowerowych uważamy, że punkty od 64 do 66 nie mają tutaj zastosowania, gdyż moduł pomiarowy ciśnienia dla ergometru jest jego elementem i nie powinien być rozpatrywany jako odrębne urządzenie.

Odp.: Punkty 64 do 66 nie mają tutaj zastosowania.

Pytanie 2 (Ergospirometr)

Czy Zamawiający dopuści dla punktu 72 opcję pomiarową SpO2 z czujnikiem na palec lub ucho alternatywnie jako moduł wbudowany w automatyczny miernik ciśnienia krwi? Takie rozwiązanie, oprócz tej samej funkcjonalności dla badania ergospirometrycznego, może mieć dodatkowe korzyści w postaci obecności pomiaru SpO2 także w klasycznych badaniach wysiłkowych lub nawet spoczynkowych, wykonywanych z użyciem systemu.

Odp.: Tak.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 16.05.2022 r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Piotr Feszak