



Słupsk, dnia 30.05.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa wyrobów medycznych - nr postępowania 40/PN/2022

Na podstawie **art. 135 ust. 6** – przetarg nieograniczony ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 3, pozycja 1-2 Czy zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Część 3, pozycja 1-2 Czy zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie chłonności wody ok. 5 sekund?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część 5, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 6 o szerokości 4,0-6,5cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Część 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 8 o szerokości 5,0-9,5cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Część 5, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 10 o szerokości 6,5-13,5cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Część 5, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści siatkę w rozmiarze 14 o szerokości 8,0-14,0cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Część 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za saszetkę zawierającą 3 sztuki pasków z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Część 16

Czy Zamawiający dopuści folię wykonaną z poliuretanu o grubości 0,025mm z jodyną?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Część 16

Czy Zamawiający dopuści folię o powierzchni lepnej 60x46cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Część 25, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z wycięciem przy szyi w kształcie V, całość wykonana z włókniny SMS 35g/ m2?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11:

Część 30, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści przylepiec pakowany w kartoniku po 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12:

Część 30, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym, na rolce, pakowany w kartoniku po 12 sztuk?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

Część 33

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie, zapakowany w opakowanie typu rękaw papierowo-foliowy:

1 x Chwytnak plastikowy 14cm (Kocher, Pean)

1 x Pęseta ADSON metalowa 12cm

6 x Tupfer gazowy bez nitki RTG 17N 20cm x 20cm

1 x Igłotrzymacz MAYO-HEGAR metalowy 13cm

1 x Nożyczki IRIS proste metalowe 11,5cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 75cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm

1 x Serweta chirurgiczna 50cm x 70cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową

1 x Igła iniekcyjna (0,8 x 40)

1 x Igła iniekcyjna (1,2 x 40)

1 x Strzykawka 3-częściowa 10 ml Luer Lock ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14:

Pakiet 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na małe części kończyny (kilka palców/dłoń/stopa) o szerokości 2,4-2,9cm w stanie nierozciągniętym, o długości 4m w stanie rozciągniętym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Pakiet 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na kończyny (ramię/kończyna dolna i małe głowy) o szer. 3,8-4,6cm w stanie nierozciągniętym, o długości 4m w stanie rozciągniętym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 16:

Pakiet 5, poz. 3 i 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie elastycznej siatki opatrunkowej na duże tułowia, biodra, pachwiny o szer. 8,6-9,6cm w stanie nierozciągniętym, o długości 4m w stanie rozciągniętym?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Pakiet 25

Prosimy o dopuszczenie zaferowania ubrań wykonanych z włókniny typu SMMS o gramaturze 35 g/m², bluza z dekoltem 'V' wykończonym lamówką, spełniających pozostałe wymagania SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

dotyczy pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek elastycznych z dwoma zapinkami?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

dotyczy pakiet 6 poz. 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie opasek dzianych wyprodukowanych z poliestru z dodatkiem włókien wiskozowych o poniższych wymiarach:

- poz. 1 – 5 m x 10cm;

- poz. 2 – 5m x 14cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20:

dotyczy pakiet 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrania chirurgicznego jednorazowego użytku, dwuczęściowego, składającego się z bluzy i spodni. Spodnie z długimi nogawkami bez ściągaczy, w pasie wiązane na troki, bluza z 2 kieszeniami, wokół szyi wycięcie w serek obszyte białą lamówką. Komplet wykonany z przewiewnej, antystatycznej włókniny SMS o gramaturze 35g/m². Oferowane rozmiary: S,M,L,XL.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21:

CZĘŚĆ NR 2

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania Zestawu do znieczulenia podpajęczynówko-wego zgodnego z SWZ, jednakże w którego składzie, w zamian za wymaganą igłę 21G x 1 ½ jest igła 22G x 1 ¼?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:

CZĘŚĆ NR 3

1. Poz. nr 1 i 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania opasek gipsowych spełniających wymagania SWZ, jednakże pakowanych a' 2 szt., z wyceną w formularzu cenowym za 1 sztukę.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:

CZĘŚĆ NR 8

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania pasków do zamykania ran niewzmocnionych, w rozmiarze zgodnym z SWZ

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24:

CZĘŚĆ NR 25

Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych wykonanych z włókniny SMS? Pozostałe parametry ubrań bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający douszcza.

Pytanie nr 25:

CZĘŚĆ NR 30

Poz. nr 4 i 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowych opatrunków z wkładem chłonnym wykonanym ze 100% wiskozy, o bardzo dobrych właściwościach absorbcyjnych i wyścielających. Pozostałe parametry opatrunku bez zmian.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26:

CZĘŚĆ NR 30 Poz. nr 6 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania plastra z opatrunkiem, wykonanego z włók-niny w kolorze cielistym, 5m x 8cm, z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 27:

CZĘŚĆ 33

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów zgodnego z SWZ, jednakże posiadającego w swoim składzie nożyczki metalowe ostro/ostre 11,6 cm

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28:

Część 34 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści długość 160 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29:

część nr 26:

Czy Zamawiający dopuści do złożenia oferty na bioresorbowalną, elastyczną, przejrzystą tubę do odbudowy nerwów obwodowych (do 20 mm) zbudowaną z kopolimeru laktydu i kaprolaktonu. Tuba zachowuje swoje właściwości przez 10 tygodni. Po tym czasie następuje jej biodegradacja w procesie hydrolizy co skutkuje utratą ciężaru. Tuba o długości 30 mm występuje w co najmniej 5 średnicach: 2,0 mm; 3,0 mm; 4,0 mm; 5,0 mm; 6,0 mm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 poz. nr 7 z odpowiednim przeliczeniem, gazę pakowaną po 25szt?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Dotyczy wzoru umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, po przejęciu zamówionej ilości towaru bez zastrzeżeń.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32:

Dotyczy wzoru umowy §7 pkt 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby Wykonawca zapłacił Zamawiającemu karę w wysokości 3% wartości niezrealizowanej części umowy, w razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 33:

Dotyczy Zadania 22:

Czy Zamawiający w zadaniu 22 poz. 2 wyrazi zgodę na stent samorozprężalny do tętnic podudzia na przewodniku 0,035", średnice 5-10 mm, długości 20-80 .Pozycja 1 zgodnie SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 2-4:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości zamówionej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień (§ 3 ust 1 pkt 1) lub godzinę (w § 3 ust 1 pkt 2) zwłoki w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej partii towaru.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady towaru w okresie gwarancji jakości, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% wartości wadliwej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu reklamacji uznanej jako zasadnej w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 niniejszej umowy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru;

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 50 zł netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w utworzeniu banku, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieutworzonego banku.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 36:

W celu zapewnienia równego traktowania Stron i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 5-6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. §1 ust. 11)

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 38:

Dotyczy Części nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrania z włókniny 100% polipropylenowej 6-warstwowej SSMMMS 35 g/ m²?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39:

Dotyczy Części nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu, w którym bluza z okrągłym wycięciem wokół szyi posiada 2 kieszenie na dole bluzy. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Części nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie ubrania z włókniny 100% polipropylenowej 5-warstwowej SSMMMS?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 41:

Pytania dotyczą pakietu nr 10 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne pojemniki z wodą sterylną o pojemności 450ml, z możliwością stosowania do 35 dni od otwarcia, ze sterylnym łącznikiem, umożliwiającym podłączenie do dozownika tlenowego, sterylne.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 42:

Pytania dotyczą pakietu nr 10 poz. 1

Czy mając na uwadze, obecną sytuację epidemiologiczną oraz związane z tym obostrzenia i zalecenia epidemiczne, oferowane pojemniki, powinny posiadać zintegrowaną zatyczkę, umożliwiającą zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wążów tlenowych lub masek, np. przy ich wymianie, co zapewnia bezpieczne wykonanie procedur wykonywanych w warunkach klinicznych.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43:

Pytania dotyczą pakietu nr 10 poz. 1


Prosimy o potwierdzenie, iż, ze względu na długotrwały kontakt z błonami śluzowymi w okresie ich użytkowania oraz ewentualne niepożądane działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji - oferowane pojemniki z wodą - powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44:

Pytanie 1, dot. Pakiet 25, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie kompletów chirurgicznych posiadających wycięcie pod szyją w kształcie litery V. Pozostałe wymagania zgodnie z SWZ



Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45:

część 5, poz. 1-4 czy zamawiający oczekuje wycenę za siatkę 1 m w stanie swobodnym?

Odp. Zamawiającego: Tak.

Pytanie nr 46:

pakiet 6, poz.1-2

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47:

część 20

czy zamawiający dopuści dren o dł. 90 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48:

część 25

Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonane z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49:

część 28, poz. 1

czy zamawiający dopuści cepek z włókniny PP, jednowarstwowej, przewiewnej, nieperforowanej?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50:

część 28, poz. 3

Czy zamawiający dopuści czepek typu furazerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m², z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m²) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 51:

część 28, poz. 1-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52:

Dot. Załącznik nr 2 - FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 37

Czy Zamawiający w ww. części dopuści produkty zalecane i certyfikowane przez producenta asortymentu?

Nadmieniamy, że konieczność powierzenia realizacji zamówienia konkretnemu Wykonawcy (tu: producentowi wstrzykiwacza i/lub jego autoryzowanemu przedstawicielowi) nie może wynikać z postanowień poprzednio zawartych umów z tym Wykonawcą. W szczególności taka sytuacja nie może mieć miejsca w przypadku zobowiązań wynikających z warunków gwarancji jakości, ponieważ w zawieranej umowie o zamówienie publiczne należy w taki sposób określać warunki gwarancji, by nie ograniczać lub wyłączać uprawnień Zamawiającego (patrz: Wyrok KIO z dnia 3 listopada 2011 r., sygn. akt. KIO/KD 81/11).

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53:

Pytanie 1: Dotyczy: Formularz asortymentowo-ilościowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Część nr 29 Czy Zamawiający dopuści w części nr 29 w poz. 1, 2, 3 grubość nici 2/0 (wymagane 3/0)?

Uzasadnienie:

Proponowany przez nas szew haczykowy od samego początku procesu produkcji posiada jako jedyny na rynku właściwą średnicę/oznakowanie normy USP. Szew o średnicy 2/0 jest nim przed i po procesie obróbki haczykowej (nacinanie haczyków nici monofilamentowej).

Konkurencyjne szwy haczykowe dostępne na rynku polskim (w tym opisane w Części nr 29) posiadają grubość przed procesem obróbki haczykowej USP 2/0 a po tym procesie oznaczane są jako 3/0.

Wyjaśniając powyższe zaoferowany przez nas szew haczykowy o grubości USP 2/0 i szew opisany w części nr 29 w poz. 1, 2, 3 o grubości USP 3/0 mają taką samą średnicę szwu.

Poniżej przedstawiamy grafikę ilustrującą średnicę nici oraz prawidłowe oznakowanie USP:

Średnica nici	Quill Rozmiar USP	V-Loc™/ Stratafix™ Rozmiar USP
0,60 mm	2	1
0,53 mm	1	0
0,45 mm	0	2-0
0,38 mm	2-0	3-0
0,30 mm	3-0	4-0
0,25 mm	4-0	5-0
0,17 mm	5-0	6-0

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 54:

Pytanie 1: Dotyczy: Formularz asortymentowo-ilościowy – Załącznik nr 2 do SWZ, Część nr 29

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 29 w poz. 4 grubość nici 0 (wymagane 2/0)?

Uzasadnienie:

Proponowany przez nas szew haczykowy od samego początku procesu produkcji posiada jako jedyny na rynku właściwą średnicę/oznakowanie normy USP. Szew o średnicy 0 jest nim przed i po procesie obróbki haczykowej (nacinanie haczyków nici monofilamentowej). Konkurencyjne szwy haczykowe dostępne na rynku polskim (w tym opisane w Części nr 29) posiadają grubość przed procesem obróbki haczykowej USP 0 a po tym procesie oznaczane są jako 2/0.

Wyjaśniając powyższe zaoferowany przez nas szew haczykowy o grubości USP 0 i szew opisany w części nr 29 w poz. 4 o grubości USP 2/0 mają taką samą średnicę szwu.

Poniżej przedstawiamy grafikę ilustrującą średnicę nici oraz prawidłowe oznakowanie USP:

Średnica nici	Quill Rozmiar USP	V-Loc™/ Stratafix™ Rozmiar USP
0,60 mm	2	1
0,53 mm	1	0
0,45 mm	0	2-0
0,38 mm	2-0	3-0
0,30 mm	3-0	4-0
0,25 mm	4-0	5-0
0,17 mm	5-0	6-0

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 55:

Pakiet 16

Prosimy o potwierdzenie, że w celu zapewnienia skuteczności środkabójczego Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych pakowanych w folię aluminiową, sterylizowanych radiacyjnie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56:

Pakiet 16

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje zaoferowania folii bakteriobójczych klasyfikowanych jako klasa III

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57:

Pakiet 16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej, bakteriobójczej, zawierająca związek jodu z tlenem, zapobiegająca migracji bakteryjnej i zapewniająca sterylną powierzchnię pola operacyjnego. Folia z poliuretanu z klejem akrylowym o grubości 25 +/-

5 µ,; oddychająca, rozciągliwa, niepalna, antystatyczna, hypoalergiczna oraz paropruszczalna min. 670 ± 50 g/m²/24h. Rozmiary części przylepnej folii: 60cm x 45 cm.
Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58:

Pakiet 19 poz. 1:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koszulki dostępu moczowodowego pokrytej hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenia powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego przewodnika. Przewodnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się pierścień widoczny w RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem przewodnicy w miejscu. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 28-45cm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 59:

Pakiet 19 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezkońcówkowy ekstraktor złogów Dormia wykonany ze stopu niklu i tytanu, stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiar CH1.5 z koszykiem 9 mm lub CH2.2 z koszykiem 11mm - do wyboru. Przeznaczony do giętkiej, półsztywnej i sztywnej ureterorenoskopii. Produkt sterylny.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 60:

Pakiet 19 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje, aby produkt był dostarczany z wodoodpornym złączem ułatwiającym prowadzenie ekstraktora.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie nr 61:

Pakiet 19 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Igły cystoskopowej do iniekcji botoksu, w rozmiarze 22G 5CH, długość ostrza 4 mm z bezpiecznym ogranicznikiem wklucia, długość całkowita 35 cm. Ostrze posiada nasadkę ochronną, redukującą uszkodzenia kanału roboczego cystoskopu. Produkt wyposażony w adapter typu Touhy Borst blokujący igłę w cystoskopie i ułatwiający pozycjonowanie jej. Produkt sterylny, jednorazowego użytku.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62:

Pakiet 23

Poz.4-5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonek polietylenowych w kolorze zielonym.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63:

Pakiet 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego jednorazowego wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze 35g/m².

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64:

Pakiet 25 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wycięcia w bluzie w kształcie litery "V".

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65:

Pakiet 28

Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka typu hełm, ze wstawką pochłaniająca pot, wiązany na troki wokół szyi, wykonany w całości z włókniny perforowanej, paroprzepuszczalnej, zakrywający całą głowę. Opakowanie w formie dyspensera 50 szt.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 66:

Pakiet 28

Poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepka o kroju furażerki, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m², szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS. Opakowanie 100 szt.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67:

Pakiet 30 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na białej włókninie 9,14x25mm, opakowanie = 12szt

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68:

Pakiet 30 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca na tkaninie wiskozowej lub białej bawełnianej tkaninie 9,14m x 25mm, opakowanie = 12szt

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69:

Pakiet 30 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca z porowatej przezroczystej folii 9,14m x 25mm, z klejem akrylowym, na rolce, opakowanie = 12szt.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70:

CZĘŚĆ NR 15

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy trokar 15mm, ze zintegrowaną redukcją 10-15 mm z konwerterem 5 mm. Kaniula o długości 110 mm lub 150mm (długość do wyboru przez zamawiającego) z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, bez możliwości odłączenia uszczelki, pozostałe parametry wg SWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71:

CZĘŚĆ NR 15

Poz. 2 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, jednorazowy trokar optyczny 12mm ze zintegrowaną redukcją 5 – 12 mm, bezostrzowy z separatorem tkanek. Bez

obturatora z uszczelką. Trokar dostępny z żebrowaną kaniulą, dodatkowe uchwyty mocujące trokar do powłok brzusznych. Kaniula o długości 110mm i 150mm (do wyboru przez przy składaniu zamówienia)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72:

Pakiet 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań z wycięciem pod szyją w kształcie V

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73:

Pakiet 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMS

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74:

Pakiet 25, poz. 1

Proszę o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny o gramaturze 35 g/m²

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75:

Pakiet 28, poz. 1

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka wiązanego na troki

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 76:

Pakiet 28, poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka, który w części przedniej posiada wkładkę pochłaniającą pot

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77:

Pakiet 28, poz. 3

Proszę o dopuszczenie czepka typu furażerka pakowanego po 100 sztuk w folię

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78:

Czy Zamawiający w części 12 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Staplery do skóry wraz z zszywkami powlekanymi teflonem. Stapler zapewniający dobrą widoczność brzegów zamykanej rany. Automatyczne podawanie zszywek. Zszywki powlekanie teflonem. Zszywki o wysokim profilu i prostokątnym kształcie. Typ zszywki - szeroka, grzbiet 6,5mm, nóżka - 4,7mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 79:

Czy Zamawiający w części 15 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowy trokar 15mm, bezostrzowy z żebrowaną kaniulą z asymetrycznym rozpychającym końcem, do narzędzi 5 oraz 15mm. Kaniula o długości 110mm z lejkowatym otworem dla łatwiejszego wprowadzenia narzędzi, możliwość odłączenia główki w celu usunięcia preparatu?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 80:

Czy Zamawiający w części 15 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Jednorazowy trokar optyczny 12mm ze zintegrowaną redukcją 5 – 12 mm, bezostrzowy z asymetrycznym rozpychającym końcem. Obturator z uszczelką. Trokar dostępny w dwóch wersjach: z żebrowaną kaniulą lub z balonem i dyskiem mocującym dla narzędzi 10-12mm (do wyboru przez zamawiającego). Kaniula o długości 100mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 81:

Część 2:

Czy zamawiający dopuści zestaw, który był dostarczany w 2021 r w ramach umowy przetargowej do

znieczulenia podpajęczynówkowego o składzie :

- 1 x serweta podfoliowana 75cm x 45cm;
- 1 x serweta podfoliowana 60x50 cm z otworem otoczonym warstwą lepłą z przyklepcami na rogach serwety;
- 1 x pęseta 13 cm;
- 1 x strzykawka 5ml typu Luer lock;
- 1x strzykawka 3 ml,
- 1x igła 1,2x40 mm;
- 1x igła 0,5x25mm;
- 10x kompres włókninowy 7,5x7,5 cm ;
- 1 x opatrunek typu Fixopore S 7,2 x 5cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 82:

Część 3 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie chłonności wody 5s? Chłonność wody \leq 3 s (chyba 3s) jest parametrem typowym tylko dla jednego z producentów i nie wpływa na właściwości użytkowe gipsu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 83:

Część 3 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuszcza opakowanie a2 sztuki?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84:

Część 3 poz. 1-2:

Czy Zamawiający dopuści opaski nawinięte na plastikowa rolkę z otworami? Takie rozwiązanie umożliwia pełne, przez wszystkie jej warstwy namakanie opaski. Przy namaczaniu woda przenika przez zewnętrzne warstwy a dzięki otworom w rolce również przez wewnętrzne warstwy opaski dzięki czemu są równomiernie namoczone i prawidłowo przygotowane do usztywniania

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85:

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści watę higieniczno-kosmetyczną?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86:

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą w opak. a 500 g, z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87:

Część 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT? Parametry minimalne medycznej waty bawełnianej są identyczne lub wyższe, jak w przypadku waty bawełniano - wiskozowej. Pytanie wynika z faktu, iż Zamawiający prowadzi działalność leczniczą w myśl art. 17.1 pkt 2, Ustawy o Działalności Leczniczej, która do realizacji procedur medycznych nakłada obowiązek stosowania wyrobów medycznych, a co za tym idzie Zamawiający powinien oczekiwać zaoferowania wyrobu medycznego, odpowiadającego wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych i dyrektywy UE 93/42 EWG w sprawie wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania na terenie UE.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88:

Część 4 poz. 2

Opaski elastyczne w większości szpitali wykorzystywane są po sterylizacji do zabiegów m.in. artroskopii na bloku operacyjnym.

Czy Zamawiający będzie przeznaczał opaski do sterylizacji?

Czy Zamawiający oczekuje załączenia do oferty karty danych technicznych opasek potwierdzającej, że nie zmieniają po sterylizacji swoich właściwości tj. nie żółkną i nie tracą elastyczności?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający będzie przeznaczał opaski do sterylizacji. Zamawiający wymaga przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 89:

Część 4 poz. 3,4

Zamawiający informuje o tym, że kompresy będą wprowadzane w części lub całości do organizmu ludzkiego przez otwory ciała lub jego powierzchnie. Prosimy o potwierdzenie, że oznacza to, że Zamawiający oczekuje kompresów zarejestrowanych w kl. II a Reg. 7, a więc do zastosowania inwazyjnego, tam gdzie jest przerwana ciągłość skóry?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90:

Część 4 poz. 3-7

Aktualną wytyczną dotyczącą opatrunków gazowych jest norma PN-EN 14079 która jest zharmonizowana z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC zgodnie z którą masa powierzchniowa gazy 13 nitkowej wynosiła 17g/m² a w przypadku gazy 17 nitkowej wynosiła 23 g/m². Czy Zamawiający ma na myśli wyroby zgodne z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC a więc z normą norma PN-EN 14079?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91:

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga, aby wata celulozowa posiadała wysoką chłonność wody min. 12g/g (co zostanie potwierdzone kartą danych technicznych dołączoną do oferty)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92:

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga, aby wata celulozowa była pakowana w opakowaniu foliowym zapobiegającym zawilgoceniu (co zostanie potwierdzone próbką produktu wysłaną na wezwanie Zamawiającego)?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93:

Część 4 poz. 8

Czy Zamawiający wymaga ligniny bielonej, która jest wyrobem medycznym, posiadającą 8% stawkę podatku VAT?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94:

Pakiet 6:

Na rynku pojawiły się opaski wiskozowe dziane z domieszką poliestru. Opaki z zawartością poliestru mogą powodować podrażnienia przy bezpośrednim kontakcie ze skórą oraz nie są opaskami, które można sterylizować. Czy w związku z tym Zamawiający oczekuje zaoferowania opasek takich jakich szpital używał dotychczas tj. z wiskozy 100%? Czy na potwierdzenie tego wymogu Zamawiający oczekuje dołączenia kart danych technicznych?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95:

Pakiet 25:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie bluz z wycięciem przy szyi w szpic?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96:

Pakiet 25:

Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS, SMMS i SMMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach powstają wyroby wysokobarierowe, a różnica między nimi wynika z gramatury włókniny, a nie z przebiegu samego procesu.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97:

Pakiet 25:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ubrań z włókniny o paroprzepuszczalności min. 4547g/m² x 24h? Na rynku pojawiły się ubrania z włókniny która jest stosowana do produkcji serwet, a więc włókniny która ze względu na brak przepuszczalności powietrza nie nadają się do używania jako ubrania chirurgiczne.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98:

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do zakładania szwów ze znieczuleniem który jest kupowany przez

większość szpitali w kraju .Skład zestawu:

- 1x kleszczyki plastikowe 13cm
- 1x pęseta anatomiczna metalowa 12,5 cm;
- 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer) wielkość śliwki,;
- 1x igłotrzymacz 13cm;
- 1x nożyczki metalowe ostro/ostre 11cm;
- 1x strzykawka typuLuer-10ml (zapakowana);
- 1x igła 1,2x40mm 18Gx1 1/2 kolor(zapakowana);
- 1x igła 0,8x40mm,21Gx1 1/2 kolor (zapakowana);
- 1x serweta włókninowa, 75x45cm(barierowa) z otworem 8cm
- 1x serweta włókninowa nieprzylepna 60x50cm (barierowa).

Wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku, opakowanie typu twarde blister

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 99:

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do zakładania szwów ze znieczuleniem który jest kupowany przez

większość szpitali w kraju .Skład zestawu:

- 1x kleszczyki plastikowe 13cm;
- 1x pęseta chirurgiczna metalowa 12,5cm;
- 10 x kompres z gazy 8w w roz.7,5x7,5 cm ;
- 1x igłotrzymacz 13cm;
- 1x nożyczki metalowe zagięte , tepo-tepe 14,5 cm; - 1x strzykawka typu Luer-10ml (zapakowana);
- 1x igła 1,2x40mm 18Gx1 1/2 kolor(zapakowana);
- 1x igła 0,8x40mm, 21Gx1 1/2 kolor (zapakowana);
- 1x serweta włókninowa, 60x50cm (barierowa z przylepnym otworem8x6 cm)
- 1x serweta włókninowa nieprzylepna 60x50cm (barierowa).

Wszystkie elementy zestawu jednorazowego użytku, opakowanie podobnie jak kupowany przez Zamawiającego zestaw do wkłucia podpajęczynówkowego typu torebka papierowo foliowa.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100:

Zapytania dot. umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w §7 ust. 1 do 3%wartości niezrealizowanej części umowy?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 101:

Zapytania dot. umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w §7 ust. 2,3,4 do wysokości 0,1% wartości zamówionej partii?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.05.2022 r.