



Słupsk, dnia 30.05.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: „Dostawa zestawów do dializy otrzewnowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.”- nr postępowania 39/PN/2022

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Czy ze względu na brak dostępności produktu Opticap w części 3 pozycja 3, Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie zabezpieczenia linii pacjenta w postaci korka Flexicap, który w połączeniu z korkiem Minicap stanowi odpowiednik Opticap?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Dot. Część nr 5

Ze względu na zaprzestanie wytwarzania opatrunków do hemodializy ze spongostanem przez ich producenta, prosimy o wykreślenie z Części nr 5 pozycji nr 7 lub wydzielenie z Części nr 5 pozycji nr 7 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie oferty na pozostałe pozycje.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że w takiej sytuacji należy wycenić według ostatniej ceny zakupu z adnotacją – koniec produkcji.

Pytanie nr 3:

Dot. Część nr 5

Czy w części nr 5 w pozycji nr 4 i 5 Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 16G i 17G (odpowiednio rozmiary 1,6 mm i 1,5 mm)? W opisie wystąpił błąd gdyż igły w rozmiarze 1,7 mm na rynku nie występują. Rozmiar 17G oznacza 1,5 mm.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że wystąpił błąd pisarski. Zamawiający wymaga igieł w rozmiarze 1,6 mm oraz 1,5 mm zgodnie z modyfikacją z dnia 30.05.2022r.

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający celem uzyskania konkurencyjnej oferty zgodzi się na składanie ofert częściowych na każdą pozycję w danym pakiecie oddzielnie?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 5:

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie numer 6 dopuści dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 6:

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie numer 6 poz. 1 dopuści dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 1,6 m²?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 7:

Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w pakiecie numer 6 poz. 1 dopuści dializatory niskoprzepływowe z błony polieterosulfonowej (PES), sterylizowane radiacyjnie, o powierzchni 1,4 m²?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 8:

Zmienić §2 ust. 2 Umowy powierzenia poprzez sprecyzowanie umowy, która wyznaczać cel podejmowanych czynności objętych powierzeniem, np. co najmniej poprzez wskazanie numeru konkretnej umowy głównej:

„2. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy nr”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadził stosowne zmiany do wzoru umowy RODO.

Pytanie nr 9:

Zmienić zasady dotyczące dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych poprzez wykorzystanie modelu „ogólnej uprzedniej zgody” (dopuszczalnym modelem zgodnie z art. 28 ust. 2 RODO) poprzez zmianę §5 ust. 1 Umowy powierzenia nadając mu nową treść:

„1. Podmiot przetwarzający ma ogólną zgodę Administratora na korzystanie z usług podmiotów podprzetwarzających wpisanych do uzgodnionego wykazu. Podmiot przetwarzający informuje Administratora na piśmie o wszelkich zamierzonych zmianach w tym wykazie polegających na dodaniu lub zastąpieniu podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, dając tym samym Administratorowi wystarczająco dużo czasu na wyrażenie sprzeciwu wobec takich zmian przed rozpoczęciem korzystania z usług danego podmiotu podprzetwarzającego (podmiotów podprzetwarzających). Podmiot przetwarzający przekazuje Administratorowi niezbędne informacje umożliwiające mu skorzystanie z prawa sprzeciwu.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadził stosowne zmiany do wzoru umowy RODO.

Pytanie nr 10:

Zmienić zasady dotyczące przekazywania danych osobowych lub umożliwiania dostępu do danych podmiotom z państw trzecich, poprzez zmianę §5 ust. 5, nadając mu nową treść:

„5. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. Za pisemne polecenie Administratora uznaje się w szczególności brak zgłoszenia sprzeciwu wobec poprawnie zgłoszonego Administratorowi podprzetwarzającego, zgodnie z ust. 1.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadził stosowne zmiany do wzoru umowy RODO.

Pytanie nr 10:

Zgodnie z motywem 26 RODO „Zasady ochrony danych nie powinny więc mieć zastosowania do informacji anonimowych, czyli informacji, które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną, ani do danych osobowych zanonimizowanych w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować. Niniejsze rozporządzenie nie dotyczy więc przetwarzania takich anonimowych informacji, w tym przetwarzania do celów statystycznych lub naukowych”. Wykonawca opracował i wdrożył metody anonimizacji danych przetwarzanych w systemie. Wykonawca w czasie świadczenia usług oraz po ich zakończeniu dokonuje anonimizacji kopii danych, dla wykorzystania takich danych anonimowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz prowadzenia analiz i rozwoju poziomu świadczonych usług. Czy dla uniknięcia niejasności Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych poprzez wprowadzenie nowego ustępu 3 w treści poniżej?

„3. Strony postanawiają, że Podmiot przetwarzający zanonimizuje dane osobowe, co oznacza, że wszystkie identyfikatory osobowe zostaną trwale usunięte (w taki sposób, że nie będą one przechowywane i nie będą one mogły być odzyskane) („Dane zanonimizowane”). Po przekształceniu danych osobowych w Dane zanonimizowane, dane te nie podlegają już warunkom niniejszej umowy.”

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadził stosowne zmiany do wzoru umowy RODO.

Pytanie nr 10:

Ponadto, zwracamy uwagę, że w treści Umowy powierzenia (§6 ust. 2) stosowana jest już nieaktualna nazwa organu nadzorczego „Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych”. Rekomendujemy zmianę/aktualizację na „Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych”.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający wprowadził stosowne zmiany do wzoru umowy RODO.

Ponadto:

Zamawiający informuje, że działając na podstawie **art. 137 ust. 1 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych dokonuje odpowiednio zmiany treści SWZ i przedłuża termin składania ofert.

Zmianie ulega **Instrukcja dla Wykonawców** w zakresie: pkt. 7.1-3 Podstawy wykluczenia, 9.1.3) Wykaz podmiotowych środków dowodowych, 13.7 – 13.8 Opis sposobu przygotowania oferty oraz 13.15.6. Zamawiający dodał **załącznik nr 3** (zmiana w pkt 25 IDW), tj. Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia dotyczących przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie.

Zmianie ulega **Formularz asortymentowo – ilościowy w części nr 5** w pozycji nr 4-5 w zakresie: zmiany rozmiaru igieł ze średnicy 1,6 mm i 1,7 mm na rozmiar igieł o średnicy 1,6 mm oraz 1,5mm.

Zmianie ulega **umowa RODO**.

Załączniki

1. IDW
2. Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo – ilościowy dla części nr 5
3. Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia dotyczących przepisów sankcyjnych związanych z wojną w Ukrainie.
4. Umowa RODO

Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **07.06.2022 r. do godz. 09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **07.06.2022 r. o godz. 11:00**.

Zmianie ulega pkt 16 i 17 Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega pkt 12.1 Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą **jest 04.09.2022 r.**

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Powyzsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 30.05.2022r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak