



Słupsk, dnia 09.06.2022 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych - nr postępowania 55/TP/2022.**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający w części 2 pozycji 15 dopuści podłoże selektywne do izolacji i identyfikacji dermatofitów o następującym składzie: pepton mykologiczny 10,0 g/l, glukoza 20,0 g/l, chloramfenikol 0,05 g/l, cyklohesymid (aktidion) 0,4 g/l, agar 14,5 g/l?

**Odp.: Zamawiający nie dopuszcza.**

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z części 2 poz. 16 Uzasadnienie: Wydzielenie w/w pozycji zwiększy konkurencyjność ofert oraz pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów.

**Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający w części 2 odstąpi od wymogu, aby producent podłoży mikrobiologicznych posiadał certyfikat ISO 17025?

Uzasadnienie: Jeżeli chodzi o wyroby medyczne producent powinien posiadać certyfikat ISO13485. ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.

**Odp.: Nie.**

4. **Dotyczy załącznika nr 2 Formularz asortymentowo ilościowy Część 4**

Czy Zamawiający dopuści jako przedmiot zamówienia taśmę o poniższych parametrach:

1. Taśma pokryta żywicą aktywowana przy pomocy ksylenu.
2. Celulozowy nośnik tri acetonowy.
3. Taśma pozwala na bez klejowe nakrywanie preparatów.
4. Wykorzystanie taśmy w zaklejarce Tissue-Tek Coverslipper Sakura pozwala na bez bąbelkowe zaklejanie preparatów.
5. rolka w wymiarach 70m x 5cm, grubość poniżej 0,8mm
6. przejrzystość identyczna z przejrzystością szkła I klasy hydrofobowej
7. umożliwiająca kompatybilny odczyt i weryfikację poprzez system kodowania i identyfikacji preparatów, będący integralną częścią używanego zestawu

8. brak odblasku podczas oświetlania szkiełka, ułatwiający skanowanie preparatów
9. posiadana dokumentacja badań archiwizacji preparatów zaklejonych taśmą przez okres min. 15 lat

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

5. Dot. CZĘŚĆ I – Instrukcja dla Wykonawców pkt 14 Zawartość oferty pkt 3.4: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu by dołączone karty katalogowe/foldery zawierały zdjęcie (rysunek) oferowanych produktów?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza by dołączone do oferty karty katalogowe/foldery nie zawierały zdjęć (rysunków) oferowanych produktów.**

6. Dot. załącznika nr 2 Wymagania dla podłoża: Czy Zamawiający wyrazi zgodę i uzna za spełnienie warunku udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się certyfikaty jakości oraz ulotki?

Uzasadnienie: W ofercie Wykonawca przedstawi adres strony internetowej, na której będą znajdowały się instrukcje wykonania testów/ulotki informacyjne oraz karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w języku polskim, deklaracje zgodności oraz aktualne certyfikaty kontroli jakości do danych serii odczynników, dostępne bezpłatnie dla Zamawiającego całodobowo.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

7. Dot. załącznika nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie formularza o kolumnę zawierającą liczbę oferowanych opakowań oraz wyrazi zgodę na wycenę oferty według pełnych opakowań?

Uzasadnienie: W ten sposób skalkulowana oferta przedstawi realne koszty jakie Zamawiający poniesie na etapie realizacji Zamówienia.

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

8. Dot. załącznika nr 2: Jeżeli nie, Czy Zamawiający zgodzi się na rozszerzenie tabeli asortymentowo-cenowej o kolumnę z ceną netto za opakowanie, z racji tego, że na fakturze podawana jest cena netto za opakowanie?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

9. Dotyczy część nr 2, Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Punkt 3, 12, 13, 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów konfekcjonowanych po 20 szt. w opakowaniu? Jeśli tak to czy Zamawiający wyrazi zgodę zaokrąglenie ilości do góry i na zaoferowanie odpowiednio 160, 260, 760, 180 sztuk podłoża?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

10. Dotyczy część nr 2, Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Punkt 9: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków podłoża równoważnego do wymaganego, ale zawierającego w składzie wit. K3 zamiast K1?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

11. Dotyczy część nr 2, Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Punkt 10: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków podłoża równoważnego do wymaganego

o następującym składzie: Pepton sojowy, Cykloheksymid, Gentamycyna, Dekstroza, Czerwień fenolowa, Agar, woda oczyszczona?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

12. Dotyczy część nr 2, Załącznik nr 2 do SWZ, Formularz asortymentowo-cenowy, Punkt 12: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków podłoża służącego do: wybiórczej izolacji drożdżaków, identyfikacji gatunku *C. albicans*, wstępnego różnicowania grupy gatunków obejmującej *C. tropicalis*, *C. lusitaniae* i *C. kefyr*?

**Odp.: Zamawiający dopuszcza.**

13. §3ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 dni roboczych?

**Odp.: Nie.**

14. §5 ust. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności dla podłoż na płytach z krwią – min. 4 – 5 tygodnie, dla podłoż na płytach bez krwi oraz podłoż chromogennych – min. 4 - 8 tygodni oraz dla pozostałych produktów 4-6 miesięcy od daty pojedynczej dostawy?

Uzasadnienie: Ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników - nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

**Odp.: Tak.**

**Powyzsza informacja zostala zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania w dniu 09.06.2022 r.**

**KIEROWNIK**  
**Działu Zakupów i Zamówień Publicznych**  
**Piotr Feszak**