



Słupsk, dnia 12.07.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa materiałów do sterylizacji”- nr postępowania 60/TP/2022

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści tuffery kule w rozmiarze 15x15cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Część 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści tuffery kule w rozmiarze 20x20cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:

Część 6, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'250szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4:

Część nr 1, poz. 1,2,3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów sklasyfikowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Wyroby sklasyfikowane w klasie I reguła 4 są nieinwazyjnymi wyrobami medycznymi, których zastosowanie zgodnie z klasyfikacją wyrobów medycznych nie dopuszcza do kontaktu np. z:

- błoną śluzową jamy ustnej,
- błoną śluzową oka,
- błoną śluzową jamy nosowej
- przewodem słuchowym ucha zewnętrznego.

Wykorzystanie produktów do kontaktu z wymienionymi przykładami w ograniczonym zakresie dopuszcza dopiero reguła 5 klasyfikacji wyrobów medycznych, opisana w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Zatem, na podstawie przytoczonej regulacji prawnej, nie wolno stosować wyrobów z klasy I reguła 4 w procedurach takich, jak np. pobranie wymazu bądź zaopatrywanie uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej, oka, jamy nosowej lub przewodu słuchowego ucha zewnętrznego.

W znaczeniu prawnym kompresy sklasyfikowane w klasie I reguła 4 mogą być użyte wyłącznie jako bariera mechaniczna, do ucisku lub do absorpcji wysięków i nie można używać ich we wskazanych przykładach. Aktualny opis dopuszcza zaoferowanie wyrobów w klasie I reguła 4, tj. tylko do powierzchniowego użycia i kontaktu ze skórą.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 5:

Część nr 1, poz. 5,6,7: Wymagany w powyższych pozycjach asortyment to wyroby z gazy, które są stosowane inwazyjnie podczas zabiegów operacyjnych, podobnie jak kompresy z poz. 1,2,3. Czy Zamawiający wymaga, aby asortyment z poz. 4,5,6 zarejestrowany był jako wyrób inwazyjny tj. w kl. II A reg7 i zgodny z normą EN 14079, podobnie jak kompresy z pozycji 1,2,3?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 6:

Część nr 1, poz. 6: Obecnie Zamawiający kupuje tufery które są zwijane z gazy o wykroju 30cmx30 cm? Czy Zamawiający dopuści tufery które są zwijane z gazy o wykroju 30x30 cm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Część 2: Prosimy o usunięcie zapisu pod tabelą dot. papieru krepowanego, ponieważ nie jest on ujęty w pakiecie.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że popełnił błąd pisarski i wykreśla wymagania dot. papieru krepowanego zgodnie z modyfikacją formularza asortymentowo ilościowego z dnia 12.07.2022r.

Pytanie nr 8:

Część 2: Czy Zamawiający dopuści torebki oraz rękawy o parametrach dla papiery wyższych od wymagań zamawiającego tj. wytrzymałość na rozdarcie na sucho wzdłużnie 6,40 Kn/m, poprzecznie 3,40 Kn/m; wytrzymałość na rozciąganie na mokro wzdłużnie 2,10 Kn/m, poprzecznie 1,1 Kn/m? Pozostałe zgodnie z wymogami.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (pakiet 5, poz. 15)

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu spełniającego opis SIWZ w opakowaniach 85 gram, z odpowiednim przeliczeniem ilości

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (pytanie ogólne)

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej dot. parametrów wymaganych do poz. 23, 24, 25-30 oraz 31,32 w części nr 5, które powinny dotyczyć asortymentu w części nr 9?

Zwracamy się również z prośbą o poprawienie omyłki dot. pozycji pozostałych numerów parametrów wymaganych w części 5.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że popełnił błąd pisarski w powyższym zakresie. Wymagane parametry do poz. 23, 24, 25-30 oraz 31, 32 zostały wykreślone, jednocześnie wymagania dotyczące papieru krepowanego oraz włókniny zostały zawarte w części nr 9 zgodnie z modyfikacją formularza asortymentowo ilościowego z dnia 12.07.2022r.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający zmienia Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 2, 5 i 9. Zgodnie z

art. 286 ust. 7 Ustawy Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **19.07.2022 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **19.07.2022 roku** o godz. **11:00**. Zmianie ulega **pkt 17 i 18** Instrukcji dla Wykonawców. Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą **jest 17.08.2022r.**

Powyzsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 12.07.2022r.


KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak