



Słupsk, dnia 18.07.2022 r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: Dostawa odczynników mikrobiologicznych i chemicznych oraz pojemników na odpady medyczne – postępowanie nr 61/TP/2022

Na podstawie. **284 ust. 6** – tryb podstawowy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie nr 1:

Część 10 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: średnica górna 230mm, średnica dolna 200mm, wysokość 130mm, otwór wrzutowy 90mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami.

Pytanie nr 2:

Część 10 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: średnica górna 230mm, średnica dolna 200mm, wysokość 190mm, otwór wrzutowy 90mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami.

Pytanie nr 3:

Część 10 pozycja 3


Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: średnica górna 280mm, średnica dolna 235mm, wysokość 245mm, otwór wrzutowy 90mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami.

Pytanie nr 4:

Część 10 pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7L o wymiarach: średnica górna 109mm, średnica dolna 93mm, wysokość 97mm o otworze wrzutowym w kształcie zaoblonego trójkąta o wys. 70mm jak na zdjęciu?



Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami.

Pytanie nr 5:

Część 10 pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 1 litra o średnicy spodu – 92,5mm, góry – 109mm, wysokości 140mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na poniższym zdjęciu?




Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami.

Pytanie nr 6:

Część 10 pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników na odpady o pojemności 2 litrów o wysokości 246mm, z otworem wrzutowym w kształcie zaokrąglonego trójkąta o wysokości 70mm jak na poniższym zdjęciu?



Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami.

Pytanie nr 7:

Część 10 pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: średnica górna 120mm, średnica dolna 105mm, wysokość 220mm, otwór wrzutowy 90mm?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami.

Pytanie nr 8:

Część 10 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wymiarach: średnica górna 390mm, średnica dolna 322mm, wysokość 322mm, otwór wrzutowy 75mm lub z pokrywą pełną?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza z pozostałymi wymaganiami.

Pytanie nr 9:

PYTANIE 1 – część 10, pozycja 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 10, pozycja 2 pojemników o pojemności 5L, wysokości 210 mm, średnica górna 240 mm, średnica dolna 195 mm, reszta zgodna z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

PYTANIE 2 – część 10, pozycja 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 10, pozycja 3 pojemników o pojemności 10L, wysokości 300 mm, średnica górna 240 mm, średnica dolna 200 mm, reszta zgodna z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11:

PYTANIE 3 – część 10, pozycja 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 10, pozycja 5 pojemników o pojemności 0,7L, wysokości 115 mm, średnica górna 140 mm, średnica dolna 102 mm, reszta zgodna z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 12:

PYTANIE 4 – część 9

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o stawce VAT 23%? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13:

PYTANIE 5 – część 9, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 9, pozycja 4 pojemników o następujących wymiarach: średnica górna (wewnętrzna) 290,8 mm, średnica górna (z kołnierzem, zewnętrzna) 307,5 mm, średnica dolna (zewnętrzna) 256,8 mm, wysokość 316, pojemność (do krawędzi) 17650 ml.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14:

PYTANIE 6 – część 9, poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w części 9, pozycja 4 pojemników o następujących wymiarach: średnica górna (wewnętrzna) 310,2 mm, średnica górna (z kołnierzem, zewnętrzna) 326 mm, średnica dolna (zewnętrzna) 282 mm, wysokość 320, pojemność (do krawędzi) 21100 ml.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 15:

Dotyczy Części nr 1, poz. 1 Formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 2):

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, czy w poz. 1 nie nastąpiła omyłka pisarska i czy prawidłowy opis powinien brzmieć „Zestaw do ilościowej i jakościowej oceny komórek CD34 z certyfikatem CE IVD, kompatybilny z aparatem BD FACSLytic. Zestaw zawiera próbki do określenia bezwzględnej liczby komórek, odczynniki CD45 FITC/CD34, 7-AAD, roztwór chlorku amonu do lizy-Stem Cell Enumeration Kit. Zestaw – 50 testów.

Odp. Zamawiającego: Tak Zamawiający potwierdza że doszło do omyłki pisarskiej. Zmodyfikowany formularz asortymentowo – ilościowy dla części nr 1 stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 16:

Dotyczy Części nr 1, poz. 3 Formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 2):

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, czy w poz. 3 nie nastąpiła omyłka pisarska i czy prawidłowy opis powinien brzmieć „Zestaw kontrolny komórek macierzystych (....)?”

Odp. Zamawiającego: Tak Zamawiający potwierdza że doszło do omyłki pisarskiej. Zmodyfikowany formularz asortymentowo – ilościowy dla części nr 1 stanowi załącznik do odpowiedzi na pytania.

Pytanie nr 17:

Dotyczy Części nr 3, poz. 10 Formularza asortymentowo – cenowego (Załącznik nr 2) - Igły motylkowe ze zintegrowanym elementem przeciwzakłuciowym aktywowanym bezpośrednio w naczyniu żylnym i wycofaniu igły do korpusu 21G(0,8 mm) lub 23 G (0,6 mm) o długości wężyka 300– 305 mm wraz z uchwytem dedykowana do pobrań krwi na posiew do butelek BD Bactec . Zestaw sterylny, pakowany jednostkowo, gotowy do użycia bez zbędnej manipulacji a tym samym możliwości przypadkowej kontaminacji. Op. a' 25 szt.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tych produktów w opakowaniach konfekcjonowanych po 20 szt.?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Dotyczy §5 ust. 1 wzoru umowy dostawy oraz formularza ofertowego pkt. 2 c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na okres przydatności do użycia minimum 6 miesięczny w zakresie Części nr 3, 7?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Dotyczy §6 ust. 2 wzoru umowy dostawy oraz formularza ofertowego pkt. 2 b:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie terminu płatności wynoszącego 60 dni.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 20:

Dotyczy §8 ust. 3 wzoru umowy dostawy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy przetargowej.

Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego prosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes Zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odp. Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Ponadto:

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający dodaje w części nr 3 w Formularzu asortymentowo-ilościowym stanowiącym załącznik nr 2 do IDW pozycję 11 *Dzierżawa dodatkowego modułu inkubacyjnego na 200*

miejsc pomiarowych kompatybilnego z systemem, który jest własnością szpitala. Zamawiający dodaje Wzór umowy dzierżawy dla części nr 3. Zgodnie z **art. 286 ust. 7 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.

Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **26.07.2022 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **26.07.2022 roku** o godz. **11:00**. Zmianie ulega **pkt 17 i 18** Instrukcji dla Wykonawców. Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą, **jest** 24.08.2022r.

Załączniki:

Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-ilościowy dla części nr 1 oraz 3.
Wzór umowy dzierżawy dla części nr 3.

Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 18.07.2022r.

KIEROWNIK
Działu Zakupów i Zamówień Publicznych
Piotr Feszak