



Słupsk, dnia 04.08.2022 r.

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, pn.: „Dostawa sprzętu i akcesoriów oraz dzierżawa aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji.”- nr postępowania 67/TP/2022**

Na podstawie **art. 284 ust. 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej „Ustawa”) Zamawiający udostępnia treść zapytań dotyczących zapisów specyfikacji warunków zamówienia (dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

**Pytanie nr 1:**

**(część 3, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści gaz nie zawierający igieł?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 2:**

**(część 4, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści kaniulę 23G?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 3:**

**(część 4, poz. 2)**

Czy Zamawiający dopuści metylocelulozę o masie cząsteczkowej 979000D, lepkości 10 000-20 000 mPas, pH 6,8- 7,4?

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 4:**

**Dotyczy części nr 4 poz. 1**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie roztworu fizjologicznego w plastikowych butelkach. Pozostałe wymagania zgodne Z SWZ.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 5:**

**Dotyczy części nr 4 poz. 2**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie metylocelulozy o stężeniu 2%, o masie cząsteczkowej 80 000 Daltonów, lepkości 4500-9500 mPas, pH 6.8-7.6, pojemność ampułko-strzykawka 2 ml z załączoną kaniulą 23G.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.***

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 gazy okulistyczne w pojemniku wielokrotnego użytku 75 ml, pozostałe parametry bez zmian?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 4 poz 2 hydroksypropylometylocelulozę o następujących parametrach:

- 2.4 % roztwór hydroksypropylometyloceluloz, lepkość (5s1): 7000 mPas, masa czasteczkowa 500 000 DA Osmolarność 255-305 mOsmol/l, pH 6,8-7,6, opakowanie: ampułkostrzykawka 2,3 ml z kaniulą.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

**Pytanie nr 8:**

**Pytanie 1 dotyczy . Część 1 poz. 2, 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie możliwości złożenia oferty oraz dostawy zestawów operacyjnych opisanych w części 1 poz. 2, 3= z terminem ważności **nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności (tj. z terminem ważności nie krótszym niż 9 miesięcy).**

Dostarczenie Zamawiającemu przedmiotu umowy z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy w przypadku zestawów, dla których nominalny termin ważności (od momentu zakończenia sterylizacji do końca okresu ważności zestawu) wynosi 12 miesięcy nie jest możliwe do realizacji. Wyroby medyczne stanowiące przedmiot zamówienia produkowane są poza granicami kraju i z uwagi na transport oraz inne względy logistyczne spełnienie powyższego wymogu nie możliwe. Dlatego bardzo proszę jak we wstępie.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza w Części nr 1 poz. 2 i 3 asortyment z terminem ważności nie krótszym niż 3/4 nominalnego okresu ważności.**

**Pytanie nr 9:**

**Pytanie 2, dot. opis przedmiotu zamówienia część 1, dzierżawa aparatu, warunki gwarancji:**

Czy Zamawiający zgodzi się na: czas reakcji serwisu **do 24 godzin roboczych** od zgłoszenia awarii (zamiast: Czas reakcji serwisu – do 60 min. od chwili zgłoszenia).

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 10:**

**Pytanie 3, dot. opis przedmiotu zamówienia część 1, dzierżawa aparatu, warunki gwarancji:**

Czy Zamawiający zgodzi się na: Czas przystąpienia do naprawy **do 48 godzin roboczych**, przy utrzymaniu czasu naprawy nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych (zamiast Czas przystąpienia do naprawy – do 24 godz. od chwili zgłoszenia)

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 11:**

**Pytanie 4, dot. opis przedmiotu zamówienia część 1, dzierżawa aparatu, warunki gwarancji:**

Czy Zamawiający zgodzi się na: Możliwość zgłaszania awarii faxem/ mail'em przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz przez kontakt telefoniczny w godzinach roboczych przez 5 dni w tygodniu (zamiast: Dostępność serwisu – ciągła, przez cały czas

trwania umowy -możliwość zgłaszania awarii przez 24 godz. / dobę, 7 dni w tygodniu ( także w dni ustawowo wolne od pracy ).

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 12:**

**Pytanie 5, dot. części 1, dzierżawa aparatu:**

Czy Zamawiający dopuści aparat używany o roku produkcji 2016 , przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.**

**Pytanie nr 13:**

**Pytania odnośnie do treści projektu umowy zawartego w SWZ**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu: „Zamawiający zastrzega, że minimalny poziom zamówienia wyniesie **80% wartości netto zamówienia i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację zamówień.**”?

**Uzasadnienie:**

- Wykonawca prosi o podniesienie gwarantowanego poziomu zamówień do 80%. Niższa wielkość stawia pod znakiem zapytania opłacalność przedsięwzięcia i uniemożliwia Wykonawcy rzetelną ocenę ryzyka oraz skalkulowanie oferty jak najkorzystniejszej dla obu stron;
- Zgodnie z art. 28 ustawy PZP to wartość netto określa wartość zamówienia, Wykonawca prosi więc, aby minimalny poziom zamówień odnosił się do tej wartości;

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ**

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 5 ust. 5-6 projektu umowy w następującym brzmieniu: „5. Jeżeli podczas odbioru lub pierwszego użycia okaże się, że wadliwe są części składowe lub cały dostarczony przedmiot zamówienia, to odpowiednio, wadliwe części składowe przedmiotu zamówienia lub cały przedmiot zamówienia podlega wymianie na wolny od wad w terminie 5 dni roboczych **licząc od:**

- a) Zgłoszenia reklamacji – w przypadku wad ilościowych,
- b) Dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej.

6. Jeżeli Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych od dnia:

- a) otrzymania zawiadomienia o wadach ilościowych lub
- b) Dostarczenia Wykonawcy reklamowanych wyrobów – w przypadku reklamacji jakościowej

- nie powiadomi Zamawiającego o sposobie załatwienia reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uwzględniona.”?

**Uzasadnienie:**

Wykonawca nie może odnieść się do reklamacji jakościowej bez naocznego zbadania reklamowanych wyrobów, zasadnym jest więc, aby termin na jej rozpatrzenie biegł od dnia dostarczenia mu reklamowanych towarów. Ponadto Wykonawca uważa, że dostarczenie reklamowanych towarów powinno być obowiązkiem Zamawiającego.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 3 umowy w następującym brzmieniu: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości **1% miesięcznego** czynszu dzierżawnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie i zainstalowaniu przedmiotu dzierżawy.”?

**Uzasadnienie:**

Wykonawca prosi o obniżenie kary umowne z zwłokę w dostawie aparatu do 1% i doprecyzowanie, że podstawą naliczenia kary umownej jest miesięczny czynsz

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §7 ust. 6 i 7 umowy w następującym brzmieniu: „6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekraczać 10 % wartości umowy, a w przypadku danej zwłoki **10% wartości towarów, których dotyczy zwłoka lub 10% wartości miesięcznego czynszu, jeśli zwłoka dotyczy przedmiotu dzierżawy.**

7. Wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1-5 powyżej oblicza się od wartości **netto.**”?

**Uzasadnienie:**

- W ocenie Wykonawcy górny limit naliczania kar umownych powinien być ustanowiony dodatkowo osobno dla każdego uchybienia, tj. każdej zwłoki w dostawie, realizacji zobowiązań gwarancyjnych oraz dostawy przedmiotu dzierżawy. W przeciwnym wypadku jedno dłuższe uchybienie po stronie Wykonawcy mogłoby skutkować naliczeniem kary umownej przekraczającej wartość danego pojedynczego świadczenia;
- Jak już wskazano, to wartość netto określa wysokość zobowiązania, dlatego Wykonawca prosi, aby kary umowne naliczać w oparciu o wartość netto zamówienia;

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie § 7 ust. 10 umowy w następującym brzmieniu: „Za niewykonanie umowy strony uważają **trzykrotne, powstałe z wyłącznej winy Wykonawcy, niedostarczenie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, trzykrotne dostarczenie go z wadami uniemożliwiającymi prawidłowe użytkowanie lub w niekompletnym stanie.**”?

**Uzasadnienie:**

Za niewykonanie umowy nie powinno być uważane już pierwsze uchybienie polegające na zwłoce w dostawie lub dostarczeniu wyrobów wadliwych. Wykonawca uważa, że należy dopuścić po dwa uchybienia każdego rodzaju, a dopiero trzecie może być uważane za niewykonanie umowy wraz z wszelkimi tego konsekwencjami.

***Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.***

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §8 ust. 3 pkt 2) umowy kolejnego zdania w następującym brzmieniu: „**Aktualna stawka VAT będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy.**”?

**Uzasadnienie:**

Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług aktualna stawka będzie stosowana automatycznie bez konieczności zawierania aneksu do umowy. Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką VAT.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do umowy kolejnego paragrafu w następującym brzmieniu: „**1. Dopuszcza się zmianę postanowień umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia w momencie zawierania umowy okoliczności będących następstwem wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, bądź innej epidemii. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19 bądź innej epidemii, pod warunkiem, że bez zbędnej zwłoki poinformuje Zamawiającego o ww. okolicznościach i ich wpływie na brak możliwości wykonania lub brak możliwości należytego wykonania umowy oraz że niezwłocznie po ustąpieniu ww. okoliczności podejmie się wykonywania/należytego wykonywania umowy.**

**2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wzrostu cen kosztów wykonania przedmiotu niniejszej umowy wskutek okoliczności związanych z sytuacją polityczną, a w szczególności bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wynikającego ze zmiany kursów walut, ograniczenia lub braku dostępności niektórych towarów wobec ograniczeń importu/eksportu, podwyżki cen prądu lub gazu, wzrostu cen paliwa, wzrostu cen usług transportowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, w stosunku do podwyżki kosztów realizacji umowy. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, wprowadzona zostanie na wniosek Wykonawcy, zawierający uzasadnienie, na podstawie zawartego przez Strony aneksu do umowy.”?**

**Uzasadnienie:**

- W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i związanymi z nią możliwymi utrudnieniami na rynku, Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie, iż nie ponosi on odpowiedzialności za uchybienia obowiązkom umownym, które stanowią konsekwencję epidemii wirusa SARS-CoV-2 lub innej epidemii (jeśli taka wystąpi). Z uwagi na to, że epidemia SARS-CoV-2 trwa już ponad dwa lata, trudno uznać ją za przejaw działania siły wyższej, a więc konieczne jest szczegółowe ujęcie tego zagadnienia w umowie;
- Umowa powinna przewidywać możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wskutek niemożliwych do przewidzenia sytuacji politycznych lub gospodarczych nastąpi zmiana otoczenia gospodarczego, której działający z należytą starannością Wykonawca nie mógł przewidzieć. Wykonawca powinien mieć prawo waloryzacji wynagrodzenia w przypadku gwałtownych zmian cen surowców, mediów, zerwanych łańcuchów dostaw, wprowadzanych przez władze zakazów lub ograniczeń obrotu towarami lub materiałami, które mają wpływ na realizację zamówienia.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Pytanie nr 20:**

**Istotne postanowienia umowy dzierżawy**

Czy Zamawiający może doprecyzować §3 ust. 7 umowy i wskazać, **ilu szkoleń personelu Zamawiającego oczekuje?**

Uzasadnienie:

Umowa powinna jak najdokładniej określać obowiązki stron, w tym wskazywać, ile szkoleń oczekuje Zamawiający.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający, nie wymaga szkolenia personelu zgodnie z modyfikacją z dnia 04.08.2022 r.**

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §3 ust. 8 „**Dzierżawca odpowiada za szkody i awarie spowodowane użytkowaniem przedmiotu dzierżawy w sposób niezgodny z instrukcją, zasadami eksploatacji oraz spowodowane przez osoby nieprzeszkolone, a także za przypadkowe uszkodzenie lub zaginięcie przedmiotu dzierżawy.**”?

Uzasadnienie:

Po protokolarnym przekazaniu aparatu pozostaje on pod pieczęć Zamawiającego, który powinien odpowiadać za wszelkie szkody i uszkodzenia spowodowane jego nieprawidłowym użytkowaniem oraz niezapewnieniem mu bezpieczeństwa.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający zgodzi się na przyjęcie §3 ust. 11 umowy w następującym brzmieniu: „**Wydzierżawiający zobowiązuje się przystąpić do naprawy nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii.**”?

Uzasadnienie:

Wykonawca pracuje od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zasadnym jest więc posługiwanie się jednostkami roboczymi. Rozwiązanie takie stawia Wykonawcę w jednakowej sytuacji bez względu na dzień i godzinę zgłoszenia awarii.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że dopuszcza.**

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w §3 umowy kolejnego ustępu w następującym brzmieniu: „**Dzierżawca nie może bez uzyskania uprzedniej zgody Wydierżawiającego poddzierżawiać, podnajmować, użyczać lub udostępniać przedmiotu dzierżawy osobom trzecim.**”?

Uzasadnienie:

Umowa jest zawierana konkretnie z Zamawiającym i tylko on powinien mieć prawo korzystania z przedmiotu dzierżawy.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający zgodzi się przyjąć §4 ust. 4 umowy w następującym brzmieniu: „**W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia umowy dostawy zawartej w ramach postępowania nr 67/TP/2022 oraz przepisy kodeksu cywilnego.**”?

Uzasadnienie:

W sprawach nieuregulowanych umową dzierżawy, takich jak płatność czynszu, zasady odpowiedzialności, klauzula siły wyższej lub klauzula dotycząca epidemii SARS-CoV-2

zastosowanie powinny znaleźć postanowienia umowy dostawy, które reguluje szczegółowo te zagadnienia.

**Odp. Zamawiającego: Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SWZ.**

**Ponadto:**

Zamawiający działając na podstawie **art. 286 ust. 1 Ustawy** dokonuje zmiany w treści SWZ – Zamawiający wykreśla zapis:

1. odnośnie szkoleń personelu we Wzorze umowy w §1 ust. 2 pkt b „Przedmiot zamówienia obejmuje również: przeszkolenie personelu Zamawiającego, w siedzibie Zamawiającego w zakresie uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatu do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji dotyczy Części nr 1” oraz wykreśla w Część IV – Opis przedmiotu zamówienia, punkt 2.
2. w Część IV – Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 *Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji w poz. 2 ZESTAW DO WYKONANIA PROCEDURY WITREKTOMII 23G w skład zestawu wchodzi: sonda do endolaseru 23Ga zagięta 1 szt.*
3. w Część IV – Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 *Jałowe, jednorazowe, zbiorczo zapakowane zestawy, materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegów witrektomii i fakoemulsyfikacji w poz. 3 ZESTAW DO WYKONANIA PROCEDURY WITREKTOMII 25 G w skład zestawu wchodzi: pęseta typu ILM 25 G lub równoważna 1 szt.*

Zgodnie z **art. 286 ust. 7 Ustawy** Zamawiający udostępnia dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Prosimy o uwzględnienie w składanych ofertach wprowadzonych zmian.**

**Jednocześnie informujemy, iż termin składania ofert ulega zmianie.**

W związku z powyższym, zgodnie z **art. 286 ust. 3 Ustawy w zw. z art. 284 ust. 3 Ustawy** Zamawiający przedłuża termin składania ofert na dzień **10.08.2022 roku** do godz. **09:00**, a termin otwarcia ofert na dzień **10.08.2022 roku** o godz. **11:00**. Zmianie ulega **pkt 17 i 18** Instrukcji dla Wykonawców.

Zmianie ulega **pkt 13.1** Instrukcji dla Wykonawców, tj. termin związania ofertą, **jest** 08.09.2022 r.

**Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 04.08.2022 r.**

Z-CA KIEROWNIKA  
Działu Zakupów  
i Zamówień Publicznych  
Agnieszka Kuklińska-Znamirowska